



Poznań, dnia 12-07-2017r.

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę ciepłarek laboratoryjnych i chłodziarek – II partie, nr sprawy 907/PN/23/17.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęło zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ciepłarkę laboratoryjną ze sterownikiem mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD ?

Taki właśnie sterownik i wyświetlacz posiada przykładowy model który został przywołany przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia..”

Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia pojawił się błąd. TAK, Zamawiający oczekuje ciepłarki laboratoryjnej ze sterownikiem mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2015r., poz. 2164 ze zm.) uprzejmie informuję, że Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia (str. 21 SIWZ) dla Partii I – ciepłarka laboratoryjna:

w miejsce istniejącego zapisu:

sterownik: mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LED

wprowadza zapis:

sterownik: mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

Na podst. pełnomocnictwa Prorektora UAM

mgr Janusz Brzeziński