

Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Seksja Zamówień Publicznych  
Juraszów 7/19  
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/43/2017/4

Poznań dnia: 2017-08-02

«@t\_oferent\_zglo#nazwa»  
«@t\_oferent\_zglo#kod»  
«@t\_oferent\_zglo#miasto»  
«@t\_oferent\_zglo#ulica»  
«@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#l  
okal»

Modyfikacja

## ODPOWIEDZI

**na zapytania w sprawie SIWZ w zakresie zadania częściowego nr 4  
poz 27 29 oraz 35 na skutek omyłki pisarskiej**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 2017-08-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**sukcesywna dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pakiet 4 Poz. 27

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stosowanego z powodzeniem w Państwa Placówce alternatywnego klinicznie rozwiązania w postaci: modułowego zamkniętego systemu do wielokrotnego odsysania z dróg oddechowych składającego się z pakowanych oddzielnie: sterylnej cewnika, z zakończeniem bez czarnej obwódki, o czasie użycia do 72 godzin (potwierdzonym w instrukcji obsługi) do rurek intubacyjnych w rozmiarach CH 12, 14 i 16 o długości 54 cm i do rurek tracheotomijnych w rozmiarach CH 12, 14 i 16 o długości 34 cm oraz z czystego, gotowego do użycia podwójnie obrotowego adaptera (łącznika) do dróg

oddechowych o poziomie czystości mikrobiologicznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, łącznik o kącie 45 stopni, o czasie użycia do 7 dni (potwierdzonym w instrukcji obsługi) z możliwością wymiany cewnika, z samodomykającą się silikonową, dwudzielną zastawką komory płuczącej, automatycznie uszczelniającą cewnik po usunięciu go z rurki zapewniającą 100 % szczelność zestawu, z obrotowym, zamykanym portem do przepłukiwania cewnika oraz z możliwością podania leków w formie płynnej. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 180 stopni .**Odpowiedź brzmi:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Z uwagi na fakt, iż oferowany system modułowy składa się z adaptera (łącznika) do dróg oddechowych o czasie stosowania tak jak obwód oddechowy do 7 dni i jako taki może "obsłużyć" 2 cewniki o czasie stosowania do 72 godzin, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wyceny 1700 cewników oraz 850 adapterów (łączników) do dróg oddechowych. Takie rozwiązanie jest klinicznie i ekonomicznie uzasadnione oraz umożliwi uzyskanie przez Zamawiającego korzystnej i konkurencyjnej oferty cenowej. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający dopuszcza powyższą wycenę.

Poz. 29

Pytanie dotyczy następującego opisu przedmiotu zamówienia: "System zamknięty do odsysania z rurek intubacyjnych/ tracheotomijnych w systemie zamkniętym - kierunkowy (lewe oskrzele) z możliwością stosowania przez min. 48 godzin, dł. 54/34 cm. Rozmiary 12,14,15" .

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu zamkniętego do odsysania z rurek intubacyjnych w systemie zamkniętym z końcówką kierunkową, z możliwością stosowania do 72 godzin, długości 54 cm jedynie w rozmiarze CH 14? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Poz. 27,29

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zamknięty system do odsysania ma umożliwiać wykonanie rutynowych procedur w oddziale OIT tj. np. procedury bronchofiberoskopii,


procedury pobierania aspiratu z dróg oddechowych - mini-BAL bez potrzeby rozłączania systemu od rurki intubacyjnej (czyli bez utraty idej oraz istoty zamkniętego systemu do odsysania z dróg oddechowych) i związanych z tym zagrożeń epidemiologicznych w postaci zwiększonego ryzyka zakażeń krzyżowych oraz utraty założonych parametrów oddechowych - w tym spadku dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego - PEEP (Positive End-Expiratory Pressure)? **Odpowiedź brzmi:** Tak ma umożliwić wykonywania powyższych procedur

Poz. 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorurowego, dwuświatłowego obwodu oddechowego z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną o śr. 22 mm i długości 1,8 m z kolankiem z portem kapno, z dodatkową rurą długości 1,9 z 2 L workiem bezlateksowym, rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Urząd wojewódzki w Poznaniu  
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych  
  
mgr inż. Janusz Bonowski