

Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Seksja Zamówień Publicznych  
Juraszów 7/19  
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/55/2017/7

Poznań dnia: 2017-08-07

«@t\_oferent\_zglo#nazwa»  
«@t\_oferent\_zglo#kod»  
«@t\_oferent\_zglo#miasto»  
«@t\_oferent\_zglo#ulica»  
«@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#l  
okal»

## O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-08-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:  
**Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika na tlen ciekły medyczny,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

### Pytanie nr 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o zastąpienie słowa "zaświadczenie" słowem "oświadczenie" dotyczącego paragrafu 8.5. punkt 4 poz.2 mówiące ,że butle spełniają określone prawem warunki bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r./ Dz.U. z 2008 Nr 120 poz.1021 z późn .zmianami/ w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu - dotyczy zadania nr 1 ,2

Wyjaśniam: Butle są urządzeniami ciśnieniowymi dlatego podlegają przepisom i odbiorom Urzędu Dozoru technicznego. Na płaszczy każdej butli wybita jest data ważności butli oraz numer identyfikacyjny Inspektora Urzędu Dozorowego Technicznego.

Każda butla podlega legalizacji co 5 lat i musi być sprawdzona i odebrana pod względem technicznym przez Inspektora Dozoru Technicznego i wpisana w Księgę sznurową / taki jest wymóg prawny/.

Dlatego proszę o uznanie oświadczenia jako właściwego dokumentu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza również złożenie oświadczenia, że butle spełniają określone prawem warunki bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 120 poz. 1021 z późn. zm.) w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu – dotyczy zadania nr 1 i 2

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

W związku z zadaniem pytaniem oraz czasem niezbędnym na zapoznanie się z treścią udzielonych odpowiedzi - Zamawiający przesuwając termin składania ofert z dnia 09.08.2017 r. godz. 09:00 **na dzień 10.08.2017 r. godz. 09:00** (godziny otwarcia ofert nie ulegają zmianie)

Zamawiający

Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Z-ca Dyrektora d/s Administracyjnych



mgr inż. Janusz Bonowski