

Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Sekcja Zamówień Publicznych  
ul. Juraszów 7/19  
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/62/2017/3

Poznań dnia: 2017-09-14

«@t\_oferent\_zglo#nazwa»  
«@t\_oferent\_zglo#kod»  
«@t\_oferent\_zglo#miasto»  
«@t\_oferent\_zglo#ulica»  
«@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#l  
okal»

## ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-09-13 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy w *Pakiecie nr 1* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów z nowocześniejszej błony helixonowej, sterylizowanych parą wodną ?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy w *Pakiecie nr 1 w pozycji 1* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów, o powierzchniach odpowiednio 1,4 i 1,8 i 2,2m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Czy w *Pakiecie nr 1 w pozycji 2* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów, o powierzchniach odpowiednio 1,4 i 1,8 m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Zadanie nr 8: *Jałowa folia na głowicę aparatu USG 18x120 – 800 szt.*


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na jałową niezawierającą lateksu folię na głowicę aparatu USG o wymiarach 15x120 cm posiadającą w zestawie żel sterylny, gumki mocujące oraz powierzchnię klejącą ułatwiającą przymocowanie folii do czoła głowicy? Cały zestaw jest w pełni kompletny i gotowy do wykonania procedury w warunkach o podwyższonym reżimie sanitarnym.

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie wyraża zgody. Opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający

  
Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Zastępca Dyrektora  
mgr Małgorzata Piotrowska-Błochowiak