

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/62/2017/8

Poznań dnia: 2017-09-15

«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod»
«@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#l
okal»

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-09-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Pakiet nr: I – Dostawa dializatorów polisulfonowych.

Poz. nr 1. Dializatory polisulfonowe sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma - Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory polisulfonowe, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ o niższej wymienionej powierzchni:

Poz. a. Powierzchnia 1,4m²

Pozytywna odpowiedź na nasze zapytania umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Poz. nr 2. Dializatory polisulfonowe wysokoprzepływowe sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory polisulfonowe wysokoprzepływowe, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ o niżej wymienionej powierzchni:

Poz. a. Powierzchnia 1,4m²


Pozytywna odpowiedź na nasze zapytania umożliwi zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
I Zastępca Dyrektora

mgr Małgorzata Piotrowska-Bucholnik