

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Sekcja Zamówień Publicznych
Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/43/2017/9

Poznań dnia: 2017-09-19

«@t_oferent_zloz#nazwa»
«@t_oferent_zloz#ulica»
«@t_oferent_zloz#dom»«@t_oferent_zloz#lokal»
«@t_oferent_zloz#kod»
«@t_oferent_zloz#miasto»

POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania częściowego nr 4

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

sukcesywna dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Skamex Sp. z o.o. sp. k

Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

na:

Dostawa rurek tracheotomijnych za cenę **343 002.60 zł**

Uzasadnienie wyboru:

oferta spełnia wszystkie wymagania formalnoprawne i jest zgodna z zapisami SIWZ.

Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr	Nazwa i adres wykonawcy	Cena	termin	Razem
----	-------------------------	------	--------	-------

tem atu	(Nr oferty)		realizacji zamówienia	
4	Skamex Sp. z o.o. sp.k Częstochowska 38/52 93-121 Łódź (6)	60,00	40,00	100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:


Lp.:	Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1	7 POINTMED Andrzej Nieboj Frezjowa 16 60-175 Poznań	<p>Art. 89 ust.2 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2</p> <p>Zamawiający w zadaniu częściowym nr 4 w poz. 43 wymagał:</p> <p><i>Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock, z zastawką w postaci jednoelementowej, silikonowej, podzielnej membrany split septum, osadzonej na plastikowym, przeźroczystym konektorze, z jednolitą powierzchnią do dezynfekcji, całkowicie przeciwnym umożliwiającym kontrolę całego toru przepływu krwi, o minimalnym przepływie powyżej 500 ml/min i minimalnej przestrzeni martwej 0,1 nl, o o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10 ml, wstrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne 6,7 bara=97 psi, pakowany pojedynczo, sterylne</i></p> <p>W złożonej przez Państwa ofercie zamknięty systemu dostępu naczyniowego nie posiada membrany osadzonej na plastikowym przeźroczystym konektorze. Membrana jest osadzona wewnątrz konektora co jest niezgodne z wymaganiem Zamawiającego</p>

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:	Nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
0		

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Zastępca Dyrektora

mgr Małgorzata Piotrowska-Blochowiak