

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Seksja Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/62/2017/11

Poznań dnia: 2017-09-19

«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod»
«@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#l
okal»

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, informuje, iż wpłynęły zapytania do treści SIWZ, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią,

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

Pakiet 8, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 1,9 cm H₂O przy przepływie 60 l/min, objętość oddechowa V_t 120-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 8, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, p/wirusowej 99,999 %, o wadze nie większej niż 16g i przestrzeni martwej nie większej 35 ml, objętości oddechowej V_t 120-1000ml, biologicznie czysty ze złączem kolankowym, z portem kapno.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pakiet 8, poz. 2 - 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 22 ml, objętość oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 8, poz. 1-2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy filtry mają posiadać port kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
I Zastępca Dyrektora

mgr Małgorzata Piotrowska-Bloch