

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Sekcja Zamówień Publicznych
Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/10/2018/3

Poznań dnia: 2018-02-19

«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod»
«@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#l
okal»

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 2018-02-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

dostawę soczewek wewnątrz gałkowych zapakowanych fabrycznie do jednorazowego implantatora,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.Czy Zamawiający dopuści soczewkę jednoczęściową, 4- haptenową wykonaną z akrylu hydrofobowego, fabrycznie umieszczoną w cartridgu, który po połączeniu z injectorem pozwala na bezpieczną implantację, zapewniając wysoką aseptyczność zabiegu. Posiadającą filtr UV i filtr światła niebieskiego. Długość całkowita maksymalnie 11 mm, średnica części optycznej 6,0 mm, angulacja 2 stopnie, do implantacji przez cięcie do 2,2 mm. Ostra krawędź na 360° części optycznej oraz częściach haptycznych. Zakres mocy od +10,0 dioptrii do +30,0 dioptrii. **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści soczewkę, której obie części optyczne (przednia i tylna) są sferyczne lub obie asferyczne, haptyka ma kształt standardowego C-Loop, a indeks refrakcji wynosi 1,49 , pozostałe parametry bez zmian? **Odpowiedź brzmi:** Zgodnie z zapisami w SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści, aby do soczewki wewnątrzgałkowej zapakowanej do jednorazowego iniektora dołączany był wiskoelastyk (2% hydroxypropylmethylcellulose) o pojemności 2,1 ml? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazywanie na fakturze osobnych pozycji i cen netto dla soczewki i wiskoelastyku, których suma cen częściowych za w/w elementy składowe, będzie równa cenie jednostkowej zestawu wykazanego we formularzu cenowym? **Odpowiedź brzmi:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę


5. dot. projektu umowy §3 pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści, aby uzupełnienie "magazynu depozytu" następowało w ciągu dwóch dni roboczych następujących po dniu przesłania "raportu zużycia"? **Odpowiedź brzmi:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy.

6. projektu umowy §6 pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści, aby Wykonawca udzielił 2-letniej rękojmi na dostarczone wyroby? **Odpowiedź brzmi :** Zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.


Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
mgr Małgorzata Piotrowska-Błochowiak