



Poznań, dnia 17 lipca 2018r.

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego – V Pakietów, nr przetargu 907/PN/21/18

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2017r., poz. 1579 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące Załącznika A specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi.

- 1.(§7 ust.1) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?
Nie.
- 2.(§7 ust. 1 pkt. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO dostawy?
Nie.
3. (§7 ust. 1 pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO umowy?
Nie.
4. (§7 ust. 1 pkt. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO dostawy?
Nie.
5. Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów) w formie elektronicznej?
Tak.
6. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?
Tak.

Pakiet I:

Poz. 4 – Pipeta automatyczna 0,5-5 ml – 30 szt.

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia statyw na jedną pipetę czy uchwyt na 1 pipetę? Zamawiający wymaga statywu.
2. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do każdej pipety statyw/uchwyt pojedynczy na pipetę i po 1 opakowaniu końcówek w rakach?
Tak.
3. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowego zestawu konserwacyjnego (chusteczki do czyszczenia, smar, klucz do kalibracji) poza tym, który dostarczany jest w komplecie z pipetą?
Tak, dodatkowy oprócz.



Poz. 6 - Mieszadło magnetyczne z grzaniem – 50 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne o mocy grzania 600W?

Nie, moc 600W jest niewystarczająca do przewidywanych zastosowań.

2. Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z wymiarem zewnętrznym S: 330 mm?

Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne z zewnętrzną sondą temperatury klasy PT100?

Nie, wymagana jest PT 1000.

4. Czy Zamawiający dopuści mieszadło magnetyczne ze średnicą płyty grzejnej 137 mm?

Tak.

Poz. 7 - Waga analityczna – 30 szt.

1. Ze względu na zmianę przez producenta oprogramowania wag, czy Zamawiający wyraża zgodę na wagi bez kalibracji czasowej i temperaturowej, natomiast mogące posiadać kalibrację wewnętrzną na żądanie?

Nie.

2. Zabezpieczenie przed kradzieżą : prosimy o sprecyzowanie, czy waga ma mieć uchwyt do takiego zabezpieczenia czy dodatkowe akcesorium (linka z zapięciem) ?

Wystarczy uchwyt.

Kierownik
Działu Głównego Inżyniera ds. Aparatury
Naukowej i Zaopatrzenia Laboratoryjnego
mgr Janusz Brzeziński