

Poznań, dnia 7 lutego 2019 roku

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego - IV Partie, nr sprawy 907/PN/11/19.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2018r., poz. 1986 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi

Pytanie nr 1:

Partia III

Piec rurowy:

1. Prosimy o informację czy piec ma być dostarczony z rurą C530 czy z rurą kwarcową?

Odp. Piec ma być dostarczony z rurą roboczą (np. z materiału C530) i z rurą kwarcową (która jest umieszczana w rurze c530 i umożliwia pracę w atmosferze gazu ochronnego).

2. Czy wymienione wyposażenie dodatkowe ma być zawarte w ofercie?

Odp. Z wyposażenia dodatkowego w ofercie bezwzględnie musi być zawarty zestaw do zasilania gazem obojętnym.

3. Czy Zamawiający będzie pracował pod próżnią?

Odp. Nie, Zamawiający nie będzie pracować pod próżnią.

4. Czy zestaw do zasilania gazem obojętnym powinien obejmować przepływomierze dla trzech wymienionych gazów ochronnych czy tylko dla jednego?

Odp. Zestaw do zasilania gazem musi zawierać przepływomierze i wszystkie inne elementy konieczne do zasilania pieca 1 gazem ochronnym.

Piec muflowy:

1. Opisany piec muflowy występuje wyłącznie z regulatorem temperatury. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę pieca z regulatorem?

Odp. Piec musi posiadać programator temperatury zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Regulator jest niewystarczający (regulator temperatury spełnia funkcję jedynie

kontroli temperatury, a programator umożliwia nastawienie złożonego programu grzania/chłodzenia.

2. Z uwagi na to, że piec o poj. 6 litrów nie występuje z opisanym sterownikiem prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na piec o wymiarach wewnętrznych 200 x 170 x 130 mm (szer x gł x wys), wymiarach zewnętrznych 385 x 390 x 460 mm i mocy 2,4 kWh, czasie nagrzewania do T max 60 minut?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na piec o wymiarach wewnętrznych 200 x 170 x 130 mm (szer x gł x wys), wymiarach zewnętrznych 385 x 390 x 460 mm i mocy 2,4 kWh, czasie nagrzewania do T max 60 minut.

Pytanie nr 2:

Dotyczy §7 ust. 1 punkt „b” umowy na:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §7 ust. 1 punkt „b” umowy na:

„za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy w zakresie danej partii, określonej w §2, za każdy dzień opóźnienia w jego realizacji licząc od terminu wskazanego w §3 ust. 1 umowy, za wyjątkiem winy Zamawiającego”.

Uzasadnienie:

Wysokie kary umowne, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisu umowy.

Kierownik
TEL. 03.02.00-00-1026/16

Prof. UAM dr hab. Piotr Pawluć