



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



UNIWERSYTET  
IM. ADAMA MICKIEWICZA  
W POZNANIU

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Poznań, dnia 15.02.2019 r.

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego - IV Partie, nr sprawy 907/PN/11/19.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2018r., poz. 1986 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi.

przetarg nr 907/PN/11/19 pytania dotyczące Partii II:

1) Ad. Titratora: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o dokładności systemu pomiarowego 0,15% ?

**ODPOWIEDŹ: Nie Zamawiający nie wyraża zgody na oferty urządzenia o niższej dokładności systemu pomiarowego. Zamawiającemu zależy na co najmniej takiej specyfikacji urządzenia, która została podana; w szczególności dokładność systemu pomiarowego jest kluczowa, gdyż planowane analizy wymagają bardzo dużej czułości i dokładności.**

2) Ad. Eksykatora szafkowego: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie eksykatora posiadającego zamiast zaworów kulowych szybkozłączki?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na to żeby zamawiany eksykator posiadał zamiast zaworów kulowych szybkozłączki.**

Prorektor UAM

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki