



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/10/D/N/L/2019/26/2019

Limanowa dnia: 2019-03-14

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2019-03-11 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku ujętych w 15 zadaniach asortymentowych,

Pakiet 5 Pyt. 1 - Czy Zamawiający dopuści: kaniule dożylnie, bezpieczne, z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami, z 3 grubymi paskami wtopionymi w materiał cewnika dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 9, poz. 1.1-1.8: Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z jednym otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 Czy w pozycji 1 i 2 Zamawiający dopuści rurki z plastyfikatorami, które są dopuszczone do stosowania z produktami oddechowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pakietu 3. poz. 1 i 2.

Prosimy o wyjaśnienie, czy filtry mają być przeznaczone dla osób dorosłych?

Odpowiedź: Filtry mają być dla osób dorosłych

Dotyczy pakietu 5, poz. 1 - Czy Zamawiający ze względu na możliwość pełnej identyfikacji wyrobu np. po wystąpieniu incydentu medycznego wymaga, aby nazwa własna była widoczna bezpośrednio na wyrobie? Opakowań wyrobów raczej się nie przechowuje, natomiast sam wyrób można zabezpieczyć po użyciu i przechować celem późniejszego zbadania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Dotyczy pakietu 6 - Czy Zamawiający ze względu na możliwość pełnej identyfikacji wyrobu np. po wystąpieniu incydentu medycznego wymaga, aby nazwa własna była widoczna bezpośrednio na wyrobie? Opakowań wyrobów raczej się nie przechowuje, natomiast sam wyrób można zabezpieczyć po użyciu i przechować celem późniejszego zbadania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie 1, pakiet 5, poz. 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej z 6 paskami radiocieniującymi, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Większa ilość pasków radiocieniujących korzystnie wpływa na wykonywane procedury medycznej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 2, pakiet 6 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie korka do kaniul z trzpieniem wystającym ponad krawędź, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wystający trzpień ponad krawędź korka nie wpływa w żaden sposób na wykonywane procedury medyczne i stanowi wyłącznie kwestie techniczną i konstrukcyjną. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3, pakiet 7, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika sterylnego, trójdrożnego z drenem od długości 100mm oraz objętością wypełnienia 0,66ml, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Minimalna różnica w długości drenu oraz w objętości wypełnienia nie wpływa niekorzystnie na wykonywane procedury medyczne i stanowi wyłącznie kwestie techniczne. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4, dot. treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ (pkt.8.2)

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z oznakowaniem rozmiaru rurki na baloniku i na korpusie rurki oraz nazwą producenta tylko na rurce. Dopuszczenie pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej o średnicy wew. 4,2 mm, spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej o średnicy wew., 4,8 mm, spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej o średnicy wew. 4,8 mm, spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej o średnicy wew. 5,4 mm, spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej o średnicy wew. 6,9 mm, spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej o średnicy wew. 6,9 mm, spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej o średnicy wew. 8,2 mm, spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1.10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej o średnicy wew. 8,9 mm, spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej o średnicy wew. 8,9 mm, spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 2 poz. 2.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej o średnicy wew. 6,9 mm, spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 2 poz. 2.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej o średnicy wew. 6,9 mm, spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 2 poz. 2.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej o średnicy wew. 6,9 mm, spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 2 poz. 2.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej o średnicy wew. 8,2 mm, spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 2 poz. 2.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej o średnicy wew. 8,9 mm, spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną, sterylną, bezpieczną, z portem bocznym umieszczonym w osi skrzydełek. Kaniula wyposażona w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem zaraz po użyciu kaniuli, wykonana z PUR bez zawartości lateksu i PCV, wyposażona:

-3 paski radiocieniujące, skrzydełka mocujące, przejrzysty uchwyt z filtrem hydrofobowym, zamykany koreczkiem. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie przepływu, nazwy producenta i nazwy materiału z którego wykonana jest kaniula.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5 poz. 1.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli tylko w jednej długości: rozmiar 18G 1,30 x 45mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5 poz. 1

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną, sterylną, bezpieczną, z portem bocznym umieszczonym w osi skrzydełek. Kaniula wyposażona w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem zaraz po użyciu kaniuli, wykonana z **PTFE** bez zawartości lateksu i PCV, wyposażona:

-4 paski radiocieniujące, skrzydełka mocujące, przezroczysty uchwyt wyposażony w filtr hydrofobowy, zamykany koreczkiem. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie przepływu, nazwy producenta i materiału z którego wykonana jest kaniula.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 6 poz. 1

Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby koreczek posiadał opakowanie jednostkowe z dużym znacznikiem otwarcia na min 4-5 mm, gdyż na rynku oferowane są koreczki ze znacznikiem ok. 2 mm, co uniemożliwia ich sterylne otwarcie przez personel medyczny pracujący np. w rękawiczkach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 6 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym opakowaniu jednostkowym widniała nazwa własna, nazwa i adres producenta, znak i numer CE, Lot, data produkcji i data ważności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kranika z drenem 70 mm, tak jak obecnie dostarczany do Państwa placówki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kranika, w którym objętość wypełnienia wynosi 0,9 ml, tak jak obecnie dostarczany do Państwa placówki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kranika z drenem 100 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów.

Zadanie 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji kranika, w którym objętość wypełnienia wynosi 1,25 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 7 poz. 1, 2

Czy Zamawiający oczekuje kraników przystosowanych do podawania lipidów i chemioterapeutyków, tak jak obecnie wykorzystywane w Państwa placówce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 8 w poz. 1 (1.2-1.3)

Prosimy o dopuszczenie Kaniula sterylna z zastawką antyzwrotną do wlewów dożylnych o przepływie 13 ml/min, bez portu bocznego, z dodatkowym zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia, wykonane z FEP. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości. *Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon.*

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 8 w poz. 1 (1.2-1.3)

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 8 w poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby kaniula była widoczna w promieniach RTG.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Zadanie 8 w poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul sterylnej z zastawką antyzwrotną do wlewów dożylnych o przepływie **38ml/min**, z portem bocznym, wykonane z **FEP**. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości (folia-papier).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 8 w poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul sterylnej z **filtrem hydrofobowym**, pełniącym tę samą funkcję co zastawka antyzwrotna do wlewów dożylnych o przepływie 31ml/min, z portem bocznym, wykonane z PTFE. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blistru i utratę jałowości (TYVEC).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule z cewnikiem wykonanym z PUR (poliuretan). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Zadanie 1, pozycja 1.1-1.9

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankieta zawierające ftalany, bez nazwy producenta na korpusie rurki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, pozycja 2.1-2.13

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankiem zawierające ftalany, bez nazwy producenta na korpusie rurki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przewodnice zawierające ftalany, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koreczek z trzpieniem wystającym poza jego krawędź, w opakowaniu a'250 sztuk z przeliczeniem do 480 pełnych opakowań??

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem 7cm i objętości wypełnienia 0,8 ml lub 10cm i objętości wypełnienia 1,0 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 9, pozycja 1.1-1.8

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania posiadające otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego, CH 21, średnica wewnętrzna 3,9 mm, z podwójnym zagięciem, z czterema otworami bocznymi, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego, CH 20, średnica wewnętrzna 4,45 mm, cztery otwory boczne, opakowanie pojedyncze folia-papier, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 300 cm, CH 24, średnica: 5,6mm/8,0 mm, z jedną docinaną końcówką, druga uniwersalna typu żeńskiego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 210 cm, CH 24, z jedną docinaną końcówką, druga uniwersalna typu żeńskiego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, pozycja 4.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu z owalnym mieszkem o pojemności 250ml ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów

Zadanie 10, pozycja 4.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu z owalnym mieszkem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów

Zadanie 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren balonowy o średnicy 3,5mm/5,3mm, pakowany od 20 do 100 mb, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren balonowy o średnicy 3,1mm/4,7 mm, pakowany po 30 mb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie substancji cytostatycznych potwierdzone raportem z badań według normy EN374, zamiast ASTM D6978?

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe sterylne, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe jałowe o kształcie anatomicznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą ASTM F1671 potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej- bez nadruku na opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szczotki posiadające miękkie i delikatne włosie wykonane z medycznego polietylenu i miękkiej gąbki poliuretanowej, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści worek na wymioty wykonany z wytrzymałego LDPE z dokładną skalą pomiarową (do 100 ml co 10 i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml), pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie 14, pozycja 2 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do odrębnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy Zadania nr 3 Czy Zamawiający wymaga filtrów sterylnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Zadania nr 3 Czy Zamawiający, mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów, wymaga filtrów o skuteczności filtracji bakteryjnej/wirusowej min. >99.999?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Dotyczy Zadania nr 4 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 1, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z nazwą producenta na opakowaniu ? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 1, pozycja 1-2 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu „bez ftalanów”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 13, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści worek wyposażony w funkcję twist i lock na obręczy umożliwiającą bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, pojemność 1,5l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 14, pozycja 2 – Czy Zamawiający odstąpi od wyceny pozycji 2 jeżeli pozycja 1 posiada nakładki na kieliszki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Zadanie 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści maski do podawania tlenu z drenem w dwóch rozmiarach L (dla dorosłych) oraz M(pediatryczną)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 4, poz.2

Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu typu „wąsy” w rozmiarze uniwersalnym, o wymiarach : rozstaw pomiędzy kaniulami donosowymi ok. 1 cm, długość kaniuli ok. 13-14 mm, średnica kaniuli ok. 3-4 mm, długość drenu 200 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 6, poz..1 Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Zadanie 6, poz..1 Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec? Prosimy o dopuszczenie niniejszej budowy koreczka, gdyż nie sama budowa produktu odpowiada za aseptyczne otwarcie, a także warunki w które muszą być spełnione w celu zachowania sterylności produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 11 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic o grubości na dłoni 0,35mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 11 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic diagnostycznych lateksowych, jałowych, pudrowanych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic diagnostycznych nitylowych, jałowych, bezpudrowych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 11 poz. 3 Zwracamy się do z prośbą o dopuszczenie rękawic:

Diagnostyczne nitylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,0, grubość ścianki: na palcu 0,14mm, na dłoni 0,09mm, na mankiecie 0,07mm, długość min. 301mm. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Posiadające badania wg EN 374-3 na przenikanie 14 substancji chemicznych, w tym na substancje będące składnikami preparatów dezynfekcyjnych: -Aldehydy (np. aldehyd glutarowy) - podstawowe składniki klasycznych preparatów do dezynfekcji narzędzi i endoskopów

tj. 50% glutaraldehyd >480 minut – 6 poziom

-Aminy - typowe składniki mieszanin preparatów do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych i instrumentów medycznych

tj. 5% bromek etyldyny >480 min– 6 poziom

-Związki chloru - substancją czynną uwalnianą z tych związków jest bardzo skuteczny aktywny chlor wykorzystywany w preparatach do dezynfekcji powierzchni, także zanieczyszczonych substancjami organicznymi (wydzieliny ustrojowe, krew)

tj. 10-13% Podchloryn sodu >480min– 6 poziom.

Rękawice zgodne z normą EN 455- potwierdzone deklaracją producenta, EN 374-1 (z wył. pkt. 5.3.2.)-2,-3 - potwierdzone badaniami wykonanymi w niezależnym laboratorium oraz ASTM 1671 - oznaczenie normami umieszczone na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 11 poz. 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie karty technicznej na potwierdzenie zgodności z normą EN 455 i EN 374.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dot. projektu umowy, §7 ust. 1 Czy Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis na następujący: „W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostaw Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia określony w §2 ust. 2.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej
dr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA