



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska



UNIwersytet  
im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



ChemInter - wysokiej jakości międzynarodowy i interdyscyplinarny program studiów doktoranckich  
realizowany na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
Nr projektu POWR.03.02.00-00-I026/16

Poznań, dnia 05.04.2019r.

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego - V Partii, nr sprawy ZP/6435/D/18.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2018r., poz. 1986 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi

Partia II – titrator

1/ Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez kontroli poprzez PC?

Oprogramowanie potrzebne do tego to koszt równy cenie samego titratora. Ponadto przy opcji z oprogramowaniem musi zostać dobrany inny model titratora z wymiennymi biuretami o czym Zamawiający nie wspomina w opisie, a co również podnosi znacząco koszty całego urządzenia.

**Odpowiedź:** W specyfikacji nie zostały wymieniony program do obsługi urządzenia poprzez PC. "Oprogramowanie sterujące urządzeniem" to program wbudowany w urządzenie, umożliwiającą jego podstawową obsługę.

**Z poważaniem,**

Na podst. pełnomocnictwa Prorektora UAM

Prof. dr hab. Piotr Pawluć