

Suwałki, dnia 04/06/2019r.

L.dz. SZW.DZI.262. 231/22/PN/MN/2019

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 22/PN/MN/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Uczestnik 1

dotyczący pakietu 15 oraz 23

Pytanie 1

W defibrylatorach LIFEPAK 12 były stosowane dwie technologie pomiaru SpO2 – Nellcor i Masimo. Zaoferowania którego typu czujników oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający posiada defibrylatory w technologii Masimo.

Pytanie 2

Opisując w pozycji 2 „czujnik SPO2 do defibrylatora Lifepak 15 z pomiar podstawowy dla dorosłych” Zamawiający miał na myśli czujnik typu M-LNCS czy Rainbow (z pomiarem karboksy- i methemoglobiny)?

Odpowiedź: Czujnik z pomiarem podstawowym Masimo taki jak w poz.1 łączący się z adapterem.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z pakietu 23 pozycję 7, Akumulator do defibrylatora Lifepak 12 i dołączyć ją do pakietu 14 lub 15 (inne akcesoria do defibrylatorów LIFEPAK)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 23 poz. 7 i utworzył nowy pakiet 23A.

Uczestnik 2

Pytanie 1 Pakiet 7 pozycja 1,2,6

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 7 wydzieli pozycje: **1,2,6** i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wydzieli odrębny pakiet 7A.

Pytanie 2 Pakiet 9 pozycja 1

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 9 wydzieli pozycje: **1** i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 Pakiet 11 pozycja 1,2,3

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 11 wydzieli pozycje: **1,2,3** i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela odrębny pakiet 11A

Pytanie 4 Pakiet 18 pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu 1- żyłowy NIBP dla noworodka rozmiar **3,3 x 5,6 cm** ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5 Pakiet 18 pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu 1- żyłowy NIBP dla noworodka rozmiar **5 x 10,5 cm** ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6 Pakiet 18 pozycja 5

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu 1- żyłowy NIBP dla noworodka rozmiar **6 x 11 cm** ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7 Pakiet 18 pozycja 6

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP wieloraz.uz dla noworodka do kardiomonitora Bene Wiew **10 x 15cm** ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8 Pakiet 18 pozycja 7

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP wieloraz.uz dla noworodka do kardiomonitora Bene Wiew **8 x 13cm** ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9 Pakiet 18 pozycja 8

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP wieloraz.uz dla noworodka do kardiomonitora Bene Wiew **21 x 28cm** ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10 Pakiet 18 pozycja 9

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP wieloraz.uz dla noworodka do kardiomonitora Bene Wiew **14 x 26cm** ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11 Pakiet 18 pozycja 10

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu NIBP wieloraz.uz dla noworodka do kardiomonitora Bene Wiew **21 x 28cm** ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12 Pakiet 18 pozycja 17

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu bez lateksu **21x28 cm** jednożyłowy do kardiomonitora iMEC 15 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13 Pakiet 18 pozycja 18

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu bez lateksu 10x15 cm jednożyłowy do kardiomonitora iMEC 15 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14 Pakiet 20 Pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

Odpowiedź: nr katalogowy kabla 0040-0016-4400

Pytanie 15

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Uczestnik 3

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu 13 oraz 21:

Czy w ramach bezpieczeństwa pacjenta oraz rzetelności i dokładności odczytów parametrów, Zamawiający wymaga dostawy akcesoriów kompatybilnych ze sprzętem oraz pozytywnie zarekomendowanych przez Producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Uczestnik 4

Dotyczy Pakietu 20 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela odrębny pakiet 20A

Dotyczy Pakietu 18 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela odrębny pakiet 18A.

Dotyczy Pakietu 18 poz. 1,15

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 42-54 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar 42 do 46cm x 54 do 66 cm

Dotyczy Pakietu 18 poz. 2, 16

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 33-43 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar 33 cm x 43 do 47 cm

Dotyczy Pakietu 18 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 7-14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar 6 do 7 x 11 do 14 cm

Dotyczy Pakietu 18 poz. 6, 18

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 10-15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar 10 cm x 15 do 19 cm

Dotyczy Pakietu 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 6-11 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar od 6 do 8 cm x 11 do 13 cm

Dotyczy Pakietu 18 poz. 8 , 10, 17

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 20.5-28 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar 18 do 20 cm x 21 cm x 28 cm

Dotyczy Pakietu 18 poz. 11, 14

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 27-35 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar 25 do 27 cm x 35 cm

Dotyczy Pakietu 16 poz. 1-2

W jakiej technologii SPO2 czujników wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: W technologii Nellcor

W związku z udzielanymi odpowiedziami i modyfikacjami, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert: 11/06/2019r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 11/06/2019r. godz. 13:00

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania oraz zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 22/PN/MN/2019 z dnia 29/05/2019r.

Z poważaniem
Adam Szałanda

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach