

Suwałki, dnia 18/06/2019r.

L.dz. SZW.DZI.262.258/20/PN/WU/2019

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 20/PN/WU/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Poradni i Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz Bloku Operacyjnego**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści na mocy art. 38 ust. 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986ze zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

Część 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Poz.12) Pinceta o dl. 150mm lub 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: tak ,dopuszcza

Poz.44) Czy Zamawiający wymaga całego kontenera: wanna + pokrywa czy tylko wanny do kontenera pasującej do pokrywy z poz.45?

Odpowiedź: Zamawiający w poz.44 wymaga wanny do kontenera pasującego do pokrywy z poz. 45,tak aby tworzyły komplet.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 20/PN/WU/2019 z dnia 10/05/2019r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda

W.U./W.U.