

Suwałki, dnia 21/06/2019r.

L.dz. SZW.DZI.262. 271/26/PN/MN/2019

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 26/PN/MN/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na zasadzie depozytu oraz wielorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Uczestnik 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści staplery okrężne jednorazowe, zakrzywione, o średnicy 25 mm, 28mm, 31mm, 34mm z automatycznym dociskiem tkanki, formowanie zszywek po zamknięciu w kształt zbliżony do litery B, z łamanym kowadłkiem po oddaniu strzału, kowadełko z integralnym trokarem, podwójna dźwignia spustowa posiadająca zabezpieczenie manualne, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem dl. 60mm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 2 dopuści ładunki do staplera z pozycji 1, dl.60mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem dl. 60mm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz.4 dopuści ładunki do staplera z pozycji 3, dl.60mm, wysokość zszywki 4,8mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy zamawiający w Pakiecie 3 poz. 5 dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem dl. 80mm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz.6 dopuści ładunki do staplera z pozycji 5, dl.80mm, wysokość zszywki 3,8mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy zamawiający w Pakiecie 3 poz. 7 dopuści jednorazowy stapler liniowy bez noża dl. 60mm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz.8 dopuści ładunki do staplera z pozycji 7, dl.60mm, wysokość zszywki 3,5mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Czy zamawiający w Pakiecie 3 poz. 9 dopuści jednorazowy stapler liniowy bez noża dl. 60mm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz.10 dopuści ładunki do staplera z pozycji 9, dl.60mm, wysokość zszywki 4,8mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Uczestnik 2**Pytanie 1 dot. Pakiet 3**

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie w pakiecie staplerów ze zszywkami o wysokości przed zamknięciem 3,85mm (1,5mm po zamknięciu) i 4,5mm (2,0mm po zamknięciu).

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Uczestnik 3**Załącznik nr 5 pakiet 8****Pytanie nr 1 punkt 8,10**

Czy zamawiający dopuści długość pincety bipolarnej 220 mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 punkt 9,11

Czy zamawiający dopuści długość pincety bipolarnej 160 mm, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 punkt 12

Czy zamawiający dopuści kabel o długości 4,5 m reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 punkt 2

Czy zamawiający dopuści elektrodę igłową, prosta, długość całkowita 62mm, trzonek Ø4mm, dł. igły części roboczej 20mm, Ø igły 1mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 punkt 3

Czy zamawiający dopuści długość ostrza 28 mm , reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 26/PN/MN/2019 z dnia 18/06/2019r.

Z poważaniem
Adam Szałanda

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach