

Suwałki, dnia 24/06/2019r.

L.dz. SZW.DZI.262.285/20/PN/WU/2019

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 20/PN/WU/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SzW w Suwałkach na potrzeby Poradni i Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz Bloku Operacyjnego**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści na mocy art. 38 ust. 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986ze zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

Dot. części 4

Czy nie zaszła omyłka w pkt. 101, gdyż wózek do zestawu urządzeń endoskopowych jest wyrobem medycznym klasy I (nie IIa)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek do zestawu urządzeń endoskopowych jako wyrób medyczny klasy I

Jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi z dnia 14/06/2019r. Uczestnika 9 ust. 8. Dot. pakietu 4 lp. 102-117

Jest:

Prosimy o potwierdzenie, że ilości narzędzi wymienione w lp. 103-117 stanowią już 2 komplety określone w lp. 102 (np. w lp. 103 igła Veressa 2 szt. – po 1 szt. na komplet, w lp. 104 tuba trokara 2 szt. – po 1 szt. na komplet, w lp. 105 ostrze trokara 2 szt. – po 1 szt. na komplet, poz. 106 tuba redukcyjna 1 szt. na dwa komplety, poz. 107 tuba trokara 4 szt. – po 2 szt. na komplet itd.)

Odpowiedź: Liczby wymienione w 103-117 stanowią 1 komplet.

Powinno być:

Prosimy o potwierdzenie, że ilości narzędzi wymienione w lp. 103-117 stanowią już 2 komplety określone w lp. 102 (np. w lp. 103 igła Veressa 2 szt. – po 1 szt. na komplet, w lp. 104 tuba trokara 2 szt. – po 1 szt. na komplet, w lp. 105 ostrze trokara 2 szt. – po 1 szt. na komplet, poz. 106 tuba redukcyjna 1 szt. na dwa komplety, poz. 107 tuba trokara 4 szt. – po 2 szt. na komplet itd.)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, iż narzędzia wymienione w poz. 103-117 stanowią 2 komplety.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 20/PN/WU/2019 z dnia 10/05/2019r.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda

W.U./W.U.