

Suwałki, dnia 11/10/2019

L.dz. SZW.DZI.262.459/37/PN/MN/2018

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 37/PN/MN/2019**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści. Na mocy art. 38 ust. 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie nr 1 dotyczy Części nr 26:

Czy ze względu na wykluczające się odpowiedzi udzielone na pytania Uczestników 6, 12 i 21 dotyczące Części nr 26 Zamawiający dopuści zamknięte systemy do odsysania 72 H producenta Sumi, spełniające pierwotny zapis SIWZ: „pozwała na prowadzenie procedury odsysania bez rozłączania układu oddechowego; zapobiega rozprzestrzenianiu się patogenów chroniąc personel i pacjentów; bezzwrotny port do płukania cewnika; przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem; barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku; mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik; łącznik kątowny podwójnie obrotowy; port do podawania leków w aerozolu MDI; cewnik z atraumatycznym końcem; dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika. Skład zestawu: zamknięty system do odsysania 24H, klucz do rozłączania, elastyczna przedłużka, naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu. Rozmiar: 10,12,14,16 – do rurek intubacyjnych długość 54cm; do rurek tracheostomijnych długość 36cm.”, z blokadą dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki zamiast zastawki samoistnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 37/PN/MN/2019 z dnia 04/09/2019r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach