

Suwałki, dnia 14/05/2020r.

L.dz. SZW.DZI.262.138/12/PN/WU/2020

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 12/PN/WU/2020**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę mebli medycznych i socjalnych wraz z montażem na potrzeby Oddziału Ortopedyczno – Urazowego oraz Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego” – znak sprawy 12/PN/WU/2020.

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”):

Uczestnik 1

Dotyczy CZĘŚĆ 2 - MEBLE MEDYCZNE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

Pytanie 1

Załącznik nr 6 – Zamawiający w pkt 1 wymaga dla producenta ISO 9001 - dla producenta dotyczący produkcji i instalacji produktów medycznych – W związku z przedmiotem zamówienia prosimy o wymóg ISO 9001 dla producenta mebli w zakresie produkcji mebli medycznych. Prosimy ewentualnie o dopuszczenie ISO 9001 w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Załącznik nr 6 – Zamawiający w pkt 5 Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych typu MDF, melaminowanych w klasie higieny E1 – Prosimy o dopuszczenie wypełnienie konstrukcji płytą laminowaną w klasie higieny E1, grubości 18 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Załącznik 6 pkt 6 - Wszystkie fronty mebli, półki i blaty robocze okleinowane laminatem wysokociśnieniowym o grubości co najmniej 0,8 mm, o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące. Prosimy o dopuszczenie fronty mebli, półki wykonane z płyty laminowanej grubości 18 mm, oklejone PCV gr 2 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Załącznik 6 pkt 9 - blaty robocze o grubości min. 40 mm +/- 2mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej, odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.

Prosimy o informacje jakie blaty Zamawiający wymaga od oferenta. – W załączniku nr 5 blaty medyczne Zamawiający wymaga blaty ze stali kwasoodpornej a w załączniku nr 6 blaty HPL. Prosimy o doprecyzowanie z

uwagi na dwa różne materiały z których mają być wykonane blaty w tych dwóch załącznikach, które różnią się znacząco ceną. Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiału blatów.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

Pytanie 5

Załącznik 6 pkt 12 - Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej laminatem typu HPL o gr. min. 0,6 mm. odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące. Czy Zamawiający dopuści fronty z płyty laminowanej 18 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymogu odporności na dezynfekcję.

Uczestnik 2

Dotyczy: Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 6

Prosimy o dopuszczenie prowadnic kulkowych z pełnym wysuwem, boki metalowe typu TANDEM – dotyczy wszystkich szuflad.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Załącznik nr 5 CZĘŚĆ 1 - MEBLE W SYSTEMIE PŁYTY MEBLOWEJ

Dotyczy poz. Taboret tj. poz. 7.4 i 9.4

Czy Zamawiający dopuści taboret o następujących parametrach: wyposażony w kółka do miękkich podłóg, o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, grubość siedziska 50 mm;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza grubość siedziska, natomiast pozostałe pytanie zgodnie z SIWZ

Dotyczy poz. Krzesło tapicerowane z podłokietnikami tj. Oddział Ortopedyczno- Urazowy poz. 1.4, 5.4, Oddział Reumatologiczny - 1.4, 2.3, 3.5, 4.4

Czy Zamawiający dopuści krzesło o następujących wymiarach: wysokość całkowita 880mm; szerokość całkowita 600mm; głębokość całkowita 550mm? Jednocześnie potwierdzamy, że siedzisko i oparcie tapicerowane skórą ekologiczną z podłokietnikami (nakładka tapicerowana), nogi metalowe malowane proszkowo lub chromowane- wybór koloru ma wpływ na cenę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy poz. Krzesło z siedziskiem i oparciem plastikowym tj. Oddział Ortopedyczno-Urazowy poz. 4.6, 9.1, 9.2, Oddział Reumatologiczny poz. 5.4, 6.3, 7.1, 7.2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie opisu dla podstawy krzesła. Czy stelaż nóg ma być malowany proszkowo np. na kolor czarny lub aluminiowy, czy stelaż krzesła ma być chromowany? Wybór koloru stelaża ma wpływ na cenę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy Szafka stojąca kuchenna w kuchni pacjentów Oddział Ortopedyczny poz. 6.3

Prosimy o doprecyzowanie czy szafka stojąca ma mieć taką samą głębokość co szafki wiszące? Uważamy, że szafki stojące powinny mieć głębokość ok 60- 65 cm.

Odpowiedź:

Dotyczy: Załącznik nr 6- Warunki techniczne- CZĘŚĆ 2 - MEBLE MEDYCZNE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

- Czy Zamawiający dopuści meble z wypełnieniem z płyty meblowej melaminowanej w klasie higieny E1? Dotyczy (Poz.5)
Odpowiedź: – Zamawiający dopuszcza
- Czy Zamawiający dopuści fronty mebli oraz półki z wypełnieniem z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Płyta o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjno-myjące. Blaty robocze wykonane zgodnie z SIWZ. Dotyczy (poz.6)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
- Czy Zamawiający dopuści drzwi wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, odznaczającego się dużą odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące. Dotyczy (Poz.12)
Odpowiedź: - Zamawiający dopuszcza
- Czy Zamawiający dopuści uchwyty wykonane z aluminium anodowanego w kształcie litery U. Dotyczy (Poz.13)
Odpowiedź: – Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści szuflady typu metabox, których boki wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo, natomiast front, tył oraz dno wykonane z płyty meblowej obustronnie melaminowanej?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
- Czy Zamawiający dopuści szuflady wykonane z płyty melaminowanej (front i tył) z bokami ze stali lakierowanej proszkowo oraz wyposażonych we wkłady z tworzywa ABS odlanych, jednoczęściowych? Rozwiązanie to jest bardziej funkcjonalne i wygodne w codziennym użytkowaniu, ponieważ zapewnia swobodny dostęp do umieszczonych w nich materiałów medycznych oraz gwarantuje łatwe utrzymanie wnętrza szuflad w należytej czystości bez konieczności ich wyciągania z prowadnic. Dotyczy (Poz.15) –
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
- Prosimy o odstąpienie od wymogu pólek z regulacją skokową na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki i dopuszczenie możliwości ustalenia aranżacji pólek na etapie realizacji w porozumieniu z Użytkownikiem. Dotyczy (Poz. 19)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
- Czy Zamawiający dopuści system metalowych podpórek o średnicy fi 5 z gumowymi wibroizolatorami unieruchamiające półkę? Dotyczy (Poz. 20)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Uczestnik 3

Dotyczy: Dotyczy: zapisów SIWZ cz. B pkt.6 ppkt. 1, 2 oraz Treści zał. Nr 6 do SIWZ Warunki techniczne część 1 CZĘŚĆ 1 - MEBLE W SYSTEMIE PŁYTY MEBLOWEJ pkt. 13

1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymaganych warunków zamówienia odnośnie dokumentów przedłożenie przez Wykonawcę atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych) oraz Deklaracji Producenta potwierdzającej zgodność oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG, wraz z załączonym certyfikatem ISO 9001?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy: Treści zał. Nr 6 do SIWZ Warunki techniczne część 1 CZĘŚĆ 1 - MEBLE W SYSTEMIE PŁYTY MEBLOWEJ pkt. 6

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szuflady typu skrzynkowego z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej farbami proszkowymi. Szuflada na całym obwodzie wyposażona w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny (również w elemencie frontowym) umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Szuflady osadzone na prowadnicach kulowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia, oraz funkcją pełnego wysuwu. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Treści zał. Nr 6 do SIWZ Warunki techniczne CZĘŚĆ 2 - MEBLE MEDYCZNE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ pkt. 5

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL, z wypełnieniem konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Treści zał. Nr 6 do SIWZ Warunki techniczne CZĘŚĆ 2 - MEBLE MEDYCZNE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ pkt. 15,16.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szuflady typu skrzynkowego z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej farbami proszkowymi. Szuflada na całym obwodzie wyposażona w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny (również w elemencie frontowym) umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Szuflady osadzone na prowadnicach kulowych z

domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy przedmiotu zamówienia - SOFA

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozkładaną sofę z funkcją spania o poniższych parametrach:

- * konstrukcja - płyta wiórowa, drewno
- * wysokiej jakości pianka tapicerska, materiały usztywniające
- * funkcja spania
- * pojemnik na pościel
- * poduszki ozdobne w komplecie
- * nóżki w kolorze aluminium
- * cała wersalka na sprężynie

Wymiary:

- * Powierzchnia spania: 190/120 cm
- * Wysokość do siedziska: 40 cm
- * Głębokość siedziska 55 cm
- * Obicie – ekoskóra z możliwością wyboru koloru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy przedmiotu zamówienia: krzesła tapicerowane w pom. POKÓJ ODDZIAŁOWEJ
SEKRETARIAT, POKÓJ LEKARZY, POKÓJ ORDYNATORA.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel którego oparcie oraz siedzisko jest tapicerowane ekoskórą z zintegrowanymi podłokietnikami o wymiarach:

Wysokość całkowita: 770 mm

Wysokość siedziska: 455 mm

Szerokość całkowita: 700 mm

Głębokość całkowita: 630 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy przedmiotu zamówienia: cz.1 pom. 4 Pokój Lekarzy poz. Regał biurowy

7. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szkicu/rysunku wymaganego regału dwustronnego. Zamieszczony opis nie zawiera wystarczających informacji potrzebnych do oszacowania kosztu wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przez dwustronny należy rozumieć dwa niezależne elementy nie związane ze sobą, stykające się plecami.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 12/PN/WU/2020 z dnia 08/05/2020r.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda

W.U./W.U.