



Pismo: CRZP/68/2020/AZP/9

Gdynia dnia: 2020-06-08

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ_1

*Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

**„Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu
RID/2019/GA/1”**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do zadania nr 1 - Przenośny multimetr cyfrowy AC/DC

Czy Zamawiający dopuszcza pomiar wartości skutecznej (TrueRMS) w zakresie 50Hz - 20kHz?

Odpowiedź: Będzie wymagany pomiar wartości skutecznej (TrueRMS) w zakresie od 50Hz do 20kHz

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z miernikiem kabla optycznego z oprogramowaniem do PC?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia kabla optycznego oraz oprogramowania do PC.

Proszę o informację, jaka jest wymagana dokładność poziomu sygnału?

Odpowiedź: Wymagana dokładność poziomu sygnału wynosi $\pm(0,25 \text{ dB} + 2)$.

Czy Zamawiający dopuszcza multimetr bez pomiaru dźwięku, miernik, który chcemy zaproponować ma pomiar poziomu napięcia AC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza multimetr bez pomiaru dźwięku.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej:
<http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Zespół d/s Zamówień Publicznych:
Główny Specjalista

Brunowicz
Anita Brunowicz