

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 10/10PN/2020/6

Bytom dnia: 2020-06-19

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet nr 66

1. Do wykonywania jaich badań ma służyć szczotka opisana w Pakiecie 66.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczoteczka typu Cervical Brusch do pobierania wymazów z szyjki macicy.

2. Jaka jest długość szczotki opisanej w Pakiecie 66

Odpowiedź Zamawiającego:

Długość całej szczoteczki 20 cm, długość narzędzia roboczego 15 cm,

Pakiet nr 110

3. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 127

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 15 mm i 32 mm, drutu plecionego o grubości 0,33 mm, długość narzędzia 240 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

