

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 10/10PN/2020/33

Bytom dnia: 2020-06-30

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytanie 1 do Pakietu nr 25 lp.1 , lp.2

W związku z tym , iż producent wycofał produkcji w 2018 rury silikonowe lekkie , zamawiający dopuści jako produkt równoważny rury silikonowe tego samego producenta jak niżej:

Lp.1

Rury silikonowe wielorazowe o średnicy 19mm (2 mm grubsze) reszta charakterystyki zgodna z SIWZ ?

*Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.*

Lp.2

Rury silikonowe wielorazowe o średnicy 9mm (1 mm cieńsze) reszta charakterystyki zgodna z SIWZ ?

*Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.*

Pytanie 2 do Pakietu nr 103

Czy zamawiający dopuści do użytku zaoferowania Aparat wielorazowego użytku do resuscytacji dla noworodka o pojemności 280ml , 3 maskami silikonowymi wielorazowego użytku, rezerwuarem . Zestaw do sterylizacji w autoklawie w temp 134 st. Celsjusza do 100 cykli , z wyłączeniem do rezerwuaru ?

*Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 3 do Pakietu nr 71

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania Mankiet wielorazowy do szybkich przetoczeń Wielorazowy mankiet do infuzji ciśnieniowej o pojemności 1000ml (możliwość umieszczenia płynów o pojemności 500, 1000ml). Mankiet z powłoką hydrofobową- nieprzemakalną (

potwierdzony w instrukcji producenta)- łatwy w czyszczeniu/dezynfekcji, nie zawiera latexu. Mankiet z przednią transparentną siatką do kontroli poziomu płynów, podwójny haczyk umiejscowiony nad siatką do mocowania płynów różnej pojemności . Czytelny nadruk maksymalnej objętości wkładanego płynu do toczeń na mankiecie. Wydajna gruszka z tójstopniowym zaworem do napełnienia. kontroli ciśnienia i szybkiej deflacji. Manometr zabezpieczony ciśnieniowo wyskalowany 0- 300mm Hg. Manometr ,gruszka z drenem dostępne jako części zamienne (potwierdzone z karcie katalogowej produktu)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 do Pakietu nr 71

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania Mankiet wielorazowy do szybkich przetoczeń Wielorazowy transparentny mankiet do infuzji ciśnieniowej o pojemności 1000ml (możliwość umieszczenia płynów o pojemności 500, 1000ml). Wykonany z materiału łatwego do czyszczenia i dezynfekcji, nie zawiera latexu. Mankiet transparentny pozwalający na całkowitą kontroli poziomu płynów dookoła mankieta, haczyk do podwieszenia różnych pojemników z płynami. Konstrukcja pozwalająca na opasanie pojemnika na płyn z mocowaniem na rzep. Wydajna gruszka z zaworem spustowym do kontroli ciśnienia i szybkiej deflacji. **Wskaźnik ciśnieniowy słupkowy kolorowy** . Uchwyt do powieszenia mankieta. Czytelny napis max pojemności wkładanego płynu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

