

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 10/10PN/2020/36

Bytom dnia: 2020-07-03

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-07-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

PAKIET NR 127

Czy Zamawiający dopuści pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe, jednorazowego użytku kształt standardowy owalny o śred. 10mm, 15mm, 30mm, długość narzędzia 230cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, średnica drutu plecionego 0,40 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający wymaga minimalnej średnicy drutu plecionego 0,4mm.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

