

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom  
Pismo: 10/10PN/2020/21

Bytom dnia: 2020-07-06

## **ODPOWIEDŹ** **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet nr 9 UKŁADY ODDECHOWE DO RESPIRATORA BABYLOG 8000  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie układu o poniższych parametrach. Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny podwójnie podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek wdechowy, wydechowy o długości 160 cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm. Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację Układ zawierający portowe trójniki T 8M/8F, 22M/22M, złącze 15F, złącze 8M/15M, rurka adaptera, kolanko 22F/22M, 9-11F/22M, złącza 15F, 10M,8F/15M, złącza 11F, adapter grzałki 15F/22F, automatycznie napełniana komora, odłączalna rurka ciśnieniowa, 0,15m ramię 9-11F/9-11F, ramię 22F/22F, 0,6m ramię 15M, 11F/22F. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Dodatkowo w komorze pływający indykator poziomu wody. Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu. Możliwość stosowania układu 7 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 48 OPRZYRZĄDOWANIE DO RESPIRATORA FABIAN THERAPY WENTYLACJA NIEINWAZYJNA Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 6 komory nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody i dopuszczenie do ww. pakietu komory o niżej podanych parametrach: Dwuzaworowa automatycznie napełniana komora nawilżająca przeznaczona do aktywnego nawilżania i ogrzewania gazów oddechowych podawanych podczas wentylacji lub wspomagania oddychania pacjenta. Komora specyfikacja: • Komora uniwersalna samonapełniająca się do nawilżacza dla dzieci, dorosłych, noworodków • System dwuzaworowy zapewnia automatyczne sterowanie podawania wody i poziomu napełnienia komory. • Komora zawierająca dwa pływaki zwiększająca bezpieczeństwo



pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody, • Komora przezroczysta, posiadająca pływakowy wskaźnik umożliwiający wizualny monitoring poziomu wody. • Zaznaczony maksymalny poziom napełnienia wodą • Zdejmowana osłona przeciwpyłowa chroniąca pływak i przytrzymująca rurkę doprowadzającą podczas przenoszenia urządzenia. Po jej zdjęciu ukazują się dwa złącza męskie 22 mm. • Pojemność 130ml  $\pm$ 10ml • dren doprowadzający wodę o długości 1,2m wraz z zaciskiem i odpowietrznikiem • Produkt nie zawiera lateksu • Produkt dostarczany sterylny (sterylizacja tlenkiem etylenu (EO) ) • Komora pakowana indywidualnie z widoczną datą produkcji i datą ważności

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet Nr 83 - URZĄDZENIE DO TERAPII TLENOWEJ DO RESPIRATORA INFANT FLOW ADVANCE, INFANT FLOW SiPAP Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 3 komory nawilzacza z automatycznym pobieraniem wody i dopuszczenie do ww. pakietu komory o niżej podanych parametrach: Dwuzaworowa automatycznie napełniana komora nawilżająca przeznaczona do aktywnego nawilżania i ogrzewania gazów oddechowych podawanych podczas wentylacji lub wspomagania oddychania pacjenta. Komora specyfikacja: • Komora uniwersalna samonapełniająca się do nawilzacza dla dzieci, dorosłych, noworodków • System dwuzaworowy zapewnia automatyczne sterowanie podawania wody i poziomu napełnienia komory. • Komora zawierająca dwa pływak zwiększające bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody, • Komora przezroczysta, posiadająca pływakowy wskaźnik umożliwiający wizualny monitoring poziomu wody. • Zaznaczony maksymalny poziom napełnienia wodą • Zdejmowana osłona przeciwpyłowa chroniąca pływak i przytrzymująca rurkę doprowadzającą podczas przenoszenia urządzenia. Po jej zdjęciu ukazują się dwa złącza męskie 22 mm. • Pojemność 130ml  $\pm$ 10ml • dren doprowadzający wodę o długości 1,2m wraz z zaciskiem i odpowietrznikiem • Produkt nie zawiera lateksu • Produkt dostarczany sterylny (sterylizacja tlenkiem etylenu (EO) ) • Komora pakowana indywidualnie z widoczną datą produkcji i datą ważności.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający nie dopuszcza**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

