

L.dz. SZW.DZI.262.364/36/PN/WU/2020

Suwałki, dnia 22/09/2020r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 36/PN/WU/2020**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup sprzętu medycznego celem doposażenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby walki z osteoporozą w ramach projektu nr PLBU. 03.01.00-20-0326/17-00 „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego”- część 3 – znak sprawy 36/PN/WU/2020.

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Uczestnik 1

1.Dot. pkt. 5 opisu minimalnych wymaganych parametrów technicznych.

Czy Zamawiający dopuści do oceny detektor obsługiwany za pomocą przenośnej stacji akwizycyjnej, na którą składa się komputer przenośny Dell Optiplex 7070MT - Intel Core i5-9500 / RAM 8GB / SSD /256GB / HDD 1TB / Intel UHD Graphics 630 / DVD +/- RW //Windows 10 Pro Monitor Dell U2412M - 24" / 1920x1200 /Router Linksys EA6900 /klawiatura, mysz. Zestaw spełnia wszelkie wymogi w zakresie diagnostyki RTG.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

2.Dot. pkt. 9 opisu minimalnych wymaganych parametrów technicznych.

Czy Zamawiający dopuści matrycę obrazową 4,2 mln pikseli? 4,2 mln pikseli w pełni zaspakają potrzeby użytkowników w obszarze diagnostycznym.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

3.Dot. pkt. 10 opisu minimalnych wymaganych parametrów technicznych.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie gdzie rozmiar pojedynczego piksela wynosi 127, co spełnia standardy obrazu diagnostycznego?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

4.Dot. pkt. 17 opisu minimalnych wymaganych parametrów technicznych.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające klasę szczelności IP56, która jest dopasowana do warunków pasujących w placówkach medycznych?

Wymagana przez Zamawiającego klasa IP57 w zakresie wodoszczelności potwierdza możliwość zanurzenia urządzenia na 30 min. pod wodą co nie ma odzwierciedlenia w realnych warunkach szpitalnych i użytkowych. Natomiast klasa 6 potwierdza ochronę przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

5.Dot. pkt. 20 opisu minimalnych wymaganych parametrów technicznych.

Czy Zamawiający dopuści do oceny detektor obsługiwany za pomocą przenośnej stacji akwizycyjnej, na która składa się komputer przenośny Dell Optiplex 7070MT - Intel Core i5-9500 / RAM 8GB / SSD /256GB / HDD 1TB / Intel UHD Graphics 630 / DVD +/- RW //Windows 10 Pro Monitor Dell U2412M - 24" / 1920x1200 /Router Linksys EA6900 /klawiatura, mysz. Zestaw spełnia wszelkie wymogi w zakresie diagnostyki obrazu RTG.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

6.Dot. pkt. 33 opisu minimalnych wymaganych parametrów technicznych.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające klasę szczelności IP56, która jest dopasowana do warunków pasujących w placówkach medycznych? Wymagana przez Zamawiającego klasa IP57 w zakresie wodoszczelności potwierdza możliwość zanurzenia urządzenia na 30 min. pod wodą co nie ma odzwierciedlenia w realnych warunkach szpitalnych i użytkowych. Natomiast klasa 6 potwierdza ochronę przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 36/PN/WU/2020 z dnia 07/09/2020r.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda

W.U./W.U.

