

Suwałki, dnia 28/10/2020r.

L.dz. SZW.DZI.262.401/42/PN/MN/2020

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**NS: 42/PN/MN/2020**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści. Na mocy art. 38 ust. 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) udzielamy następujących wyjaśnień:

**Uczestnik 1**

**Pytanie nr 1 do pozycji nr 2 Funduskamera cyfrowa**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie funduskamery o następujących parametrach:

Lp.	Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020
1.	Możliwość wykonywania zdjęć przedniego odcinka oka oraz siatkówki oka
2.	Możliwość wykonywania fotografii barwnej, angiografii fluoresceinowej (FAG) oraz autofluorescencji
3.	<b>Funkcja non mydriatic – możliwość wykonywania zdjęć kolorowych dna oka przy wielkości źrenicy od 3,8 mm.</b>
4.	Przetwornik do wykonywania zdjęć kolorowych oraz FAG minimum 16 mln punktów
5.	Powiększenie optyczne 45
6.	Funkcja manualna
7.	Kompensacja wady sferycznej refrakcji pacjenta od -31D do +33D (lub większej)
8.	Fiksator zewnętrzny oraz wewnętrzny. Wewnętrzny z możliwością zmiany położenia: płamka oraz min. 70 położen peryferyjnych.
9.	Wbudowane filtry: do autofluorescencji, elektronicznie załączany filtr pobudzający i odcinający do FAG.
10.	Podgląd oka w świetle widzialnym lub w podczerwieni z regulacją natężenia oświetlenia
11.	Monitor do podglądu (umieszczony w korpusie funduskamery) o przekątnej min. 77mm.
12.	<b>Oprogramowanie producenta funduskamery z funkcjami: wykonywania, obróbki oraz archiwizacji zdjęć. System umożliwiający podczas wykonywania badań obsługę procedur tylko za pomocą funduskamery.</b>
13.	Funkcja umożliwiająca dokonywanie pomiarów na fotografiach dna oka.

14.	Funkcja umożliwiająca automatyczne składanie fotografii wykonanych w różnych miejscach siatkówki
15.	Komputer PC z monitorem z klawiaturą i myszką bezprzewodową oraz drukarką
16.	Stolik podnoszony elektronicznie góra-dół

**Odpowiedź : zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 2 do pozycji nr 2 Funduskamera cyfrowa**

W związku z wymogiem dostarczenia wraz z funduskamerą cyfrową drukarki, dla której stawka vat wynosi 23% czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza asortymentowo- cenowego, aby formularz uwzględniał odpowiednią stawkę vat dla drukarki ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, na zaoferowanie zgodnie z zastosowaniem dwóch stawek VAT w kolumnie VAT%.**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl).

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 42/PN/MN/2020 z dnia 23/10/2020r.

Z poważaniem

**Adam Szałanda**

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach