

Suwałki, dnia 27/11/2020r.

L.dz. SZW.DZI.262.413/45/PN/AK/2020

Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 45/PN/AK/2020

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**  
**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:  
**Zakup aparatu do ultrasonografii w ramach projektu nr: LT-PL-5R-349 pn.: "BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020– Zadanie 1**

– znak sprawy 45/PN/AK/2020.

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

**UCZESTNIK 1**

**Pytanie nr 1**

**Opis minimalnych wymagań parametrów technicznych, pkt 2**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny znacznie przewyższający minimalne parametry Zamawiającego, którego waga bez głowic wynosi 79kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 2**

**Opis minimalnych wymagań parametrów technicznych, pkt 5**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny znacznie przewyższający minimalne parametry Zamawiającego którego zakres częstotliwości pracy głowic obrazowych możliwych do podłączenia wynosi od 1 MHz do 16 MHz? Należy zwrócić uwagę, że zamawiający wymaga aby aparat był wyposażony w głowice pracujące w zakresie od 2,5 MHz do 12 MHz.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pracę w zakresie 1 MHz do 16 MHz.

**Pytanie nr 3**

**Opis minimalnych wymagań parametrów technicznych, pkt 9**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny znacznie przewyższający minimalne parametry Zamawiającego wyposażony w monitor o przekątnej 21,5" bez ustawienia w orientacji pionowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 4****Opis minimalnych wymagań parametrów technicznych, pkt 10**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny znacznie przewyższający minimalne parametry Zamawiającego wyposażony w 3 aktywne niezależne gniazda głowic obrazowych zlokalizowanych na frontowej obudowie aparatu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5****Opis minimalnych wymagań parametrów technicznych, pkt 12 i pkt 13**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny znacznie przewyższający minimalne parametry posiadający panel sterowania z możliwością regulacji wysokości w zakresie 18cm, wyposażony w ekran dotykowy, do sterowania funkcjami aparatu, o przekątnej 10,1”?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza panel sterowania z możliwością regulacji wysokości w zakresie 18cm, ekran dotykowy, do sterowania funkcjami aparatu – zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 6****Opis minimalnych wymagań parametrów technicznych, pkt 15**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny znacznie przewyższający minimalne parametry Zamawiającego w którym dotykowy, interaktywny panel sterowania nie posiada funkcji blokady?

**Odpowiedź:** zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 7****Opis minimalnych wymagań parametrów technicznych, pkt 19**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny znacznie przewyższający minimalne parametry Zamawiającego wyposażony w złącza pozwalające na komunikację z urządzeniami zewnętrznymi min: - USB 2.0, - HDMI, LAN (Ethernet 10/100/1000) bez – USB 3.0?

**Odpowiedź:** zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 8****Opis minimalnych wymagań parametrów technicznych, pkt 20**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny znacznie przewyższający minimalne parametry Zamawiającego z regulacją głębokości pola obrazowego od 2 cm do 40 cm w którym zakres wyświetlania pola obrazowego od czoła głowicy wynosi od 0 cm do 40 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 9****Opis minimalnych wymagań parametrów technicznych, pkt 26**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny znacznie przewyższający minimalne parametry Zamawiającego bez automatycznego pomiaru PSAD?

**Odpowiedź:** zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 10****Głowice – A, pkt 5**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny znacznie przewyższający minimalne parametry Zamawiającego wyposażony w głowice convex posiadającą 160 elementów z zakresem częstotliwości pracy od 1 MHz do 7 MHz bez przycisku umożliwiającego głowicy, zamrożenia i aktywacji obrazu?

**Odpowiedź:** zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 11****Głowice – B, pkt 6**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny znacznie przewyższający minimalne parametry Zamawiającego wyposażony w głowicę liniową posiadającą 256 elementów z zakresem częstotliwości pracy od 3 MHz do 14 MHz bez przycisku umożliwiającego głowicy, zamrożenia i aktywacji obrazu?

**Odpowiedź:** zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 12**

**Możliwości Rozbudowy, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny znacznie przewyższający minimalne parametry bez możliwości rozbudowy o głowicę rektalną trzyplaszczynowej?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**UCZESTNIK 2**

**Pytanie 1**

**Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ poz. 5**

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisu, czy Zamawiający miał na myśli zakres częstotliwości pracy min. 2,0-18,0 MHz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zakres częstotliwości pracy min. 2,0-18,0 MHz.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl).

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 45/PN/AK/2020 z dnia 20/11/2020r.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**Adam Szałanda**