


Oznaczenia:

TK - tomograf komputerowy
"BrightSpeed Edge"

Ko - konsola kontrolna

PDU - zasilacz

1-4 - oznaczenie osłon (ścian)

 - sygnalizacja świetlna- oznakowanie

Ok - okienko kontrolne

Wa - wywoływarka

Uzgodniono bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych

jak w opinie sanitarnej


z dnia 08.12.2006

Nr NS/HR/5022-2011/164/06

2391

PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
W KATOWICACH

dr n. med. Zbigniew Świderek

Temat:	
Aneks dokumentacji osłon przed promieniowaniem X	
Inwestycja :	
Szpital Specjalistyczny nr 2 Bytom, ul. St. Batorego 15	
Obiekt :	Skala :
Pracownia Tomografii	1 : 50 [cm]
Nazwa :	Nr rysunku :
Rzut wysokiego parteru - usytuowanie tomografu	A1
Opracowanie:	Data:
mgr Zdzisława Małota 	listopad 2006r.