

**Sprostowanie O D P O W I E D Z I**  
**na zapytania w sprawie SIWZ w ramach pytanie 50.**

*Szanowni Państwo,*

Upzejmie informujemy, iż w dniu 2021-01-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na na zakup i dostawę Tomografu Komputerowego II dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 38/38 PN/ 2020..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

50. Czy Zamawiający wymaga dostawy wraz z aparatem fartuchów ochronnych o odpowiednim ekwiwalencie ołowiu? Jeśli tak, to prosimy o podanie typu, ilości i wymaganej ostonności.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający wymaga fartuchów ochronnych:*

**1. FARTUCH OCHRONNY JEDNOSTRONNY, DŁUGI**

- BEZ RĘKAWA, ZAPINANY NA RZEPY NA DOPASOWANIE,  
Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA ZMYWANIE I DEZYNFEKCJĘ
- RÓWNOWAŻNIK - 0,50 mm Pb
- WYSOKOŚĆ/DŁUGOŚĆ - 110 cm - 120 cm
- CERTYFIKAT WYROBU

**ILOŚĆ SZTUK 1**

**2. OCHRONA TARCZYCY, TZW. "ŚLINIAK"**

- ZAPINANA NA RZEPY NA DOPASOWANIE,  
Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA ZMYWANIE I DEZYNFEKCJĘ
- RÓWNOWAŻNIK - 0,50 mm Pb
- CERTYFIKAT WYROBU
- ROZMIAR L

**ILOŚĆ SZTUK 1**

### **3, GARSONKA FARTUCH OCHRONNY KOMPLET**

**- KAMIZELKA OCHRONNA RTG DWUSTRONNA**

**0.50mmPb (PRZÓD) /0.25mmPb**

**- SPÓDNICA OCHRONNA RTG DWUSTRONNA**

**0.50mmPb(PRZÓD) /0.25mmPb**

**- BEZ RĘKAWA, ZAPINANA NA RZEPY NA DOPASOWANIE,  
Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA ZMYWANIE I DEZYNFEKCJĘ**

**- CERTYFIKAT WYROBU**

**- ROZMIAR XL**

### **ILOŚĆ SZTUK 1**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

