

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 38/38PN/2020/19

Bytom dnia: 2021-01-25

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-01-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na na zakup i dostawę Tomografu Komputerowego II dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 38/38 PN/ 2020..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

W nawiązaniu do ogłoszonych odpowiedzi z dnia 19.01.2021 dotyczącą punktu 7.4 zał A do SiWZ, gdzie Zamawiający wymaga funkcjonalności symultanicznego podawania środka kontrastowego i soli fizjologicznej umożliwiającej jednakowe zakontrastowanie komór serca, prosimy o dopuszczenie urządzenia z równoważną funkcjonalnością mieszania płynów za pomocą iniekcji sekwencyjnej, tj podawania kontrastu i soli fizjologicznej w bardzo krótkich odstępach czasu z możliwością zaprogramowania w proporcjach 15%, 20%,25% 30%,50% dla środka kontrastowego

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

