

| | |
|-------------------|---------------------------|
| ESENDER_LOGIN: | ENOTICES |
| CUSTOMER_LOGIN: | zeromski |
| NO_DOC_EXT: | 2021-019482 |
| SOFTWARE VERSION: | 11.0.3 |
| ORGANISATION: | ENOTICES |
| COUNTRY: | EU |
| PHONE: | / |
| E_MAIL: | zpubl@zeromski-szpital.pl |

| | |
|----------------------------|------------|
| LANGUAGE: | PL |
| CATEGORY: | ORIG |
| FORM: | F14 |
| VERSION: | R2.0.9.S03 |
| DATE_EXPECTED_PUBLICATION: | / |

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny: 000630161

Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 31-913

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Iwona Wolnicka

E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl

Tel.: +48 126229413

Faks: +48 126444756

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zakup i dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komput, przeprowadzenie testów akceptacyjnych i wykonanie projektu osłon przed promieniowaniem rtg wraz z przeszkoleniem pracowników

Numer referencyjny: ZP/33/2020

II.1.2) Główny kod CPV

33115000 Urządzenia do tomografii

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Zakup i dostawa wraz z montażem tomografu komputerowego w ramach zadania pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" wraz z dotacją celową Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1a i 1b.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/02/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: zeromski

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-176872

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-635378

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Przedmiot

Zamiast:

Zakup i dostawa 1 sztuki tomografu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem, przeprowadz.testów akceptac. i wykonanie projektu osłon przed promieniowaniem rtg wraz z przeszkol.pracowników; zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym zał. nr 1 do specyfikacji oraz zał. nr 1a i 1b.

Wykonawca wykona:

1. Demontaż i utylizacja istniejącego aparatu
2. malowanie pracowni
3. Wymiana wykładziny
4. ewentualne wykonanie dodatkowych kanałów (w przypadku niewielkiej ilości dopuszcza się montaż korytek na ścianie)
5. Wykonanie projektu osłon radiologicznych
6. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowych osłon (ścian, okien i drzwi oraz okna pomiędzy pracownia a sterownią) należy uwzględnić prace w ofercie

Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN.

Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych).

Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS oraz szpitalnym systemem PACS Gwarancja min. 36 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia)

Przeglądy okresowe co 12 m-cy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych,w tym jeden na koniec okresu gwaranc. również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i

materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym

Każda naprawa gwarancji przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy

Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamaw. w dni robocze licząc od pon.-piątku z wył.dni ustawowo wolnych od pracy

Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie

Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 6 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamaw.

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłosz.

Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty sprzedaży

Szkolenie personelu med. w zakresie obsługi sprzętu w dwóch terminach (po około 5 osób);

Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamaw. - przy dostawie

Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy

Paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,

Rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części

Składowe, istotne wyposażenie), kody z aktualnie

Obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)

Instrukcja obsługi w jęz.polskim w formie elektro. i drukowanej (przy dostawie)

Rok produkcji: 2021

Wyroby med. muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach med. (Dz. U. 2017 poz.

211 ze zm.) tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfik. (dot. klasy wyrobu medycznego: I sterylnej, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III).

Zamaw. informuje o możliwości przeprowadzenia przez wykonawców wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowany tomograf. Zamaw. informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dot. treści SIWZ. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. wizji nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.

Powinno być:

Zakup i dostawa 1 szt tomografu komputerowego wraz z montażem, uruchomieniem, przeprowadz. testów akceptacyjnych i wykonanie projektu osłon przed promieniowaniem rtg wraz z przeszkol. pracowników; zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym zał. nr 1 do specyfikacji oraz zał. nr 1a i 1b.

Wykonawca wykona:

1. Demontaż i utylizacja istniejącego aparatu
2. malowanie pracowni
3. Wymiana wykładziny
4. ewentualne wykonanie dodatkowych kanałów (w przypadku niewielkiej ilości dopuszcza się montaż korytek na ścianie)
5. Wykonanie projektu osłon radiologicznych
6. W przypadku konieczności zastos. dodatk. osłon (ścian, okien i drzwi oraz okna pomiędzy pracownią a sterownią) należy uwzględnić prace w ofercie

Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN.

Wykon. testów odbiorczych oraz testów specjalist. (w tym testów monitorów) po instalacji urz. dla oferow. zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporz. Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalist.). Wykon. testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancji. Integracja

sprzętu i oprogr. dostarcz.w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS oraz szpitalnym systemem PACS

Gwarancja min. 36 m-cy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia)

Przeglądy okres.co 12 m-cy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwaranc. również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpow.wpisu w paszporcie technicznym Każda naprawa gwaranc.przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamaw.w dni robocze licząc od pon.-piątku z wył.dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy w ciągu 48 godzin.

Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawn. pracownika wyk. przy uszkodz.aparacie (o ile taka konieczność nastąpi). W określonych przypadkach Zam. uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę / naprawę wykonaną za pośrednictwem sieci komput. lub poprzez rozmowę telef.

Wymiana uszkodz. podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 6 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwis. w obecności przedstawiciela zamaw.

Max czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłosz.

Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty sprzedaży.

Oprogramowanie i sprzęt komp.-5 letnia dostępność części zamiennych

Szkolenia dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel (ok. 15 osób) z zakresu obsługi aparatu (po instalacji i uruchomieniu aparatu); szkolenia specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel (ok. 15 osób) z zakresu procedur medycznych wyk. na aparacie, potwierdzone certyfikatami; 5 dni x7 godzin po dopuszczeniu aparatu do eksploatacji.

Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamaw. - przy dostawie

Z urzędu i jego niezależnym wyposażeń dostarczy Paszport z danymi co najmniej: nazwa, typ (model), producent,

Rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)

Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)

Rok produkcji: 2021. Zamawiający dopuszcza wstrzykiwacza kontrastu, rok produkcji: 2020

Wyr. med. muszą spełniać wym. ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyr. med. (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.).

W przypadku wyrobów nie podlegających ustawie o wyr. med. oświadczają o pos. innych dok. dopuszczających do obrotu i stosowania. Zamawiający informuje o możliwym przeprowadzeniu przez wyrob. wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowany tomograf. Uczestnictwo w ww. wizji nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 9a ustawy, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbioru wizji lokalnej.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert

Zamiast:

Data: 28/01/2021

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 25/02/2021

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Data: 28/03/2021

Powinno być:

Data: 25/04/2021

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 28/01/2021

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 25/02/2021

Czas lokalny: 11:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**