

Suwałki, dnia 14/04/2021r.

L.dz. SZW.DZI.262. 113/4/PN/MN/2021

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 4/PN/MN/2021

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy zamówienia udzielanego jest w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

Pytanie 1 Dotyczy Części Nr 20 Sevofluran x 1 but. 250 ml

Zamawiający w dni 08.04.2021r odpowiedział w sposób następujący na pytanie: Pytanie 1 Dotyczy Części Nr 20 Sevofluran x 1 but. 250 ml Czy Zamawiający zechciałby doprecyzować rodzaj i ilość aparatów do znieczulenia będących na wyposażeniu bloku operacyjnego Zamawiającego, jako okoliczność niezbędną do sporządzenia oferty? Pragniemy zauważyć, że nie wszystkie parowniki są kompatybilne z każdym rodzajem opakowania końcowego leku Sevofluran. Odpowiedź: 10 parowników typu Feel 2 parowniki typu Dräger 1 parownik typu Fiuszin Czy Zamawiający może doprecyzować jakie ma modele aparatów do znieczulenia podając szczegółową nazwę i numer modelu.

Odpowiedź:

<u>l.p.</u>	<u>przedmiot</u>	<u>Model/firma</u>	<u>Nr seryjny</u>	<u>Data produkcji</u>
<u>1</u>	Aparat do zniecz. ogólnego	Saturn EVO	10/19018	2010
<u>2</u>	Aparat do zniecz. ogólnego	Saturn EVO	10/19019	2010
<u>3</u>	Aparat do zniecz. ogólnego	Saturn EVO	10/19016	2010
<u>4</u>	Aparat do zniecz. ogólnego	Fabius-Dräger	ARUM0187	2004
<u>5</u>	Aparat do zniecz. ogólnego	Fabius-Dräger	ARUM0188	2004
<u>6</u>	Aparat do znieczuleń	WATO EX-55N	ES-3A001218	2013
<u>7</u>	Aparat do znieczuleń	WATO EX-55N	ES-3A001217	2013
<u>8</u>	Aparat do znieczuleń	A7	FR3A000106	2013
<u>9</u>	Aparat do znieczuleń	ATLAN A350	ASNL-0151	2020
<u>10</u>	Aparat do znieczulenia	Saturn Evo Color	11/23509	2011
<u>11</u>	Aparat do znieczulenia	Saturn Evo Color	11/23529	2011

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 4/PN/MN/2021 z dnia 12/03/2021r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach