

Suwałki, dnia 30/06/2021r.

L.dz. SZW.DZI.262.287/21/PN/MN/2021

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 21/PN/MN/2021**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia udzielanego jest w trybie podstawowym pn.: Zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

Pytanie 1

Część 12

Aby precyzyjnie dobrać Czujnik wielorazowego użytku typu Y dla noworodka do kardiomonitora firmy GE model Carescape B 450 czy Zamawiający wymaga zaoferowania oryginalnego czajnika wymagane oraz zalecanego przez Producenta aparatu firmę GE Medical zapewniający prawidłowe pomiary oraz prace bez zakłóceń?

Odpowiedź: Czujnik zapewniające prawidłowe pomiary bez zakłóceń

Pytanie 2 Część 15 pozycja 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie gdyż w defibrylatorach Lifepak 15 jest zastosowana technologia Masimo SET (Signal Ekstraktion Technology), to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych filtrów pozwala na eliminację sygnałów płynących z krwi żyłnej, jest technologią chronioną patentem na całym świecie. Technologia ta dla prawidłowego i niezafałszowanego pomiaru wymaga zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik również wykonany w technologii Masimo SET. Czy związku z tym Zamawiający wymaga zaoferowania czujników wykonanych w technologii Masimo Set w pozycji:

Odpowiedź: Zamawiający wymaga akcesoriów w technologii Masimo Set

Pytanie 3 Pozycja 1 Czujnik jednopacjentowy pediatryczny wykonany w technologii Masimo SET złącze M-LNCS Pdtx-3, 10-50 kg, dł. 90 cm kompatybilność z technologią potwierdzona pisemnie przez producenta Masimo lub autoryzowany serwis Masimo



Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia pisemnego

Pytanie 4 Pozycja 2 Czujnik wielorazowy wykonany w technologii Masimo SET złącze M-LNCS DCI, klips na palec, > 30kg, dl.90 cm, wielorazowy kompatybilność z technologią potwierdzona pisemnie przez producenta Masimo lub autoryzowany serwis Masimo



Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia pisemnego

Pytanie 5 Część 16 do pozycji 1,2,3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie gdyż w defibrylatorach Lifepak jest zastosowana technologia Masimo SET (Signal Ekstraktion Technology) , to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych filtrów pozwala na eliminację sygnałów płynących z krwi żyłnej, jest technologią chronioną patentem na całym świecie. Technologia ta dla prawidłowego i niezafałszowanego pomiaru wymaga zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik również wykonany w technologii Masimo SET. Czy związku z tym Zamawiający wymaga zaoferowania czujników wykonanych w technologii Masimo Set w pozycji:

Pozycja 1 Lifepak 12: Czujnik wielorazowy wykonany w technologii Masimo SET typu klips na palec > 30 kg bezpośredni kompatybilność z technologią potwierdzona pisemnie przez producenta Masimo lub autoryzowany serwis Masimo



Odpowiedź: Zamawiający wymaga akcesoriów w technologii Masimo Set i nie wymaga potwierdzenia pisemnego producenta lub autoryzowanego serwisu Masimo

Pytanie 6 Pozycja 2 Lifepak 15: Czujnik wielorazowy wykonany w technologii Masimo SET złącze LNCS DCI, typu klips na palec > 30kg kompatybilność z technologią potwierdzona pisemnie przez producenta Masimo lub autoryzowany serwis Masimo



Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga potwierdzenia pisemnego

Pytanie 7 Pozycja 3 Lifepak 20E: Czujnik wielorazowy wykonany w technologii Masimo SET złącze LNCS DCI, typu klips na palec > 30kg kompatybilność z technologią potwierdzona pisemnie przez producenta Masimo lub autoryzowany serwis Masimo



Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga potwierdzenia pisemnego

Pytanie 8 Część 23

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie gdyż w pulsoksymetrze Radical 7 jest zastosowana technologia Masimo SET (Signal Ekstraktion Technology) , to technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, która dzięki zastosowaniu specjalnych opatentowanych filtrów pozwala na eliminację sygnałów płynących z krwi żyłnej, jest technologią chronioną patentem na całym świecie. Technologia ta dla prawidłowego i niezafałszowanego pomiaru wymaga zastosowania akcesoriów: kabel-czujnik również wykonany w technologii Masimo SET. Czy związku z tym Zamawiający wymaga zaoferowania czujników wykonanych w technologii Masimo Set w zakresie wagowym < 3 kg lub > 40 kg kompatybilność z Radical7 potwierdzone pisemnie przez producenta firmę Masimo lub autoryzowany serwis Masimo Polska?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga akcesoriów w technologii Masimo Set i nie wymaga potwierdzenia pisemnego producenta lub autoryzowanego serwisu Masimo

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga aby czujniki posiadały dokładność pomiaru do 1,5% oraz były kompatybilne z Radical 7 oraz Rad97 producenta Masimo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga asortymentu odpowiadającego wymogom producenta aparatury medycznej i zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020, poz. 186 ze zm.)

Uczestnik 2

Pytanie 1

Zapytanie dotyczące zapisów umowy - Wysokość kar umownych : § 7 Zamawiający się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych opisanych w punktach poniżej:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w § 2 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w § 3 ust. 9 umowy.

Na zapis:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w § 2 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w § 3 ust. 9 umowy. Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na powyższe zapisy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 1 - dotyczy część 32 - przewód do respiratora Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 5 dni dni roboczych od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy po uprzednim poinformowaniu o opóźnieniu dostawy

Uczestnik 3

Pytanie 1 Część 5

Poz. 2 i poz. 15 dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm

Poz. 18 dopuszczenie dl. 2,5 m

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Uczestnik 4

Pytanie 1

Część nr 5 poz. 7 Czy zamawiający dopuści mankiety w rozm. 6-11 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2 Część nr 5 poz.9

Czy zamawiający dopuści mankiety w rozm.18-26 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3 Część nr 5 poz.10

Czy zamawiający dopuści mankiety w rozm. 20-28 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4 Część nr 7 poz.11

Prosimy o określenie rodzaju adaptera z zdjęcia poglądowego : A:(w załączniku) Czy B: (w załączniku)

Odpowiedź: W części 7 poz.11 nastąpiła omyłka pisarska powinno być Adapter wielorazowego użytku Masimo

Pytanie 5 Część nr 14 poz. 19-21

Czy Zamawiający wyłączy pozycję nr 19,20,21 z pakietu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 Część nr 8 poz. 4

Czy zamawiający potrzebuje Czujnik z adapterem czy bez adaptera ,dla dzieci czy dla dorosłych?

Odpowiedź: Zamawiający potrzebuje czujnika wielorazowego użytku dla dorosłych bez adaptera

Pytanie 7 Część 10 poz.1

Czy chodzi o czujnik w technologii Nellcor czy Masimo?

Odpowiedź: w technologii Masimo

Pytanie 8 Część nr 20 poz. 7

Prosimy o podanie numeru katalogowego używanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: nr katalogowy E10-KZ2-I

Uczestnik 5

Pytanie 1 Dotyczy Części nr 3, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga dostawy czujników długich wpinanych bezpośrednio do kardiomonitora czy krótkich do adapteru / przedłużacza?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga krótkich czujników wpinanych do adaptera

Pytanie 2 Dotyczy Części nr 3, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju czujnika typu Y tj. czy czujnik powinien być rozłączny czy nierozłączny?

Odpowiedź: kabel do adaptera

Pytanie 3 Dotyczy Części nr 3, pozycje nr 1, 2

Prosimy Zamawiającego o podanie technologii pracy czujnika i adapteru tj. Masimo, Nellcor, Nellcor OxiMax.

Odpowiedź: w technologii Nellcor

Pytanie 4 Dotyczy Części nr 4, pozycje nr 1, 2

Czy Zamawiający wymaga dostawy czujników długich wpinanych bezpośrednio do kardiomonitora czy krótkich do adapteru / przedłużacza?

Odpowiedź: w całości bezpośredni około 1 m

Pytanie 5 Dotyczy Części nr 4, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju czujnika typu Y tj. czy czujnik powinien być rozłączny czy nierozłączny?

Odpowiedź: typ Y 3 m nierozłączny

Pytanie 6 Dotyczy Części nr 4, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju czujnika tj. klips czy soft oraz przeznaczenie tj. dla dorosłych czy pediatryczny.

Odpowiedź: Zgodnie SWZ

Pytanie 7 Dotyczy Części nr 5, pozycje nr 1, 14

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietów w rozmiarze 42 – 54 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 8 Dotyczy Części nr 5, pozycje nr 2, 15

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietów w rozmiarze 34 – 43 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 9 Dotyczy Części nr 5, pozycja nr 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietów w rozmiarze 7 – 14 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 10 Dotyczy Części nr 5, pozycje nr 6, 17

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietów w rozmiarze 10 – 15 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 11 Dotyczy Części nr 5, pozycja nr 7

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietów w rozmiarze 6 – 11 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 12 Dotyczy Części nr 5, pozycje nr 8, 10, 16

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietów w rozmiarze 20.5 – 28 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 13 Dotyczy Części nr 5, pozycje nr 11, 12, 13

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietów w rozmiarze 27 – 35 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 14 Dotyczy Części nr 7, pozycja nr 1, 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju czujnika typu Y tj. czy czujnik powinien być rozłączny czy nierozłączny?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ poz. 1 , poz.6 opaska silikonowa

Pytanie 15 Dotyczy Części nr 7, pozycje nr 1, 2, 5, 6

Czy Zamawiający wymaga dostawy czujników długich wpinanych bezpośrednio do kardiomonitora czy krótkich do adapteru / przedłużacza?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ poz. 1 , 2, poz. 5 klips dla dzieci, poz. 6 opaska silikonowa

Pytanie 16 Dotyczy Części nr 7, pozycje nr 1, 9

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie modeli aparatów z jakimi powinien być kompatybilny zaoferowany czujnik SpO₂.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie 17 Dotyczy Części nr 7, pozycja nr 3, 4

Czy Zamawiający wymaga dostawy czujników SpO₂ bezklejowych/piankowych czy samoprzylepnych/klejowych?

Odpowiedź: czujniki klejowe

Pytanie 18 Dotyczy Części nr 7, pozycja nr 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju czujnika tj. klips czy soft.

Odpowiedź: klips

Pytanie 19 Dotyczy Części nr 7, pozycja nr 7

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaproponowania czujnika typu Y.

Odpowiedź: czujnik typu Y

Pytanie 20 Dotyczy Części nr 7, pozycja nr 8

Prosimy Zamawiającego o podanie technologii pracy adapteru SpO₂ tj. Masimo, Nellcor, Nellcor OxiMax.

Odpowiedź: w technologii Nellcor

Pytanie 21 Dotyczy Części nr 12, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rodzaju czujnika typu Y tj. czy czujnik powinien być rozłączny czy nierozłączny?

Odpowiedź: nierozłączny typu Y

Pytanie 22 Dotyczy Części nr 16, pozycje nr 1, 2

Czy Zamawiający wymaga dostawy czujników długich wpinanych bezpośrednio do kardiomonitora czy krótkich do adapteru / przedłużacza?

Odpowiedź: czujnik bezpośredni bez adaptera

Pytanie 23 Dotyczy Części nr 16, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przeznaczenia czujnika tj. dla dorosłych czy pediatryczny.

Odpowiedź: dla dorosłych

Pytanie 24 Dotyczy Części nr 17, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga dostawy czujników długich wpinanych bezpośrednio do kardiomonitora czy krótkich do adapteru / przedłużacza?

Odpowiedź: Wpinanych zgodnie z SWZ

Pytanie 25 Dotyczy Części nr 17, pozycja nr 2



Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rodzaju wtyczki kabla do czujnika.



Odpowiedź: w technologii Nellcor

Pytanie 26 Dotyczy Części nr 17, pozycja nr 5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie rodzaju konektorów do mankietów NIBP.

A)		B)	
----	---	----	---

Odpowiedź: konektor męski i żeński BP

Uczestnik 6

Pytanie 1 dotyczy części 14, poz. 2, 4, 5, 12, 13, 14

Prosimy o dopuszczenie kabli jednorzędowych (zawierające pojedynczy bolec we wtyku połączeniowym). Zdjęcie wtyku od strony odprowadzeń.



Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 2, dotyczy części 14, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie odprowadzeń EKG z mini klipsami ja na zdjęciu poniżej:



Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa 05/07/2021r o godzinie: 12:00

Otwarcie ofert nastąpi 05/07/2021r o godzinie 13:00.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 21/PN/MN/2021 z dnia 23/06/2021r.

Z poważaniem
Włodzimierz Żaworonok
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach