



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



Chorzów, dnia 02.02.2023 r.

OGŁOSZENIE

o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów nr 1, 3 i 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn.: **"Dostawa środków ochrony osobistej"** – znak sprawy **TP/SO/19/21**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny w Chorzowie**, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie pakietów nr 1, 3 i 5.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt. 6 ustawy Pzp postępowanie obarczone **jest niemożliwą do usunięcia wadą** uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z art. 255 pkt. 6 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie wymagał przedmiotowych środków dowodowych, przez co nie można było zweryfikować czy produkty zaoferowane przez Wykonawców są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji, jednocześnie z dokumentów złożonych przez Wykonawców wynika jak poniżej :

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania, Zamawiający powziął informację, że postępowanie zawiera wadę polegającą na nieprecyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia, poprzez niejednoznaczne i nieprecyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie był w stanie zweryfikować w sposób poprawny złożonych ofert.

Sporządzony przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia miał realny wpływ na sporządzenie oferty, a w konsekwencji zaoferowanie innego produktu, niż ten, który był oczekiwany przez Zamawiającego. Sposób w jaki Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, nie pozwolił mu skutecznie zweryfikować złożonych ofert.

Z uwagi na zaistniałe okoliczności, złożone oferty okazały się nieporównywalne, a także niezgodne z tym czego rzeczywiście oczekiwał Zamawiający błędnie formułując opisy dla poszczególnych produktów.



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



Ponadto w niniejszym postępowaniu Zamawiający w sposób nieuprawniony wystąpił do Wykonawców o złożenie przedmiotowych środków dowodowych. Czynności tej nie przewidział ani w Specyfikacji Warunków Zamówienia, ani w ogłoszeniu o zamówieniu. Pomimo nieuprawnionego wezwania część z Wykonawców złożyła Zamawiającemu przedmiotowe środki dowodowe, a część nie. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie przewidział procedury żądania przedmiotowych środków dowodowych, nie miał możliwości odrzucenia Wykonawców za ich nie złożenie. Nie można winić Wykonawcy za błędy Zamawiającego i nie może on ponosić negatywnych konsekwencji działań Zamawiającego podjętych w toku postępowania.

W konsekwencji Zamawiający posiadał nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, oferty wraz z przedmiotowymi środkami dowodowymi oraz bez nich. Mimo zachowania należytej staranności, tak aby zapewnić zasadę równego traktowania Wykonawców Zamawiający nie był w stanie ocenić, czy zaoferowane produkty, spełniają jego wymagania a tym samym doprowadzić do zawarcia prawidłowych umów.

Jednocześnie nie miał, żadnych podstaw aby odrzucić złożone oferty jako niezgodne z warunkami zamówienia.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z treścią wyroku Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO 2176/19, „*niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia, który nie pozwala na złożenie porównywalnych ofert, stanowi wystarczającą podstawę do unieważnienia postępowania. Na tym etapie postępowania (po złożeniu ofert) wadliwości tej nie można usunąć*”.

W toku badania ofert oraz dokumentów, które posiadała komisja, ustalono m.in., że :

w ofertach złożonych na pakiet nr 1

Oferta nr 1 - zaoferowano kombinezon wykonany z laminowanej tkaniny włókninowo-polipropylenowej, nie jest to tkanina typu Tyvec,

Oferta nr 6 - materiał to polipropylen laminowany folią PP+PE- nie jest to tkanina typu Tyvec,

Oferta nr 8 - kombinezon wykonany z włókniny 100% PP, membrana 100% PP, włóknina propylenowa + membrana propylenowa, nie posiada zintegrowanych butów,

Oferta 11 - brak kart produktów oraz numerów katalogowych,

Oferta 12 - brak kart produktów, brak numerów katalogowych - nie można zidentyfikować produktu,

w ofertach złożonych na pakiet nr 3

Oferta nr 1 - produkt posiada 23% Vat- środek ochrony indywidualnej, nie spełnia wymagań normy EN 14683:2019,

Oferta nr 3 - zaoferowana maska nie zawiera zaworu wydechowego,

Oferta nr 6 - Vat 23% - środek ochrony indywidualnej, nie spełnia normy EN 14683:2019,

Oferta nr 8 - brak karty produktu- Vat 23% - środek ochrony indywidualnej, a nie wyrób medyczny,

Oferta 12 - brak kart produktów, brak numerów katalogowych- nie można zidentyfikować produktu,

w ofertach złożonych na pakiet nr 5

Oferta nr 2 - Zamawiający wymagał zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej SMS 40 g, nie wyraził zgody na gramaturę 35g, zaoferowano fartuch ochronny z włókniny o gramaturze 35-45 g,

Oferta 11 - brak kart produktów oraz numerów katalogowych,



SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP: 627 23 23 217, REGON: 271503395, KRS: 0000050560

tel. +48 (32) 346 36 15, fax. +48 (32) 241 47 33

e-mail: sekretariat@sswch.pl

www.sswch.pl



Oferta 12 - brak kart produktów, brak numerów katalogowych - nie można zidentyfikować produktu .

W związku zaistniała sytuacją oraz mając powyższe na względzie, unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia stało się konieczne i jest uzasadnione.

Dyrektor

Opracowała : Dorota Kaczmarek
Sporządzono w dniu: 02.02.2023 r.

