

Suwałki, dnia 26/07/2022r.

L.dz. SZW.DZI.262. 202/24/TP/WU/2022

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**NS: 24/TP/WU/2022**

Dotyczy: **Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. „Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne”**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień

**Uczestnik 1**

Zapytanie do Części nr 5 - Holter EKG

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji czy do wyspecyfikowanego oprogramowania, Zamawiający będzie wymagał zaoferowania kompatybilnego rejestratora Holtera EKG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający na podstawie art. 286 ust.1 ustawy PZP dokonuje zmiany parametrów technicznych w zakresie Części 5 Holter EKG - szt. 1.

**Uczestnik 2**

**Pytanie nr 1 – dotyczy części nr 2 – Myjnia-dezynfektor do sond przełykowych – 1szt.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści myjnię o wysokości 112 cm spełniającą wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ.

Odpowiedź: Tak

**Pytanie nr 2 – dotyczy części nr 2 – Myjnia-dezynfektor do sond przełykowych – 1szt.**

Prosimy o podanie ilości i modeli (z nazwą producenta) głowic echokardiografii przezprzełykowej, które będą poddawane reprocessowaniu w myjni w celu dobrania i wyceny konwerterów niezbędnych do przeprowadzenia testu upływu (izolacji el.).

Odpowiedź: 1 szt. GE 6VT-D( nr.kat. 10020) kompatybilny z Vivid S70N

**Pytanie nr 3 – dotyczy części nr 2 – Myjnia-dezynfektor do sond przełykowych – 1szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu reakcji serwisu do 72h, czasu naprawy do 7 dni, natomiast w przypadku konieczności sprawdzenia części zamiennych z zagranicy do 14dni? Jedynie po przekroczeniu terminu naprawy 14 dni Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 4 – dotyczy umowy §1, pkt. 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy §1, pkt. 18 na następujący „W okresie gwarancji trzy naprawy powodują wymianę wadliwej części sprzętu na nową. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie, lecz nie krócej niż 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 10 lat. W przypadku braku dostępności części , o których mowa w zdaniu poprzednim wykonawca odpowiada za szkodę po stronie zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym”?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany §1ust.18 umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

„W okresie gwarancji trzy naprawy powodują wymianę wadliwej części sprzętu na nową. Natomiast każda kolejna naprawa tej samej części powoduje wymianę sprzętu lub modułu zawierającego uszkodzony podzespół na nowy. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie, lecz nie krócej niż 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 10 lat. W przypadku braku dostępności części , o których mowa w zdaniu poprzednim wykonawca odpowiada za szkodę po stronie zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym”

**Pytanie nr 5 – dotyczy części nr 2 – Myjnia-dezynfektor do sond przełykowych – 1szt.**

Prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 42 dni dla Części 2- Myjnia-dezynfektor do sond przełykowych – 1szt.

**Pytanie nr 6 – dotyczy części nr 2 – Myjnia-dezynfektor do sond przełykowych – 1szt.**

Czy Zamawiający oczekuje uwzględnienie w ofercie kosztów (na okres gwarancji) zestawów kwartalnych filtrów będących materiałem eksploatacyjnym?

Odpowiedź: Nie

**Uczestnik 3**

Pytania do załącznik 5 do SWZ Część 6 - wózek reanimacyjny

1.

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach:

- szerokość: 630mm +/- 30mm

- głębokość: 450mm +/- 30mm

- wysokość 950mm +/- 30mm

Są to wymiary wózka bez elementów dodatkowych.

Odpowiedź: Tak

2.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady o wysokości:

- jedna szuflada o wysokości 240mm +/- 5mm

- dwie szuflady o wysokości 120mm +/- 5mm

- dwie szuflady o wysokości 80mm +/- 5mm

Zróżnicowana wysokość szuflad zwiększa jego użyteczność

Odpowiedź: Tak

3.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady z podziałkami, umożliwiającymi dowolny podział na 4,6,9 lub 16 części? Podziałki wykonane z wysokiej jakości tworzywa – takie podziałki umożliwiają swobodną segregację produktów we wnętrzu szuflad, pomagają utrzymać ład i porządek.

Odpowiedź: Tak

**Uczestnik 4**

**Załącznik nr 5 – Część 5 – Holter EKG, szt. 1**

1. Czy Zamawiający dopuści sieciowy (dodatkowa licencja)system holterowski o poniższych parametrach pracujący już w szpitalu na dwóch oddziałach? Zwracamy uwagę iż Zamawiający w swoim szpitalu posiada zainstalowany system holterowski EKG oparty o serwer sieciowy. Dodatkowa licencja sieciowa pozwala na uruchomienie kolejnego stanowiska sieciowego. Koszt licencji jest nieporównywalnie niższy niż zakup kompletnie nowego systemu holterowskiego co w aktualnej sytuacji inflacyjnej wydaje się być najlepszym rozwiązaniem finansowym i jakościowym.

|   |     |
|---|-----|
| <b>Oprogramowanie – analizator holterowski EKG</b>  | TAK |
| Oprogramowanie analizatora EKG w języku polskim   | TAK |
| Zgodność oprogramowania z systemem Windows 7/8/10 PL  | TAK |
| Automatyczna analiza i klasyfikacja form QRS  | TAK |
| Karta danych pacjenta posiadająca minimum: imię i nazwisko pacjenta, id pacjenta, nr Tel. Nr ubezpieczenia, adres, płeć, rodzaj stymulatora serca, skierowanie, wskazania, uwagi, data urodzenia. | TAK |

|   |     |
|---|-----|
| System (analyzer) zabezpieczony hasłem oraz możliwością tworzenia kont użytkowników oraz nadawania praw i roli pracy w systemie.  | TAK |
| Konfigurowalne ustawienia algorytmu analizy dla granice tachykardi SV, granice tachykardio V, granica wykrywania bradykardii, granica wykrywania Pauzy, % przedwcześnieści dla SV, procent przedwcześnieści dla V, czas refrakcji.  | TAK |
| Automatyczna analiz jakości sygnału wraz z proponowanym przez system wyborem kanału do analizy  | TAK |
| Wstępna analiza zapisy z automatycznym wyświetleniem części zapisu i proponowanymi ustawieniami parametrów algorytmu do danego zapisu z możliwością korekty czasu analizy wstępnej  | TAK |
| System rozpoznawania artefaktów z automatycznym wyłączaniem ich z analizy   | TAK |
| Możliwość ustawienia minimum trzech trybów czułości algorytmu (większa czułość – więcej klas)   | TAK |
| Trend rytmu z podziałem na 2 niezależne wykresy wartości, rytm średni, rytm najszybszy krótki, rytm najwolniejszy krótki  | TAK |
| Możliwość wielokrotnego powiększenia trendu rytmu w celu znalezienie największych wychyleń wartości szczytowych   | TAK |
| Możliwość oznaczenia artefaktów z wizualizacją na wykresie np. kołowym z podaniem wartości o zakresie czasu trwania artefaktów w zapisie oraz ich % udziale.  | TAK |
| Tryb super impozycji, do szybkiej oceny spójności klas, możliwość podziału klas bezpośrednio w trybie super impozycji z wizualnym zaznaczeniem wydzielanej klasy  | TAK |
| Trendy średniego odstępu RR, bezwzględnej różnicy RR, różnic RR >50ms   | TAK |
| Wielobarwny trend rytmu serca z jednoczesnym zsynchronizowanym podglądem aktualnego zapisu EKG oraz możliwością zmiany amplitudy oraz widokiem znaczników pacjenta poprzez nałożenie markerów   | TAK |
| Przyporządkowane klawisze funkcyjne na klawiaturze komputera do obsługi analizy arytmii   | TAK |
| Możliwość ustawienia powiększenia dla ekranu kontekstu EKG pomiędzy wartościami 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s i 100 mm/s   | TAK |
| Skalowanie amplitudy sygnału na ekranie kontekstu EKG z możliwością przełączania pomiędzy wartościami 0,5 mv/cm i 1 mv/cm.  | TAK |
| Możliwość edycji poszczególnych uderzeń lub całych klas   | TAK |
| Informacja o każdej klasie pobudzeń zawierająca min. cechę klasy, udział zespołów Udział zespołów QRS przypisanych do tej klasy w całkowitej liczbie, Liczba zespołów QRS w tej klasie, numer klasy.  | TAK |
| Możliwość zmierzenia czasu trwania odcinków EKG oraz amplitud interesujących pobudzeń poprzez nałożenie markera pomiarowego bezpośrednio na zapis EKG   | TAK |
| Możliwość inwertowania dowolnego kanału   | TAK |
| Ekran zdarzeń gdzie operator ma bezpośredni podgląd zapisu EKG wraz z informacjami:<br>1 Numer zdarzenia<br>2 Wielkość prezentacji osi czasowej<br>3 Wielkość prezentacji osi napięcia wzmocnienia<br>4 Wskazanie, czy aktualne zdarzenie zostało zaznaczone do druku<br>5 Aktualna średnia częstość akcji serca<br>6 Oznaczenie aktualnego zdarzenia<br>7 Długość epizodu VTach lub SVTach | TAK |
| Okno pokazujące najbliższe otoczenie analizowanego zespołu QRS.   | TAK |
| Maksymalne i minimalne odchylenia ST z możliwością korekty punktów pomiarowych  | TAK |
| Możliwość zmierzenia czasu trwania odcinków EKG oraz amplitud interesujących uderzeń  | TAK |

|  |     |
|--|-----|
| Klasyfikacja zdarzeń (m.in. R na T, tachykardia komorowa, tachykardia nadkomorowa, bradykardia, bigeminia, salwa, triplet, para, pauza, arytmia, dodatkowy skurcz nadkomorowy)   | TAK |
| Możliwość oznaczenia wybranych zdarzeń do druku  | TAK |
| Przegląd przebiegu czasowego częstości akcji serca ze wskazaniem wartości minimalnej i maksymalnej   | TAK |
| Możliwość powiększania i pomniejszania wykresu częstości rytmu serc  | TAK |
| Możliwość wstawienia często stosowanych wyrażeń w raporcie jako modułów tekstu   | TAK |
| Przegląd EKG (cały zapis) z kolorystycznym wyróżnieniem zdarzeń komorowych i nadkomorowych   | TAK |
| Możliwość usunięcia zapisów EKG przed dokonaniem analizy (np. artefakty)   | TAK |
| Generowanie raportów   | TAK |
| Drukowanie „Full Disclosure” z możliwością podania przedziału czasowego do wydruku   | TAK |
| Drukowanie z możliwością zaznaczenia/odznaczenia danych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport</li> <li>• Przegląd analizy</li> <li>• Oznaczone zdarzenia</li> <li>• Dane statystyczne: tabela codziennych zdarzeń, histogram zdarzeń, wykresy częstości rytmu serca i odcinki ST, minimalna/maksymalna częstość rytmu serca, analiza funkcji stymulatora</li> </ul>                                     | TAK |
| Możliwa praca w sieci LAN na zasadzie współdzielonej licencji sieciowej (licencja pływająca)   | TAK |
| Dodawanie i modyfikacja użytkowników programu z nadawaniem indywidualnych uprawnień dostępu  | TAK |
| Możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiza oddychania (wykrywanie i klasyfikacja nocnych przerw w oddychaniu na podstawie zmian impedancji transtorakalnej, informacja na temat obecności lub stopnia ciężkości zaburzeń oddychania podczas snu)</li> <li>• Alternans załamek T</li> <li>• Późne potencjały</li> <li>• Analiza HRT</li> <li>• Analiza PQ</li> </ul> | TAK |

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany parametrów technicznych w zakresie Części 5 Holter EKG – szt. 1.

2. Zamawiający nie określił ilości rejestratorów holterowskich wymaganych w postępowaniu. Zwracamy uwagę iż system holterowski składa się z dwóch elementów, systemu analiz (który Zamawiający wyspecyfikował) oraz rejestratorów holterowskich. Prosimy o podanie wymaganej ilości rejestratorów.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany parametrów technicznych w zakresie Części 5 Holter EKG – szt. 1.

#### Dotyczy załącznika nr –Projekt Umowy

3. **Dot. § 1 ust. 17** – Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących czasu wykonania naprawy tak, aby były zgodne z treścią Załącznika nr 5 dla Części nr 5 – Holter EKG, tj. czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju – max 3 dni robocze oraz dla podzespołów sprowadzanych z zagranicy – max 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. § 1 ust. 17 umowy otrzymuje nowe brzmienie:” Wykonawca zapewni aparat zastępczy ,umożliwiający wykonywanie badań diagnostycznych / zabiegów w okresie

naprawy aparatury medycznej będącej przedmiotem niniejszej umowy na swój koszt w przypadku konieczności naprawy dłuższej niż 3 dni robocze dla podzespołów sprowadzanych w kraju oraz nie dłuższej niż 5 dni roboczych dla podzespołów sprowadzanych z zagranicy. (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Łączny czas naprawy, t.j. przyjazdu wraz z naprawą serwisu nie dłuższy niż 3 dni robocze dla podzespołów sprowadzanych w kraju i nie dłuższy niż 5 dni roboczych dla podzespołów sprowadzanych z zagranicy (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)”.

4. **Dot. § 1 ust. 18** Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.  
Odpowiedź: Odpowiedź Uczestnik 2 pytanie 4
5. **Dot. § 5 ust. 1, 2 i 3** W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.
6. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
7. **Dot. § 5 ust. 1** Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
8. **Dot. § 5 ust. 6** Prosimy o usunięcie postanowienia § 12 ust. 4 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.  
Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.  
Ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 przepisy prawa wprost zakazują Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. Zgodnie bowiem z art. 15r<sup>1</sup> ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony?  
Odpowiedź: Tak ,Zamawiający wyraża zgodę

#### Uczestnik 5

. Część 7 - Termin dostawy 1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 42 dni od daty zawarcia umowy. Potencjalny termin realizacji zamówienia przypadać będzie na okres urlopowy, co może skutkować wydłużonym w stosunku do standardowego czasem realizacji zamówień oraz wydłużonym czasem transportu towaru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

#### Część 7

1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej, efektywnej i bezpiecznej eksploatacji, z uwagi na fakt, że oferowane urządzenia są bardzo proste

w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych urządzeń przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

2. Część 7

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dokonania instalacji i montażu, podłączenia i konfiguracji urządzenia niezbędnej w celu prawidłowego wykorzystania dla wózków z części Nr 7, ponieważ oferowane wózki nie są aparaturą medyczną oraz są dostarczane gotowe do użytku bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.

Odpowiedź: Zamawiający pragnie zauważyć, iż Część 7 dotyczy stacji przeglądowej – szt. 1

3. Część 7 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych i konserwacji w zakresie wózków z części Nr 7, z uwagi na fakt, iż bieżąca konserwacja jest przeprowadzana przez Użytkownika, a producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz załączników i projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

4. Część 7 poz. 15 1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy do max 10 dni roboczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

5. Umowa § 1 ust. 17 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na okres naprawy w zakresie wózków anestesjologicznych z części Nr 7. Sprzęt ten bowiem jest produkowany na zamówienie, z indywidualnie dopasowanym wyposażeniem, nie jest możliwym dostarczenie urządzenia zastępczego na czas realizacji napraw gwarancyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .

6. Umowa § 1 ust. 1, § 1 ust. 8, § 1 ust. 13, § 1 ust. 17, § 1 ust. 19, § 1 ust. 20, § 1 ust. 21 1. W związku z tym, iż w zakresie przedmiotowego postępowania mieszczą się różne grupy asortymentowe, z których niektóre produkty (przykładowo wózki z części 7), nie wymagają instalacji, konfiguracji, przeglądów okresowych czy też aktualizacji oprogramowania, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie zapisu „jeżeli dotyczy” w zakresie punktów wzoru umowy w § 1 ust. 1, § 1 ust. 8, § 1 ust. 13, § 1 ust. 17, § 1 ust. 19, § 1 ust. 20, § 1 ust. 21, co jest niezbędne dla zachowania porządku w dokumentacji i rzetelnego spełnienia warunków umowy przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający doda zapis „jeżeli dotyczy” w zakresie punktów wzoru umowy w § 1 ust. 8, § 1 ust. 13, § 1 ust. 17, § 1 ust. 19, § 1 ust. 20, § 1 ust. 21

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis § 1 ust. 13 umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

*„Przeglądy okresowe wchodzą w zakres gwarancji, częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku. Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji są bezpłatne.(jeżeli dotyczy)”*

Umowa § 5 ust. 1 1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku nieterminowej realizacji umowy do wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Umowa § 5 ust. 2 1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad do wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone, odpowiednio w § 2 ust. 7 umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Umowa § 5 ust. 3 1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji do wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Część 7 - wózek reanimacyjny 1 szt.

1. Poz.1\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o szkielet z anodowanego aluminium, blacie górnym oraz szufladach (w tym czoła szuflad) z ABS; boki i tył wózka z profilowanego tworzywa sztucznego - wszystkie wymienione materiały charakteryzujące się wysoką wytrzymałością i trwałością.  
Odpowiedź: Tak

2. Poz.2\_Czy Zamawiający dopuści, aby konstrukcja wózka wyposażona była w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad przy pomocy specjalnej blokady (łatwe i szybkie odblokowanie / zablokowanie jednym ruchem ręki) z dodatkowym zabezpieczeniem na plomby (na wyposażeniu 100 szt. plomb) stanowiącym standardowe zamykanie dla oferowanego wózka? Oferowane rozwiązanie zapewnia łatwe i szybkie odblokowanie / zablokowanie zamknięcia jednym ruchem ręki oraz pozwala uniknąć sytuacji, gdy nie można go użyć np. z powodu zagubionego klucza.  
Odpowiedź: Tak

3. Poz.3\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach z wyposażeniem: - wysokość: 1050 mm - głębokość: 594 mm - szerokość: 855 mm (ze zintegrowanym koszem na odpady 973 mm).  
Odpowiedź: Nie

4. Poz.4\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wyposażonego w 5 szuflad: - dwie szuflady o wysokości 76 mm - dwie szuflady o wysokości 156 mm - jedna szuflada o wysokości 236 mm. Oferowana konfiguracja szuflad o danej wysokości wynika z konstrukcji wózka.  
Odpowiedź: Nie

5. Poz.5\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z czołami szuflad z przezroczystymi okienkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady, co jest rozwiązaniem tożsamym z wymaganym. Szuflady jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kulminacje brudu i ognisk infekcji.  
Odpowiedź: Nie

6. Poz.6\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z 4 kołami jezdnyymi w tym 2 z blokadą i 2 antystatyczne, o średnicy 150 mm, z elastycznym, niebrudzącym podług bieżnikiem, rozmieszczonych w odległościach zapewniających doskonałą zwrotność wózka.  
Odpowiedź: Tak

7. Poz.7\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z odbojem z ABS w podstawie wózka, z profilowanymi narożnikami, chroniący wózek i ściany przed uszkodzeniami. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.  
Odpowiedź: Tak

8. Poz.8\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z następującym wyposażeniem:

- blat zabezpieczony z czterech stron przez zsuwaniem się przedmiotów
- uchwyty do przetaczania wózka wytłoczone w blacie wózka z trzech stron
- uchwyt na pojemnik do zużytych igieł, strzykawek z pasem zabezpieczającym
- zawieszany na szynie na akcesoria (szyna z możliwością regulacji wysokości, zdejmowana) z boku wózka, co oszczędza powierzchnię użytkową blatu
- otwieracz ampulek niewbudowany w korpus wózka
- przestrzeń na cewniki zintegrowana w tylnej ścianie wózka
- półka z regulacją głębokości np. na butelki z boku wózka
- kosz na odpady z boku wózka
- 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego, co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie” z boku wózka
- wysuwana spod blatu półka do pisania z lewej strony wózka
- przestrzeń z pasem zabezpieczającym przeznaczona np. na żel, zintegrowana w tylnej ścianie wózka

– przestrzeń na butlę z tlenem wytłoczona w wózku, w tylnej ścianie, z pasem mocującym – przestrzeń np. na pudełko z rękawiczkami zintegrowana w tylnej ścianie wózka  
– jedna z pięciu szuflad wózka o wys. 76 mm transparentna (pozwalająca na identyfikację leków natychmiastowego użycia) Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia podanych gabarytów wózka - zintegrowane w budowie wózka lub nie narażające na ich uszkodzenie.  
Odpowiedź: Nie

7. Poz.8\_Czy Zamawiający dopuści wózek bez otwieracza ampulek?

Odpowiedź: Tak

8. Poz.9\_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z możliwością wyboru kolorystyki nakładek/oznaczeń na uchwyty szuflad – dostępnych 10 kolorów do wyboru. Oferowany wózek jest w kolorze pomarańczowym (standardowy kolor dla wózków reanimacyjnych), z szufladami w kolorze jasnej szarości oraz blatem i podstawą w kolorze szarym.

Odpowiedź: Tak

W związku z powyższym ,Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

**Termin składania ofert: 29/07/2022r. godz. 11:00**

**Termin otwarcia ofert: 29/07/2022r. godz. 12:00**

**Termin związania z ofert : 27/08/2022r.**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania oraz zmiany SWZ zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl). Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 24/TP/WU/2022 z dnia 15/07/2022r.

Z poważaniem

**DYREKTOR**

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**Adam Szałanda**