

Suwałki, dnia 27/07/2022r.

L.dz. SZW.DZI.262. 204/24/TP/WU/2022

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 24/TP/WU/2022

Dotyczy: **Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu nr: PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 pn. „Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne”**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień

Uczestnik 1

4.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 koła z elastycznym bieżnikiem, niebrudzącym podłóg, o średnicy 100mm z tym dwa z blokadą? – Nadmieniamy, iż średnica koła jest tylko o 25mm mniejsza od wymogów, co nie wpływa na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź: Tak

5

Czy Zamawiający dopuści odbojniki wykonana z wysokiej jakości tworzywa zintegrowane z podstawą wózka, umieszczone nad układem jezdnym? Takie odbojniki skutecznie chronią wózek przed uszkodzeniami.

Odpowiedź: Nie

6.

Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem zagłębionym z trójstronną galeryjką, która dodatkowo zabezpieczy przedmioty przed zsuwaniem się?

Odpowiedź: Tak

7.

Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma uchwytami do prowadzenia wózka, stanowiących integralną część z blatem roboczym, Umieszczonymi po lewej i prawej stronie wózka? Jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego.

Odpowiedź: Nie

8.

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na igły, jako element montowany na boku wózka?

Rozwiązanie takie jest bardziej higieniczne niż wymagane, stosowane przez większość producentów, umożliwia stosowanie pojemników na odpady od różnych dostawców. Opisane rozwiązanie posiada tylko jedna firma na rynku, dodatkowo blat z dodatkowymi otworami stwarza miejsca do kumulacji brudu oraz utrudnia mycie i dezynfekcję? Nadmieniamy, iż blat roboczy to miejsce, które powinno być łatwe do mycia i dezynfekcji, każde zagłębienie/ otworzenie itp. To utrudnia.

Odpowiedź: Tak

9.

Czy Zamawiający dopuści otwieracz ampulek, jako element niewbudowany w korpus wózka? Nadmieniamy, iż rozwiązanie takie jest bardziej higieniczne niż wymagane – Pozwala na swobodne czyszczenie otwieracza oraz umożliwia używanie go nie, jako element niezależny.

Opisane rozwiązanie posiada tylko jedna firma na rynku, co ogranicza konkurencyjność.

Odpowiedź: Tak

10.

Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści w ramach wymogu pojemnika na cewniki, wózek wyposażony w pojemnik na cewniki mocowany do korpusu wózka na krótszym jego boku, przeznaczony do umieszczania cewników w pozycji poziomej?

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00

<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,

NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,

nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899

Odpowiedź: Tak

11.

Czy Zamawiający uzna za równoważne i dopuści w ramach wymogu pojemnika na cewniki, wózek wyposażony w pojemnik na cewniki mocowany do korpusu wózka na szynie sprzętowej?

Odpowiedź: Tak

12.

Czy Zamawiający dopuści wózek bez pojemnika na cewniki?

Odpowiedź: Tak

13.

Czy Zamawiający dopuści wózek z pojemnikiem na cewniki zamontowany do korpusu wózka? Nadmieniamy, iż rozwiązanie takie jest bardziej higieniczne niż wymagane - Korpus z wytłoczonymi otworami stwarza miejsca do kumulacji brudu oraz ognisk infekcji.

Odpowiedź: Nie

14.

Czy zamawiający dopuści wózek z nadstawką z 10 uchylnymi, przezroczystymi pojemnikami zamiast 2 przezroczystych uchylnych kieszeni oraz dwóch szuflad na bokach wózka? Nadmieniamy, iż rozwiązanie takie jest o wiele bardziej funkcjonalne niż wymagane - „dwie uchylne kieszenie” oraz „szuflady boczne”.

Nadstawka zamontowana jest nad płaszczyzną blatu, co umożliwia swobodne jej używanie i kontrolę zawartości. W przypadku takiego rozwiązania leki natychmiastowego użycia mogą być przechowywane na wysokości wzroku.

Odpowiedź: Nie

15.

Czy Zamawiający dopuści wózek bez odchylanych przezroczystych pojemników w formie kieszeni? Rozwiązanie to nie tylko zabiera przestrzeń, przez co zmniejszona musi być pojemność szuflad, ale sprawia, że wózek staje się trudny do utrzymania w czystości, na co Zamawiający zwraca uwagę w przypadku opisywania szuflad.

Odpowiedź: Nie

16.

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na żel z tworzywa zamontowany na boku wózka zamiennie za „półka na żel wytłoczona w czole wózka” – jest to rozwiązanie bardziej praktyczne niż wymagane, umożliwia przechowywanie więcej niż jednego pojemnika na żel, swobodnie w pozycji poziomej i pionowej.

Odpowiedź: Tak

17.

Czy Zamawiający dopuści wózek bez uchwytu na butlę z tlenem?

Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytem na butlę z tlenem zamontowany do korpusu wózka? Nadmieniamy, iż rozwiązanie takie jest bardziej higieniczne niż wymagane - Korpus z wytłoczonymi otworami stwarza miejsca do kumulacji brudu oraz ognisk infekcji.

Odpowiedź: Tak

18.

Czy Zamawiający dopuści wózek z wyposażeniem swobodnie montowanym i demontowanym? Czynność taka naturalnie zmienia gabaryty wózka, lecz daje swobodę w wyborze, które wyposażenie jest aktualnie potrzebne.

Odpowiedź: Nie

19.

Czy Zamawiający dopuści wózek w neutralnych kolorach – Biały/jasnoniebieski?

Odpowiedź: Tak

20.

Czy Zamawiający dopuści wózek bez deklaracji zgodności CE?

Odpowiedź: Nie

W związku z powyższym, Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert: 01/08/2022r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 01/08/2022r. godz. 12:00

Termin związania z ofert : 30/08/2022r.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 24/TP/WU/2022 z dnia 15/07/2022r.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda