

Suwałki, dnia 09/11/2022r.

L.dz. SZW.DZI.262.312/37/TP/AK/2022

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 37/TP/AK/2022**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn.: Zakup i dostawę dwóch aparatów ultrasonograficznych na potrzeby Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa XI REACT – EU DZIAŁANIE 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz.1710 tj.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, Część 1 – Aparat USG, pkt. 45

Czy Zamawiający zaakceptuje Aparat USG z głowicą convex do badań jamy brzusznej o zakresie częstotliwości pracy od 2 do 6 MHz?

Każdy z oferentów posiada głowice spełniające te same zadania, lecz o różnym zakresie częstotliwości, różnej ilości elementów, czy różnej szerokości skanu. Różnica pomiędzy wymogiem opisanym przez Zamawiającego, a częstotliwością pracy oferowanej sondy wynosi tylko 1 MHz w dolnym paśmie, tak mała różnica z klinicznego punktu widzenia nie ma znaczenia w diagnostyce i nie będzie zauważalna na obrazie. Prosimy o pozytywną odpowiedź.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, Część 1 – Aparat USG, pkt. 46

Czy Zamawiający zaakceptuje Aparat USG z głowicą liniową do badań naczyniowych, badań małych narządów, struktur powierzchniowych, mięśniowo-szkieletowych o zakresie częstotliwości pracy od 4 do 12 MHz?

Każdy z oferentów posiada głowice spełniające te same zadania, lecz o różnym zakresie częstotliwości, różnej ilości elementów, czy różnej szerokości skanu. Różnica pomiędzy wymogiem opisanym przez Zamawiającego, a częstotliwością pracy oferowanej sondy wynosi tylko 1 MHz w górnym paśmie, tak mała różnica z klinicznego punktu widzenia nie ma znaczenia w diagnostyce i nie będzie zauważalna na obrazie. Prosimy o pozytywną odpowiedź.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, Część 1 – Aparat USG, pkt. 47

Czy Zamawiający zaakceptuje Aparat USG z głowicą sektorową do badań przekłatkowych serca o zakresie częstotliwości pracy od 2 do 4 MHz?

Każdy z oferentów posiada głowice spełniające te same zadania, lecz o różnym zakresie częstotliwości, różnej ilości elementów, czy różnej szerokości skanu. Różnica pomiędzy wymogiem opisanym przez Zamawiającego, a częstotliwością pracy oferowanej sondy wynosi tylko 1 MHz w górnym paśmie, tak mała różnica z klinicznego punktu widzenia nie ma znaczenia w diagnostyce i nie będzie zauważalna na obrazie. Prosimy o pozytywną odpowiedź.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 37/TP/AK/2022 z dnia 03/11/2022r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach