

Suwałki, dnia 15/11/2022r.

L.dz. SZW.DZI.262.314/37/TP/AK/2022

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 37/TP/AK/2022**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn.: Zakup i dostawę dwóch aparatów ultrasonograficznych na potrzeby Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa XI REACT – EU DZIAŁANIE 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz.1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie nr 1 - Dotyczy pkt 3.

Czy Zamawiający dopuści aparat klasy premium renomowanej firmy, którego system waży 95 kilogramów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 - Dotyczy pkt 6.

Czy Zamawiający dopuści aparat klasy premium renomowanej firmy, którego panel sterowania posiada obrót prawo/lewo w zakresie +/- 40 stopni? Razem to ruch w zakresie 80 stopni – zapewnia pełną możliwość dostosowania panelu do ergonomii pracy lekarza.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 - Dotyczy pkt 8.

Czy Zamawiający dopuści aparat klasy premium renomowanej firmy, który posiada opcję pozwalającą na powiększenie obrazu USG wynoszącą 61% wielkości ekranu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 - Dotyczy pkt 26.

Czy Zamawiający dopuści aparat klasy premium renomowanej firmy, który posiada możliwość współpracy aparatu z głowicami:

1. phased array,
2. liniowe,
3. convex
4. wielopłaszczyznowa (64 elementy) do obrazowania 2D dedykowana do echokardiografii przezprzelykowej,
5. dopplerowskie typu olówkowego,
6. volumetryczne convex i endocavity

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5 – Dotyczy pkt 32.

Czy Zamawiający dopuści aparat klasy premium renomowanej firmy, który posiada pracę w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D z możliwością pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6 - Dotyczy pkt 45.

Czy Zamawiający dopuści aparat klasy premium renomowanej firmy, który posiada głowicę Convex w nowoczesnej technologii Single Crystal o następujących parametrach: zakres częstotliwości 1,0 – 8,0 MHz, 192 elementy, kąt pola skanowania aż 115 stopni, obrazowanie harmoniczne?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7 - Dotyczy pkt 46.

Czy Zamawiający dopuści aparat klasy premium renomowanej firmy, który posiada głowicę w nowoczesnej technologii Multicrystal (równoważna do matrycowej) o następujących parametrach: zakres częstotliwości pracy 4,5 – 18,0 MHz, 1100 elementów, szerokość pola obrazowania 38 mm, obrazowanie harmoniczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8 - Dotyczy pkt 52.

Czy Zamawiający dopuści aparat klasy premium renomowanej firmy, który posiada możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain – tzw. elastografia uciskowa) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności 4 miejsc?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9 - Dotyczy pkt 53.

Czy Zamawiający dopuści aparat klasy premium renomowanej firmy, który posiada w standardzie funkcję oceny kompleksu IMT z wybranego regulowanego obszaru w sposób automatyczny bez skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonego w procentach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10 - Dotyczy pkt 58

Czy Zamawiający dopuści aparat klasy premium renomowanej firmy, który nie posiada opisanej funkcjonalności w dniu składania oferty, ale będzie ją posiadał w przyszłości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11 - Dotyczy pkt 64

Czy Zamawiający dopuści aparat klasy premium renomowanej firmy, który posiada aż 5 portów USB (2.0 i 3.0) w tym: 2 z tyłu aparatu, 2 z przodu aparatu, 1 na monitorze LCD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12 - Dotyczy pkt 51

Prosimy o podanie producenta systemu PACS posiadanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający posiada system ArPACS firmy Synektik S.A.

Pytanie nr 13 - Dotyczy tabeli 15

W badań USG niezwykle istotnym parametrem jest głębokość penetracji zarówno minimalna (w przypadku diagnozowania zmian i struktur podpowierzchniowych) jak i ta maksymalna (szczególnie w przypadku osób z dużym BMI). Dlatego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat USG posiadał regulację głębokości penetracji w zakresie od 1 cm do 50cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 14 - Dotyczy tabeli

Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium, który powinien posiadać szerokie możliwości rozbudowy o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał najnowszej generacji obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 15 - Dotyczy tabeli

Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium, który powinien posiadać szerokie możliwości rozbudowy o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby oferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy o tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miękkich (nerki, wątroba, jądra,

piersi, macica) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczeniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 16 - Dotyczy tabeli

Zamawiający zamierza zakupić ultrasonograf klasy Premium, który powinien posiadać szerokie możliwości rozbudowy o najnowocześniejsze rozwiązania i funkcje dostępne na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby aparat posiadał możliwości rozbudowy o Elastografię fali poprzecznej tzw. Shear Wave kodowanej kolorem z automatycznym pomiarem zwłóknienia wątroby w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 17 – Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY § 1 ust. 17

„Wykonawca zapewni aparat zastępczy ,umożliwiający wykonywanie badań diagnostycznych / zabiegów w okresie naprawy aparatury medycznej będącej przedmiotem niniejszej umowy na swój koszt w przypadku konieczności naprawy dłuższej niż 72 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Łączny czas naprawy, tj. przyjazdu wraz z naprawą serwisu nie dłuższy niż 72 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).”

Zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowego punktu w następujący sposób:

„Wykonawca zapewni aparat zastępczy ,umożliwiający wykonywanie badań diagnostycznych / zabiegów w okresie naprawy aparatury medycznej będącej przedmiotem niniejszej umowy na swój koszt w przypadku konieczności naprawy dłuższej niż 96 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Łączny czas naprawy, tj. przyjazdu wraz z naprawą serwisu nie dłuższy niż 96 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18 – Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY § 1 ust. 18

„W okresie gwarancji trzy naprawy powodują wymianę sprzętu lub modułu zawierającego uszkodzony podzespoł na nowy. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie, lecz nie krócej niż 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 8 lat. W przypadku braku dostępności części , o których mowa w zdaniu poprzednim wykonawca odpowiada za szkodę po stronie zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.”

Zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowego punktu w następujący sposób:

„W okresie gwarancji trzy naprawy powodują wymianę danego elementu/podzespołu na nowy. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie, lecz nie krócej niż 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 8 lat. W przypadku braku dostępności części, o których mowa w zdaniu poprzednim wykonawca odpowiada za szkodę po stronie zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19 – Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY § 1 ust. 18 w związku z Załącznik nr 5 do SWZ PARAMETRY TECHNICZNE, INFORMACJE DODATKOWE pkt. 2

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów przedmiotowych punktów:

„(...) Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 8 lat. (...)”

2.	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.	Min. 10 lat	
----	--	-------------	--

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie Załącznika nr 2 wzór projektowych postanowień umowy § 1 ust. 18, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1
(...)”

18. W okresie gwarancji trzy naprawy powodują wymianę sprzętu lub modułu zawierającego uszkodzony podzespół na nowy. Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych podzespołów po naprawie powinien trwać do końca okresu gwarancji na całe urządzenie, lecz nie krócej niż 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych na okres minimum 10 lat. W przypadku braku dostępności części, o których mowa w zdaniu poprzednim wykonawca odpowiada za szkodę po stronie zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.”

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 37/TP/AK/2022 z dnia 03/11/2022r.

Z poważaniem
Adam Szałanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach