



Pismo: NZ/79/D/P/LW/2022/160/2022

Limanowa dnia: 2022-12-13

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz dzierżawa 2 analizatorów biochemicznych”** – znak sprawy **NZ/79/D/P/LW/2022**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dotyczy Załącznika Projekt Umowy na dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz dzierżawę 2 analizatorów biochemicznych

Oferowane odczynniki, materiały kontrolne i kalibratory do analizatorów biochemicznych, które zgodnie z zaleceniami producenta powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze lodówki, każdorazowo są umieszczane w opakowaniach zbiorczych wraz ze schładzaczem, który gwarantuje utrzymanie w paczce temperatury 2-8 stopni. Dodatkowo wysyłki organizowane są w taki sposób aby czas od spakowania do odbioru przez Zamawiającego nie przekraczał 24h. Zastosowanie transportu monitorowanego, tj. czujników monitorowania temperatury znacząco podwyższy koszty dostawy, odbijając się na cenie oferty. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy odstąpią Państwo od zapisu w §2 pkt. 3: ”Dostawy towaru w których producent zastrzegł ”niskie temperatury” muszą odbywać się w opakowaniach z czujnikami temperatury odczytywanymi przy dostawach.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 - Dotyczy Załącznik Projekt Umowy dzierżawy

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §1 pkt. 6 terminu dostawy i instalacji analizatora z 14 dni na 30 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 - dotyczy punktu 18 ppkt. 3 i pkt. 46 parametrów techniczno - użytkowych 2 szt. analizatorów biochemicznych

W SWZ w punkcie 18 ppkt. 3 wskazane zostało, że na wezwanie jest wymagane by Wykonawca przedstawił oryginalny prospekt oferowanych analizatorów z opisem parametrów techniczno - użytkowych. Natomiast w pkt. 46 tabeli dotyczącej parametrów techniczno - użytkowych Zamawiający

wskazał by oryginalny prospekt ofertowy analizatorów z opisem parametrów techniczno-użytkowych po polsku lub z tłumaczeniem na język polski dołączyć do oferty.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, który moment jest właściwy na przedstawienie w/w dokumentu, wraz z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt. 9, ppkt. 18 SWZ (na wezwanie Zamawiającego)

Pytanie nr 4 - dotyczy punktu 49 SWZ

W pkt. 49 SWZ Zamawiający wskazał, że "Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się (...)". Prosimy o doprecyzowanie, które załączniki stanowią integralną część oferty?

Czy następujące załączniki do Formularza oferty:

- załącznik z parametrami technicznymi oferowanych analizatorów,
 - załącznik z formularzem asortymentowo-cenowym,
 - załącznik z oświadczeniem wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału,
 - załącznik z oświadczeniem wykonawcy potwierdzające, że oferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)
 - folder oferowanego analizatora,
 - certyfikaty od producenta potwierdzające zdolność serwisową oferenta,
- stanowią integralną część oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt. 9, ppkt. 17 SWZ (Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału) oraz pkt. 10, ppkt. 24 SWZ (Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974))

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA