



Limanowa dnia: 2023-02-23

Pismo: NZ/11/D/P/A/2023/28/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy wyrobów medycznych oraz obuwia i odzieży roboczej ujęte w 10 zadaniach asortymentowych"** – znak sprawy NZ/11/D/P/A/2023.

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych,, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:


ZESTAW 1

Pytanie nr 1

Zadanie 7, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego wykonanych z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm z włókniny spunlace o gramaturze 80g/m²
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny spunlace
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm?

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.



Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA ZADANIA NR 7
Zestaw sterylnych serwet do porodu

Pytanie nr 2

Zadanie 8, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm, zakończoną elastyczną gumką
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm, zakończoną elastyczną gumką
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

ZESTAW 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie wyrobów z Zadań nr 1,2,3,5 i 6 nadrukiem o wysokości liter 0,6 cm o układzie jak niżej:

**SZPITAL POWIATOWY
W LIMANOWEJ
NAZWA ODDZIAŁU/KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ
DATA ZAMÓWIENIA**

Proponowany nadruk jest bardzo czytelny i estetyczny, dostępny w 5 kolorach: białym, czarnym, niebieskim, zielonym oraz czerwonym.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający odstąpi w Zadaniu nr 1,5 i 6 od wymogu umieszczenia składu materiału na metce pokrowców oraz podkładów?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 pokrowce w kolorze białym o gramaturze 135 g/m² z zamkiem w kształcie litery L (z dwóch stron)?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 i 5 pokrowce, które posiadają gwarancję na 75 cykli prania?

Pomimo gwarancji na 75 cykli prania pokrowce mogą być długo użytkowane, ponieważ nie wymagają prania po każdorazowym użyciu. Do codziennej konserwacji zalecana jest dezynfekcja miejscowa za

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

pomocą środków nie zawierających chloru i o niskim stężeniu alkoholu.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 i 5 oznakowanie pokrowców nadrukiem po wewnętrznej stronie?

Nieprzemakalne tkaniny tracą swoje właściwości pod wpływem wysokiej temperatury, w jakiej są wykonywane nadruki.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 2 bielizny operacyjnej wykonanej w niepylącej tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności minimum 150% i tym samym załączenia do oferty potwierdzenia chłonności w postaci wyniku z badań lub w karcie technicznej tkaniny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji nr 4 serwety o wymiarze 50x60 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 odzież operacyjną wykonaną z tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny 48% +/- 3% i gramaturze 130 g/m² +/- 3% bez nitki węglowej?

Przy tak dużej zawartości bawełny w składzie, nitka węglowa jest zbędnym składnikiem podrażającym koszt wykonania tkanin. Proponowana odzież charakteryzuje się wysokim komfortem używania, wytrzymałością oraz wysokim poziomem przepuszczalności powietrza.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 9

Zamawiający w Zadaniu nr 3 wymaga kompletów odzieży operacyjnej damskiej i męskiej. Większość producentów bielizny operacyjnej oferuje odzież tzw. unisex, bez podziału na modele damskie i męskie.

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 komplety odzieży typu unisex?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 bluzy z dekoltem w serek na zakładkę?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 3 załączenia do ofert akredytowanych raportów z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzających skład chemiczny i gramaturę tkaniny, z której jest wykonana odzież operacyjna?

Na Rynku zdarzają się niestety praktyki firm, które deklarują składy tkanin w zależności od wymogów Zamawiającego, tak aby pozyskać zamówienie. Tylko potwierdzenie parametrów przez niezależne laboratoria badawcze może dać Zamawiającemu pewność co do zaoferowanych parametrów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 12

Zamawiający w Zadaniu nr 3 wymaga odzieży operacyjnej zgodnej z normą PN-EN 13795.

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty akredytowanego raportu z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzających zgodność z normą PN-EN 13795 dla tkaniny wskazanej w badaniach potwierdzających skład i gramaturę (dot. pyt. nr 10) oraz dokumentu potwierdzającego

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

akredytację Laboratorium Badawczego?

Tylko dzięki akredytowanym badaniom potwierdzającym wymóg Zamawiającego oraz akredytacji laboratorium badawczego Zamawiający może ocenić wiarygodność zaoferowanych przez Zamawiającego parametrów wynikających z normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6 podkłady chłonne o wymiarze 85x90 cm ze skrzydełkami o szerokości 45 cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga podkładów wielowarstwowych o składzie:

- warstwa zewnętrzna 100% poliester o gramaturze 85 g/m²,
- warstwa wewnętrzna chłonna 95% poliester, 5% rayon o gramaturze min. 230 g/m²,
- membrana PU o gramaturze 50 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6 podkłady o maksymalnej temperaturze prania 60°C?

Pranie wysokotemperaturowe negatywnie wpływa na tkaniny.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 16

Zamawiający w projekcie umowy wymaga, aby towar był dostarczany zgodnie z zamówieniami częściowymi w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, a dostawa „cito” w ciągu 48 godzin roboczych od zgłoszenia zamówienia. Obecnie niemal każdy producent bielizny szpitalnej boryka się z opóźnieniami w dostawach tkanin. Na Rynku światowym trwa cały czas zator w transporcie związany z sytuacją geopolityczną w naszej części Europy oraz z przekierowaniem wszystkich środków transportu na surowce strategiczne, tj. paliwa, węgiel, sprzęt.

W nawiązaniu do powyższego, zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i zmianę terminu dostawy na 15 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, a dostawa „cito” w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla zadania nr 1, 2, 3, 5, 6

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA