

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji

Szpitalna 60
16-400 Suwałki

l.dz. SZW.DZI.199/10/TP/MN/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Dostawa testów diagnostycznych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach”** – znak sprawy **10/TP/MN/2023**.

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

BIOMAR Diagnostyka Sp. z o. o.

Jagodowa 11
44-110 GLIWICE

na:

część 1 - TEST KASETKOWY DO WYKRYWANIA SARS-CoV-2 za cenę brutto **87 750.00 zł**.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena	termin ważności	Łączna liczba punktów
2	BIOMAR Diagnostyka Sp. z o. o. Jagodowa 11 44-110 GLIWICE	60,00	40,00	100,00
5	BS GROUP Sp. z o.o. Marszałkowska 58 /12 00-545 Warszawa	48,75	40,00	88,75
1	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LIMARCO Lidia Zajkowska Przemysłowa 8 11-700 Mrągowo	32,40	20,00	52,40
3	Farmator sp zoo Na Zapleczu 4B 87-100 TORUŃ	0,00	0,00	0,00

4	Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa	0,00	0,00	0,00
6	Salus International Sp. z o.o. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	0,00	0,00	0,00

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
3	Farmator sp. z o.o. Na Zapleczu 4B 87-100 TORUŃ	<p>Podstawa prawna: Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Zamawiający wymagał aby Wykonawca zaoferował test, który m.in. widnieje w wykazie testów posiadających status WHO EUL.</p> <p>Wykonawca w ofercie złożył oświadczenie potwierdzające, iż zaoferowany test znajduje się w wykazie testów posiadających status WHO EUL oraz złożył załącznik nr 5 potwierdzający powyższe.</p> <p>W dniu 22/03/2023r. Zamawiający powziął informację, iż wskazany przez Wykonawcę Farmator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Na zapleczu 4B, 87 – 100 Toruń, test o numerze L031-11815 nie widnieje w aktualnym wykazie testów WHO EUL.</p> <p>W związku z powyższym pismem z dnia 28/03/2023r. wezwał Wykonawcę Farmator Sp. z o.o z siedzibą tj. Na zapleczu 4B, 87 – 100 Toruń, do złożenia wyjaśnień w w/w kwestii.</p> <p>Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył wyjaśnienia, w których wskazuje, iż: „ (...)Stosowne oświadczenia załączyliśmy do oferty, bowiem test znajduje się na liście WHO z nadanym numerem identyfikacyjnym EUL 0597-021-00 oraz do oferty załączono wymagane materiały informacyjne - katalog, który potwierdza parametry techniczne oferowanych testów. Do oferty załączyliśmy folder, gdzie na stronie nr 6 folderu jest informacja, że test znajduje się na liście WHO. Wyjaśniamy: numer L031-11815 wskazany w załączniku nr 4 do swz, który jest częścią naszej oferty nie określa cech testu, przeznaczenia, pochodzenia tylko ma charakter ewidencyjny np. cel fakturowania lub WZ.(...)”</p> <p>Zamawiający weryfikuje, że z informacji zawartych w ofercie Wykonawcy wynika, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Strona nr 6 oferty wskazuje, że test o numerze L031-11815 widnieje w wykazie testów wykrywających kwasy nukleinowe – tabela z nagłówkiem: „SARS-CoV-2 Nucleic Acid Tests: progress of the active applications in the emergency use listing assessment pipeline” a nie testów antygenowych jak wymagał Zamawiający; ✓ Numer identyfikacyjny EUL 0597-021-00 jest numerem aplikacyjnym pod którym wykonawca zgłasza do wpisu na listę WHO EUL poszczególne numery katalogowe testów. Pod tym numerem aplikacyjnym nie wyspecyfikowano w wykazie testów antygenowych, testu o numerze katalogowym L031-11815. <p>W związku z powyższym oferta Wykonawcy Farmator Sp. z o.o z siedzibą tj. Na zapleczu 4B, 87 – 100 Toruń jest nie zgodna z SWZ i podlega odrzuceniu.</p>
4	Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa	<p>Podstawa prawna: 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie :</p> <p>Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ zamawiający wskazał wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia tj. m.in.:</p> <p>W celu weryfikacji wątpliwych wyników testów antygenowych Wykonawca, na czas trwania umowy, bezpłatnie użyczy analizator, który w czasie do 15 minut wykryje materiał</p>

		<p>genetyczny SARS-CoV-2 metodą amplifikacji kwasów nukleinowych-NAAT oraz w razie potrzeby bezpłatnie dostarczy do niego odczynniki (w ilości do 1% zakupionych testów antygenowych).</p> <p>W złożonej ofercie brak było w/w informacji.</p> <p>W związku z powyższym Zamawiający w dniu 15/03/2023r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnienia oraz do potwierdzenia, iż w celu weryfikacji wątpliwych wyników testów antygenowych Wykonawca, na czas trwania umowy, bezpłatnie użyczy analizator, który w czasie do 15 minut wykryje materiał genetyczny SARS-CoV-2 metodą amplifikacji kwasów nukleinowych-NAAT oraz w razie potrzeby bezpłatnie dostarczy do niego odczynniki (w ilości do 1% zakupionych testów antygenowych).</p> <p>Do wymaganego terminu Wykonawca nie odpowiedział na w/w wezwanie. W związku z powyższym zamawiający odrzuca ofertę</p>
6	<p>Salus International Sp. z o.o. Pulaskiego 9 40-273 Katowice</p>	<p>Podstawa prawna: 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie :</p> <p>Oświadczenie, że test znajduje się w wykazie testów posiadających status WHO EUL.</p> <p>W celu weryfikacji wątpliwych wyników testów antygenowych Wykonawca, na czas trwania umowy, bezpłatnie użyczy analizator, który w czasie do 15 minut wykryje materiał genetyczny SARS-CoV-2 metodą amplifikacji kwasów nukleinowych-NAAT oraz w razie potrzeby bezpłatnie dostarczy do niego odczynniki (w ilości do 1% zakupionych testów antygenowych)</p> <p>W złożonej ofercie brak było w/w informacji.</p> <p>W związku z powyższym Zamawiający w dniu 15/03/2023r wezwał Wykonawcę wyjaśnienia oraz do potwierdzenia, iż: zaoferowany test znajduje się w wykazie testów posiadających status WHO EUL oraz, że w celu weryfikacji wątpliwych wyników testów antygenowych Wykonawca, na czas trwania umowy, bezpłatnie użyczy analizator, który w czasie do 15 minut wykryje materiał genetyczny SARS-CoV-2 metodą amplifikacji kwasów nukleinowych-NAAT oraz w razie potrzeby bezpłatnie dostarczy do niego odczynniki (w ilości do 1% zakupionych testów antygenowych)</p> <p>Do wymaganego terminu Wykonawca nie odpowiedział na w/w wezwanie. W związku z powyższym zamawiający odrzuca ofertę</p>

Informacja o terminie zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Włodzimierz Żaworonok

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach