

**Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**Szpitalna 60  
16-400 Suwałki

l.dz. SZW.DZI. 262.212/14/TP/AK/2023

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

**ZAWIADOMIENIE**  
**o wyborze najkorzystniejszej oferty**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **"Zakup i dostawa łóżek intensywnego nadzoru z wagą na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa XI REACT – EU DZIAŁANIE 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia – znak sprawy 14/TP/AK/2023.**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

**Danavo Anna Stańczak**Słoneczna 37  
41-800 Zabrze

na:

część 1 za cenę brutto **214 795.80 zł.**

## Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą

Punktacją przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena	termin dostawy	termin gwarancji	Łączna liczba punktów
3	<b>Danavo Anna Stańczak</b> Słoneczna 37 41-800 Zabrze	60,00	20,00	20,00	100,00
1	<b>Versamed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> Zwycięstwa 14/1 15-688 Białystok	0,00	0,00	0,00	0,00

2	<b>ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.</b> Ks. Piotra Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------	------

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
1	<b>Versamed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> Zwycięstwa 18 /- 15-703 Białystok	<p>Podstawa prawna: Art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Zamawiający w piśmie z dnia 27.03.2023r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnień przedmiotowych środków dowodowych w zakresie :</p> <p><b>Stan faktyczny:</b></p> <p>Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ żądał w zakresie przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw</p> <p>„W zakresie pkt. 3,4,6,8,11,12,15,21,27,30,35,44 Załącznika nr 5 do SWZ na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami zamawiającego należy przedstawić:</p> <p><b>Dokumenty producenta np.: materiały informacyjne, katalogi, ulotki, karty techniczne</b> zawierające dane techniczne, potwierdzające oferowaną wartość, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów określonych w/w punktach załącznika nr 5 do SWZ. Wykonawcy <b>powinni oznaczyć</b>, której części oraz którego punktu tabeli załącznika nr 5 do SWZ dokumenty dotyczą. <b>Zamawiający dopuszcza także oświadczenie producenta w przypadku gdy danego parametru nie można potwierdzić w.w dokumentach producenta”</b></p> <p>Zamawiający w związku z powyższym zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia w zakresie załączonej do oferty Karty Charakterystyki Pakiet 1 Poz. 1 – Łóżko z wagą. Czy załączona karta charakterystyki Łóżko z wagą jest <b>dokumentem producenta?</b> W odpowiedzi na powyższe wezwanie Wykonawca w piśmie z 29.03.2023 r. odpowiedział, iż załączona karta charakterystyki oferowanego przedmiotu zamówienia nie jest dokumentem producenta, oraz bez wezwania do uzupełnienia załączył oświadczenie producenta Stiegmeyer.</p> <p>Zamawiający zgodnie z pismem z dnia 03.04.2023 r. wezwał <b>Wykonawcę do złożenia/uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.</b></p> <p>W odpowiedzi na powyższe wezwanie Wykonawca odpowiedział że w załączeniu przekazuje wymagane dokumenty producentów oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z zaznaczeniami w zakresie pkt. 3,4,6,8,11,12,15,21,27,30,35,44 Załącznika nr 5 do SWZ a na potwierdzenie punktu 4 tabeli załącznika nr 5 do SWZ, przesyła oświadczenie producenta Stiegmeyer oferowanego łóżka złożone Spółce Versamed do innego postępowania z datą 28.04.2022 r. dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, oświadczenie to nie dotyczy przedmiotowego postępowania w związku z czym Zamawiający nie może uznać tego oświadczenia.</p> <p>Zamawiający w piśmie z dnia 12.04.2023r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień przedmiotowych środków dowodowych w zakresie rozbieżności:</p> <p>Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ pkt. 4 tabeli, wymagał zaoferowania: <b>Szerokość całkowita łóżka 950 mm, ± 50 mm</b>, Wykonawca wraz z ofertą wg. załącznika nr 5 do SWZ zaproponował <b>łóżko EVARIO z wagą firmy Stiegmeyer o szerokości całkowitej 970 mm</b>, zaś w dokumentach złożonych na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złożył m.in. katalog producenta firmy Stiegmeyer, z którego wynika, iż szerokość całkowita zaoferowanego łóżka EVARIO z wagą to <b>103,80 mm</b>.</p> <p>Wykonawca nie złożył wyjaśnień w przewidzianym na to terminie tj. do dnia 14.04.2023 r. w związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę.</p>
2	<b>ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.</b> Ks. Piotra Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki	<p>Podstawa prawna: Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p>Uzasadnienie:</p>

		<p>Wykonawca w załączonym do oferty Załączniku nr 5 poz. 4, 10, 17, 34, 37, nie spełnia wymaganych w SWZ parametrów technicznych</p> <p>W świetle powyższego oferta jest nie zgodna z SIWZ co stanowi podstawę do jej odrzucenia.</p>
--	--	---

#### **Informacja o terminie zawarcia umowy**

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

*Zamawiający*

**DYREKTOR**  
 Szpitala Wojewódzkiego  
 im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  
**Adam Szałanda**