



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2023-05-30

Znak sprawy: NZ/29/D/P/LW/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego oznaczania OB"** – znak sprawy **NZ/29/D/P/LW/2023**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki próbówki, czy też uchwytu, lub igły itp.)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

Dotyczy projektu umowy, § 3, pkt. 3: Ponieważ asortyment, który jest przedmiotem niniejszego postępowania jest przeznaczony do użytkowania przez odpowiednio przygotowany profesjonalny personel, prosimy o dopuszczenie podawania informacji na opakowaniu zbiorczym w języku angielskim oraz za pomocą ogólnie zrozumiałych międzynarodowych symboli graficznych.

1/2

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA:
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3

Dotyczy projektu umowy, § 7, pkt. 1: Prosimy, aby kara umowna była naliczana w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia, a nie wartości całego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4

Dotyczy SWZ, 9. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, 9.2, pkt. 3, pozycja 3 Próbki: czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu składania próbek staz wielorazowych z pozycji nr 15 w ilości 5 szt., ponieważ jest to towar w relatywnie wysokiej cenie jednostkowej, a próbka 5 szt. stanowi 1/8 całej zamawianej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 2 probówek z CTAD z terminem ważności 8 miesięcy w dniu dostawy. Probówki te mają krótszy termin ważności w momencie opuszczenia linii produkcyjnej. Ponadto są pakowane po 50 szt., dlatego łatwo rozłożyć zamówienia na nie tak, aby zabezpieczyć sobie probówki w dacie ważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6

Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art. 7 pkt. 32 Ustawy, z której wynika, że umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 29 ust. 1 Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy zamieszczenie przez Zamawiającego w punkcie 11 Parametrów tech. użytkowych wymogu pokrycia kosztów podłączenia aparatu do LSI oznacza wymaganie przez Zamawiającego świadczenia przez wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usług bezpłatnie (w formie umowy darowizny), co nie jest w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszczalne ?. Czy też wykonawca ma prawo – zgodnie z ustawą - doliczyć koszty związane z podłączeniem aparatu do kosztów dzierżawy aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga darowizny. Wykonawca ma prawo dowolnego kalkulowania oferty, w tym składników ceny.

Zamawiający