

Suwałki, dnia 03/08/2023r.

L.dz. SZW.DZI.262.389/40/TP/MN/2023

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 40/TP/MN/2023**

Dotyczy: **Dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**UCZESTNIK 1**

**Pytanie 1**

**Część nr 19, 20**

Prosimy o doprecyzowanie czy w pakiecie 19 oraz 20 zamawiający oczekuje takiego samego wyrobu?

**Odpowiedź: W części 20 zamawiający oczekuje ustnika dla dzieci**

**UCZESTNIK 2**

**Pytanie 1**

Czy zamawiający w części 2 pozycja 1 dopuści cewnik balonowy do achalazji rozmiar 4,67, średnica balonu: 30, 35, 40mm – w zależności od potrzeb zamawiającego, długość balonu 10cm współpracujący z przewodnikiem '0,038?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 2**

Czy zamawiający w części 9 pozycja 1 dopuści kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe – długość robocza 240cm, średnica miseczki 2,2mm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 3**

Czy zamawiający w części 10 pozycja 1 dopuści kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe –średnica miseczki 2,2mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 4**

Czy zamawiający w części 11 pozycja 1 dopuści kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe – długość robocza 160cm, średnica miseczki 2,2mm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający w części 14 pozycja 1 dopuści ligator wieloopaskowy do endoskopowego podwiązki żyłaków przelyku zawierający 7 podwiązek w kolorze niebieskim (przedostatnia w kolorze ecru), wykonanego z materiału hypoalergicznego, niezawierającego lateksu, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażone w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 6**

Czy zamawiający w części 15 pozycja 1 dopuści Litotryptor wykonany z wysokiej jakości drutu stalowego z wstępnie nadanym kształtem i odpornością na odkształcenia, przystosowany do wykonywania awaryjnej litotrypsji w przypadku uwięźnięcia złogu

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 00  
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: [wojewodzki@szpital.suwalki.pl](mailto:wojewodzki@szpital.suwalki.pl),  
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362,  
nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



wewnątrz kosza. Wielkości koszyka: 1.5 x 3.0 cm; 2.0 x 4.0 cm; 2.5 x 5.0 cm i 3.0 x 6.0 cm. - w zależności od potrzeb zamawiającego. Kompatybilny z urządzeniem Alliance™ II (urządzeniem do inflacji wielorazowego użytku firmy Boston Polska)?

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający w części 24 pozycja 1 dopuści szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów, jednorazowe, dostępne w różnych konfiguracjach. Minimalnie: dwustronne, dwustronne plus szczotka do czyszczenia gniazd zaworów; jednostronne plus szczotka do czyszczenia gniazd zaworów. Długość min. 220 cm. Kompatybilne z kanałem endoskopu o średnicy 2,0 oraz 2,8 mm. Cewnik szczoteczki wykonany ze sprężystego tworzywa odpornego na złamanie, zapewniającego łatwość wprowadzania i manewrowania wewnątrz kanału endoskopu. Końcówki cewnika zakończone atraumatyczną kulką ograniczającą możliwość uszkodzenia kanału endoskopu. Szczoteczki wykonane z gęstego włosia odpornego na odkształcenia?

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający w części 32 pozycja 1 dopuści klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku, z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, obrotowy 360 stopni w obu kierunkach (pokrętło zapewniające płynny obrót), z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm, długość robocza 235 cm, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm i 17 mm - możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem wskazania zawarte w instrukcji obsługi produktu?

**Odpowiedź: TAK**

### **UCZESTNIK 3**

#### **Pytanie 1 dotyczy części 9 i 11**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki powlekane o wskazanych parametrach?

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pytanie 2 dotyczy części 10**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki powlekane długości 180 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pytanie 3 dotyczy części 24**

Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek składający się z dwóch szczotek:

1/ Szczotka długa – długość całkowita 230 cm, średnica szczotek 5/5/mm

2/ Szczotka krótka – długość całkowita 15,50 cm, średnica szczotek 5/10mm?

**Odpowiedź: TAK**

### **UCZESTNIK 4**

#### **Pytanie 1 Część 8.**

Czy Zamawiający dopuści kleszcze powlekane? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pytanie 2 Część 9.**

Czy Zamawiający dopuści kleszcze powlekane? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pytanie 3 Część 10.**

Czy Zamawiający dopuści kleszcze powlekane? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pytanie 4 Część 11.**

Czy Zamawiający dopuści kleszcze powlekane? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pytanie 5 Część 19, 20.**

Czy Zamawiający omyłkowo dwa razy powielił część?

**Odpowiedź: W części 20 zamawiający oczekuje ustnika dla dzieci**

#### **Pytanie 6 Część 24.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek składający się z:

- szczotka długa 230 cm, dwustronna, śr. włosia 6/6 mm, śr. cewnika 1,8 mm, dl. główki 20 mm,
- szczotka krótka 20 cm, dwustronna, śr. włosia 5/12 mm, dl. główki 40 mm?

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 7 Część 31.**

Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające zakończenie typu wyłącznie „zab szczura” oraz „aligator”?

Odpowiedź: TAK

**UCZESTNIK 5**

**Pytanie 1 Część 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników balonowych o długości balonu w zakresie 3 cm - 5,5 cm, długość robocza 240 cm.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

**Pytanie 2 Część 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników balonowych do achalazji o parametrach jak wymagane, cewnik średnicy 2,3 mm.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

**Pytanie 3**

Czy zamawiający odstąpi od próbek w części nr 2. Próbką stanowi 1/6 całego rocznego zapotrzebowania

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

**Pytanie 4 Część 3**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie cewników o długości 215 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ

**Pytanie 5 Część 14.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów jak wymagane zawierających 6 opasek.

Odpowiedź: ZGODNIE Z SWZ

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do endoskopowego opaskowania żyłaków przelyku, składających się z nasadki na endoskop zawierający 6 lub 7 opasek lateksowych (do wyboru), opaski niebieskie, przedostatnia w kolorze czarnym, sygnalizująca pozostania ostatniej opaski, nakładka z dołączoną nicią do zrzucania opasek (długość nici ok. 150 cm), oraz głowicy z pokrętkiem działającym w dwóch i w jednym kierunku, cewnika do przeprowadzania nici przez kanał endoskopu oraz igły z tępym końcem do przeplukiwania miejsca obliteracji, nakładka do współpracy z endoskopami o średnicy zewnętrznej 8,5 mm – 13,0 mm.

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 7 Część 17**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawek nie wymagających podłączania do urządzenia firmy Boston, pojemność 30 ml, praca w granicach 0-30 atm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

**Pytanie 8 Część 22**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o długości 210 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

**Pytanie 9 Część 24**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów szczotek ze szczotką długą o średnicy włosia 5mm lub 6 mm lub 7mm (do wyboru) po obu stronach szczotki i ze szczotką krótką o długości całkowitej 25 cm, średnica włosia 5 mm/ 12 mm (strona lewa/ strona prawa).

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 10 Część 29**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów jednorazowego użytku, trójkanałowych, o średnicy cewnika 2,3 mm, zwężanych do średnicy 1,67 mm, długość narzędzia 200 cm – 215 cm, długość noska 5 mm, 3 mm i bez noska (typ Pre-Cut) - do wyboru, długość cięciwy 20 mm, 25 mm i 35 mm (do wyboru), cięciwa wykonana z drutu plecionego i monofilamentowego (do wyboru), możliwość użycia przewodnika 0,035”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

**Pytanie 11.**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie koszyków o długości narzędzia 215 cm, czteroramiennych, koszyki w rozmiarze 25, 30, 35 mm po rozłożeniu, dostępne w trzech typach ukształtowania: owalnym, heksagonalnym i spiralnym, wykonanych z drutu plecionego, działających bez przewodnika.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

**Pytanie 12.**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie balonów do ściągania zlogów, trójstopniowych, napelnianych do średnic 8,5-12-15 mm oraz 12-15-18 mm (do wyboru), na przewodnik 0.035", długość 215 cm, balon lateksowy, z zestawem 3 oznaczonych strzykawek dedykowanych do podanej objętości.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

**Pytanie 13.**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie cewników o długości 200 – 215 cm, końcówka standardowa, zwężana i metalowa okrągła (do wyboru).

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

**Pytanie 14.**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie zestawów o długości 210 cm.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

**Pytanie 15.**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie protez o konstrukcji nie wymagającej stosowania pozycjonera typ zakrzywiony/prosty, widocznych w RTG, z dodatkowym znacznikiem od strony dwunastniczej, posiadających 3 otwory na końcu zwężanym i dwa otwory na przeciwnym końcu, długość między zaczepami 5 cm, 7 cm, 9 cm, 10 c, 12 cm i 15 cm.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

**Pytanie 16 Część 30**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie protez w z aplikatorami o długości 185 cm.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

**Pytanie 17.**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm i 32 mm, z możliwością cięcia z koagulacją lub bez koagulacji, średnica osłonki 2,4 mm, długość osłonki 240 cm.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

**Pytanie 18.**

Czy Zamawiający do pozycji 3 dopuści przekazanie próbki pętli owal – 10 mm.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

**Pytanie 19.**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy narzędzia 2,3 mm, średnica pętli 10, 15, 20, 25 i 30 mm.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

**Pytanie 20.**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 5 mm lub 6 mm (do wyboru), średnica osłonki 2,4 mm.

[Odpowiedź: Zgodnie z SWZ](#)

**Pytanie 21 Część 31**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki nie większej niż 2,4 mm kompatybilnej z kanałem 2,8mm, powleczenie z PTFE (teflon) o właściwościach poślizgowych.

[Odpowiedź: TAK](#)

**Pytanie 22 Część 3 i część 29 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysłanie 1 próbki produktu cewnik do ERCP, jeżeli powtarza się on w dwóch pakietach/częściach (część 3 i część 29 poz. 3).

[Odpowiedź: TAK](#)

## UCZESTNIK 6

### **Pytanie 1 Dot. części 5**

Czy Zamawiający dopuści zapis: „Kapsuła do badania jelita cienkiego. Wymiary 25,4 x 11 mm. Waga 3,0 g. Ilość zapisywanych klatek na sekundę: 2-10 klatki/sekundę. Pole widzenia 172°. Żywotność baterii 12 godzin. Ilość pikseli obrazu: 512\*512 pikseli. Oświetlenie 4 diod LED. Oferent w cenie zapewnia: użyczenie na okres wykonania badania zestawem do badania; każdorazowo na koszt wykonawcy; wykonanie przez wykonawcę odczytu i opracowania wyniku badania oraz przesłanie go do siedziby zamawiającego drogą elektroniczną oraz oryginału drogą pocztową na koszt wykonawcy”?

Odpowiedź: TAK

### **Pytanie 2 Część 8**

Czy Zamawiający dopuści powlekane kleszczyki (reszta parametrów bez zmian)?

Odpowiedź: TAK

### **Pytanie 3 Część 9**

Czy Zamawiający dopuści powlekane kleszczyki (reszta parametrów bez zmian)?

Odpowiedź: TAK

### **Pytanie 4 Część 10**

Czy Zamawiający dopuści powlekane kleszczyki o długości roboczej 180 cm (reszta parametrów bez zmian)?

Odpowiedź: TAK

### **Pytanie 5 Część 11**

Czy Zamawiający dopuści powlekane kleszczyki (reszta parametrów bez zmian)?

Odpowiedź: TAK

## UCZESTNIK 7

### **Pytanie 1 Dotyczy Części nr 8**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe- powlekane (dodatkowo chroniące kanał endoskopu); pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: TAK

### **Pytanie 2 Dotyczy Części nr 9**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe- powlekane (dodatkowo chroniące kanał endoskopu); pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: TAK

### **Pytanie 3 Dotyczy Części nr 10**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe- powlekane (dodatkowo chroniące kanał endoskopu); pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: TAK

### **Pytanie 4 Dotyczy Części nr 11**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe- powlekane (dodatkowo chroniące kanał endoskopu); pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: TAK

### **Pytanie 5 Dotyczy Części nr 14**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować ligator wieloopaskowy do endoskopowego podwiązki żyłaków przelyku – nasadka na endoskop zawierająca 6 opasek (przedostatnia w innym kolorze); pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: TAK

### **Pytanie 6 Dotyczy Części nr 29 – poz. 2**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kosze do ekstrakcji zlogów o średnicy 2,35mm oraz 2,6mm (do użycia z przewodnikiem); pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: TAK

### **Pytanie 7 Dotyczy Części nr 30 – poz. 1**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować protezy samorozprężalne z aplikatorem o długości 210 cm; pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: TAK

**Pytanie 8 Dotyczy Części nr 30 – poz. 5**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli dostarczyć próbkę 22G, 230cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 9 Dotyczy Części nr 32**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować klipsownicę hemostatyczną z załadowanym, gotowym do użycia jednym klipssem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, 13mm i 16mm (do wyboru), stopień zagięcia ramion 135 stopni; pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 10 Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową. W przypadku ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego powyżej 60 dni Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych dostaw do czasu uregulowania należności.”?

**Odpowiedź:**

**Pytanie 11 Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie następującej treści: „Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**Odpowiedź:**

**Pytanie 12 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 i 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 0,5% na 0,2% wartości zamówienie częściowego brutto za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 13 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych odpowiednio z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 14 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych odpowiednio z 30% na 10% wartości brutto?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 15 Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje w terminie trzech kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, za wyjątkiem okoliczności, gdy Wykonawca poinformował wcześniej Zamawiającego o niemożności realizacji zamówienia w terminie, za co nie ponosi winy.”?

**Odpowiedź:**

**UCZESTNIK 8**

**Pytanie 1 Pakiet 8**

**Czy zamawiający dopuści** Kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe – długość robocza 180cm, średnica miseczki 1,8mm, powlekane, bez igły, z uchwytem **(Próbka 1 sztuka)**

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 2 Pakiet 9**

**Czy zamawiający dopuści** Kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe – długość robocza 230cm, średnica miseczki 2,3mm, powlekane, bez igły, z uchwytem **(Próbka 1 sztuka)**

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 3 Pakiet 10**

**Czy zamawiający dopuści** Kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe – długość robocza 180cm, średnica miseczki 2,3mm, powlekane, bez igły, z uchwytem **(Próbka 1 sztuka)**

[Odpowiedź: TAK](#)

**Pytanie 4 Pakiet 11**

**Czy zamawiający dopuści** Kleszczyki/szczypce biopsyjne jednorazowe – długość robocza 180cm, średnica miseczki 2,3mm, powlekane, bez igły, z uchwytem (**Próbka 1 sztuka**)

[Odpowiedź: TAK](#)

**Pytanie 5 Pakiet 14**

**Czy zamawiający dopuści** Ligator wieloopaskowy do endoskopowego podwiązania żyłaków przelyku na poziomie połączenia żołądkowo-przelykowego lub powyżej oraz do podwiązania wewnętrznych guzków krwawniczych – nasadka na endoskop zawierająca 6 opasek w kolorze 5 opasek w kolorze niebieskim przedostatnia opaska w kolorze transparentnym oraz głowicy z nicią do zrzucania opasek, połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici. Nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę. W głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji. (**Próbka 1 sztuka**)

[Odpowiedź: TAK](#)

**Pytanie 6 Pakiet 14**

**Czy zamawiający dopuści** Prowadnica jednorazowa śr. 0,035". Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035", nitinolowa, dwukolorowa, długość robocza 450 cm, z giętką końcówką pokrytą powłoką hydrofilną o długości 6cm. Końcówka prosta i zagięta w zależności od potrzeb zamawiającego. (**Próbka 1 sztuka końcówka prosta**)

[Odpowiedź: TAK](#)

**Pytanie 7 Pakiet 14**

**Czy zamawiający dopuści**

**Poz. 1** Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych niepowlekana i powlekana: wykonane z nitinolu, posiadająca markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu, dostępne długości stentu: 40mm, 60mm, 80mm i 100mm, średnica stentu po pełnym rozprężeniu: 10mm, fabrycznie zamontowane na giętym zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, aplikator dla protezy niepowlekanej o dł. 180cm i śr 7,5Fr; aplikator dla protezy powlekanej o dł. 180cm i śr 8,5Fr, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Rodzaj i rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego

**Poz. 2** Stenty samorozprężalne przelykowe: wykonane z nitinolu, wykonane z pojedynczego drutu częściowo lub całkowicie powlekane, uniemożliwiającym wrastanie tkanek nowotworowych do wnętrza stentu i dającego możliwość dokładnego uszczelniania przetok, z niepokrytymi końcami zapewniającymi fiksację stentu do zdrowego odcinka przelyku, posiadające lasa do repozycji na obu końcach, posiadające markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu, stenty częściowo powlekane o długości po pełnym rozprężeniu 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm oraz średnicy wewnętrznej 20mm i średnicy kołnierza 26mm oraz średnicy wewnętrznej 24mm i średnicy kołnierza 30mm, stenty całkowicie powlekane o długości po pełnym rozprężeniu 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm oraz średnicy wewnętrznej 20mm i średnicy kołnierza 26mm, oraz średnicy wewnętrznej 24mm i średnicy kołnierza 30mm, fabrycznie zamontowane na giętym zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, aplikator o średnicy 24Fr, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Rodzaj i rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego

**Poz. 3** Pętłe do polipektomii plecionka jednorazowego użytku: średnice pętli 10mm, 15mm, 20mm, 24mm, 36mm, z możliwością cięcia z użyciem koagulacji, długość narzędzia 230cm, rękojeść skalowana, średnica osłonki 2,3mm. Rodzaj i rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego (**Próbka rozmiar 24/230 owal – 1 sztuka**)

**Poz. 4** Pętłe jednorazowego użytku do polipektomii wykonane z drutu pojedynczego (monofilament) do cięcia tylko na zimno (z potwierdzeniem) Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,3 mm, średnica pętli: 10mm 15mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt owalny. Rodzaj i rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego (**Próbka rozmiar 10/230 owal – 1 sztuka**)

**Poz. 5** Igły do ostrzykiwania jednorazowego użytku, średnica igły 22G i 25G, długość igły 5mm, długość całkowita narzędzia 230cm, średnica osłonki 2,3mm. Rodzaj i rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego (**Próbka rozmiar 22G/230cm – 1 sztuka**)

[Odpowiedź: Pytanie nie ma związku ze wskazanym pakietem](#)

**Pytanie 8 Pakiet 31**

**Czy zamawiający dopuści** Kleszcze chwytające, średnica 2,3mm, długość 2300mm, umożliwiające precyzyjne chwytanie większych ciał obcych i stentów; powłoczenie hydrofilne; zintegrowany uchwyt. Zakończenie typu „zab szczura” i „aligator”. Rodzaj i rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego (**Próbka typ „zab szczura” – 1 sztuka**)

[Odpowiedź: TAK](#)

**Pytanie 9 Pakiet 31**

**Czy zamawiający dopuści** Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia jednym klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm lub 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300mm



– w zależności od potrzeb zamawiającego. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Klipsownica kompatybilna z kanałem roboczym 2.8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. **(Próbka 1 sztuka 2,6; 16mm; kąt 135stopni)**

Odpowiedź: TAK

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), w związku z przygotowaniem wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia **2023-08-07** godz. **12:00** na dzień **2023-08-11** godz. **12:00**.
- otwarcia ofert, z dnia **2023-08-07** godz. **13:00** na dzień **2023-08-11** godz. **13:00**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl) i <https://e-propublico.pl>.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 40/TP/MN/2023 z dnia 27/07/2023r.

Z poważaniem,  
**Adam Szałanda**  
**DYREKTOR**  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach