

Suwałki, dnia 08/08/2023r.

L.dz. SZW.DZI.262.402/40/TP/MN/2023

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 40/TP/MN/2023**

Dotyczy: **Dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**UCZESTNIK 9**

Pytanie nr 1 – dotyczy formularza cenowego – Część nr 16

Czy zamawiający dopuści prowadnicę jednorazowego użytku; średnica 0,035” oraz 0,025”; długość robocza 450 cm; atraumatyczna, bezrdzeniowa końcówka prosta lub zagięta, o długości 7 cm, pokryta powłoką hydrofilną; białoniebieskie spiralne pokrycie silikonową powłoką od 7cm do końca prowadnicy, rdzeń wykonany ze stopu tytanu i niklu, żebrowane pokrycie korpusu prowadnicy zmniejsza powierzchnię styku z wewnętrzną powierzchnią narzędzi, przyspieszając wprowadzanie; 1 sztuka w opakowaniu?

Odpowiedź: TAK

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl) i <https://e-propublico.pl>.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 40/TP/MN/2023 z dnia 27/07/2023r.

Z poważaniem,  
**Adam Szałanda**  
**DYREKTOR**  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach