

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Piłsudskiego 61
34-600 Limanowa

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy rękawic nitrylowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"** – znak sprawy **NZ/46/D/N/L/2023**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpydrowe, AQL≤1,5, obustronnie chlorowane, wyrób medyczny kat.I, środek ochrony osobistej kat. III, teksturowane końce palców, grubość na palcu 0,10+/-0,01mm, na dłoni 0,06m+/-0,01mm, na mankiecie 0,06m+/-0,01m, spełniające normy EN 420, EN ISO 374-1 (Typ B), EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455-1,2,3,4, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (15 substancji), pozbawione tiuramów, ftalanów oraz MBT, dopuszczone do kontaktu z żywnością

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane zamiast polimeryzowanych? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy o dopuszczenie rękawice o grubości pojedynczej ścianki palca 0,07-0,13mm, dłoni 0,05-0,11mm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej zastąpiło Dyrektywę Rady 89/686/EWG. W wyniku zmiany rozporządzenia obowiązują nowe wymagania. W związku z tym prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z nowymi, aktualnymi normami, tj. EN ISO 374-1 i EN 16523 zamiast EN 374-3.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

4. Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia norm certyfikatem jednostki notyfikowanej zamiast badaniami jednostki niezależnej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

1. **Pytanie nr 1 dotyczy Formularz asortymentowo-cenowy I (ppkt 1.1, 1.2, 1.3):**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych nitrylowych wewnętrznie chlorowane, bez obustronnej polimeryzacji o grubościach: ściana palca min.0,09-0,12mm, dłoni min.0,06 do 0,08mm (potwierdzone badaniami producenta), pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

2. **Pytania do wzoru umowy:**

1. Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 4 projektu umowy w zakresie wysokości zmiany kursu waluty obcej uprawniającej do zmiany ceny do różnicy w wysokości 5% względem średniego kursu z chwili zawarcia umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 5 projektu umowy poprzez nadanie mu treści, zgodnie z którą zmiana ceny brutto w wyniku zmiany stawki podatku VAT nie wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody przy czym wskazuje, iż zgodnie z § 5 ust. 3 tego rodzaju zmiana wchodzi z dniem wejścia w życie regulacji prawnej zmieniającej stawkę podatku VAT

3. Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nimi kar umownych do wysokości:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- a. 100% różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z umowy a cenami towarów zakupionych przez zamawiającego w ust. 3

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

- b. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w ust. 4.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

4. Wnosimy o modyfikację § 9 ust.1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści: „z zastrzeżeniem wyjątków w umowie przewidzianych”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic wewnętrznie chlorowanych, nie polimeryzowane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostycznych nitrylowych o AQL =< 1,5? Reszta parametrów zgodnie z swz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostycznych nitrylowych o grubości na palcu min. 0,08mm i dłoni min. 0,06mm jak obecnie używane w Państwa szpitalu? Reszta parametrów zgodnie z swz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1, która jest normą równoważna do normy EN 374-3.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostycznych nitrylowych pakowanych max po 100szt?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek z delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą EN 374-5. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic kartą techniczną producenta oznaczonych oficjalnym logiem firmy lub/i podpisem? Pragniemy zauważyć, że producent Kartę Techniczną wystawia na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękaw.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Rękawice nitrylowe . Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,07mm+/-0,01?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Rękawice nitrylowe Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z EN 16523-1 jako normą równoważną do EN 374-3, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający