

Suwałki dnia: 2023-09-04

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji

Szpitalna 60
16-400 Suwałki

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

SZW.DZI.262.448.45/TP/WU/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

**SPROSTOWANIE
DO
WYJAŚNIENÍ TREŚCI SWZ Z DNIA 04/09/2023R.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach”** – znak sprawy **45/TP/WU/2023**

Pytanie nr 1

Dotyczy zad. 3 poz 11. Bateria do detektora

Prosimy o podane dokładnego modelu detektora oraz modelu baterii.

Jest:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Model detektora :DRX Plus 2530C i DRX Plus 4343C

Bateria DRX-1 ;Bateria DRX-BAT 3

Powinno być: Pytanie nie dotyczy zad.3 poz11, w części 3 brak pozycji 11.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w formularzu asortymentowo cenowym w zakresie części 2 poz. 11 poprzez wykreślenie poz. 11

11	Bateria do detektora	KOD-8618183	9431800518	2
----	----------------------	-------------	------------	---

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia powyższych zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 45/TP/WU/2023 z dnia 30/08/2023r.

Zamawiający

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda