

Suwałki, dnia 07/11/2023r.

L.dz. SZW.DZI.262.545/53/TP/MN/2023

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**NS: 53/TP/MN/2023**

Dotyczy: **Dostawa materiałów szewnych na potrzeby oddziałów Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### UCZESTNIK 1

##### **Pytanie 1**

Dotyczy pakietu 1 pozycja 1,4,6,8,10,11,13,15,16 oraz 17

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie tolerancji igły + 1 mm -pozostale parametry bez zmian

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

##### **Pytanie 2**

Dotyczy pakietu 1 poz. 2,9 ,12

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie tolerancji igły + 2 mm -pozostale parametry bez zmian

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

##### **Pytanie 3**

Dotyczy pakietu 1 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły 75 mm -pozostale parametry bez Zmianach

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

##### **Pytanie 4**

Dotyczy pakietu 9 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie tolerancji igły + 1 mm -pozostale parametry bez zmian

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### UCZESTNIK 2

##### **Pytanie 1 Pakiet 8, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pytanie 2 Pakiet 8, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 100cm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3 Pakiet 13**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o składzie mieszanina wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**UCZESTNIK 3**

**Pytanie 1 Dot. Części 1**

Czy Zamawiający dopuści nici wchłaniające syntetyczne – szew szybkowchłaniający wykonany z syntetycznego przyswajalnego monofilamentu złożonego z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu. Podtrzymywanie tkankowe: 7 dni - 70%, 14 dni - 40%, 21 dni - 15%. Całkowita wchłaniałość po 90-120 dniach?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 2 Dot. Części 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3 Dot. Części 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4 Dot. Części 3**

Czy Zamawiający dopuści nici wchłaniające syntetyczne – pleciony powlekany barwiony czas wchłaniania do 70 skład chemiczny kopolimer 90%glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10) powleczenie 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 30/70)?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Dot. Części 7**

Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Dot. Części 9, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 77 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Dot. Części 11, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści zielony kolor nici?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Dot. Części 12**

Czy Zamawiający dopuści nici wchłaniające syntetyczne, monofilamentowe– szew wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu. Podtrzymywanie tkankowe: 7 dni - 70%, 14 dni - 40%, 21 dni - 15%. Całkowita wchłaniałość po 90-120 dniach?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Dot. Części 12, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Dot. Części 12, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści długość nici 45 cm lub 75 cm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Dot. Części 14, poz. 1, 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny, wchłaniany, monofilament, polidoksanon, podtrzymywanie tkankowe 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach, czas wchłaniania 180-210 dni?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Dot. Części 14, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Dot. Części 14, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści nici wchłaniające syntetyczne – pleciony powlekany barwiony czas wchłaniania do 70 skład chemiczny kopolimer 90%glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10) powleczenie 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 30/70)?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Dot. Części 14, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### UCZESTNIK 4

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 16: taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową, w plastikowej osłonce (brak osłonki w środku na odcinku min. 1,5 cm), niewchłaniającą, białą, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 976 µm, max 2314 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, posiadająca atraumatyczne brzożęci cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami i symetryczne zwężenia na końcach, wykonana w technologii quadriaxial, wytrzymałość 70 N/cm, bez wypustki środkowej oraz 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4mm, spiralnych, prawa + lewa, do implantacji metodą zasłoniętą?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

#### UCZESTNIK 5

##### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 wymaga wchłaniałości szwu 90-120 dni? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.**

##### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 5 dopuści igłę o długości 45mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

##### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 5 dopuści próbkę z igłą o długości 45mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

W naszym mniemaniu zaproponowana próbka pozwoli Zamawiającemu w pełni określić jakość oferowanego produktu.

Jednocześnie gwarantujemy, że w przypadku wygrania przetargu i podpisania umowy, będziemy dostarczać asortyment zgodny z opisem przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1 pozycja 5.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 1 dopuści igłę o długości 36mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 5 dopuści igłę o długości 75mm z nitką o długości 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 6 dopuści igłę o długości 27mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 17 dopuści igłę o długości 35mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w poz. 1 dopuści nić o długości 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**UCZESTNIK 6**

**Pytanie 1 Dotyczy pakietu nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści następujące nici: Nici wchłaniające syntetyczne – monofilament syntetyczny, szybko wchłaniający, niepowlekany, Polyglytone 6211 (syntetyczny poliester złożony z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetyleny oraz laktidu), wytrzymałość węzła około 50-60% po 5 dniach od wszczepienia, 20-30% po 10 dniach, całkowita utrata pierwotnej wytrzymałości następuje po 21 dniach. Czas wchłaniania do 56 dni?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 2**

Czy zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 1 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną 27mm (zamiast okrągłej 30mm)?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3**

Czy zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 2 dopuści igłę określoną jako okrągłą wzmocnioną (zamiast okrągłą pogrubioną)?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4 Dotyczy pakietu nr 3:**

Czy zamawiający, oprócz produktu wskazanego w SIWZ, dopuści również: Nici wchłaniające syntetyczne – plecione powlekane barwione czas wchłaniania od 56 do 70 dni: szwy wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu

i laktydu - pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszką kopolimeru kaprolaktonu glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Początkowa wytrzymałość na rozciąganie według USP i EP około 140%, średnia minimalna wytrzymałość węzła około 80% po dwóch tygodniach? Byłyby to te same nici, które są dostarczane obecnie.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 5 \*Dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm (zamiast 90cm)?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 6 \*Dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści igłę 27mm (zamiast 26mm)?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 7 \*Dotyczy pakietu nr 8, pozycji nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26 mm? Reszta parametrów byłaby taka, jak w opisie

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 8 \*Dotyczy pakietu nr 9 i pozycji nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 77 mm oraz nić o grubości 2? Reszta parametrów bez zmian

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 9 \*Dotyczy pakietu nr 11 i pozycji nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 13 mm oraz nitkę koloru niebieskiego?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 10 \*Dotyczy pakietu nr 11 i pozycji nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 13 mm oraz nić 5-0?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 11 Dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 13:**

Czy Zamawiający dopuści szew niebarwiony? Byłby to ten sam produkt, który dostarczany jest obecnie

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 12 Dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 14:**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą opisaną jako okrągła wzmocniona (zamiast okrągła pogrubiona)? Byłby to ten sam produkt, który dostarczany jest obecnie

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 13 Dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 17:**

Czy Zamawiający dopuści szew niebarwiony (zamiast barwionego) z igłą 39mm (zamiast 37mm)? Byłby to ten sam produkt, który dostarczany jest obecnie

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 14 Dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 19:**

Czy Zamawiający dopuści szew niebarwiony? Byłby to ten sam produkt, który dostarczany jest obecnie

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**



**UCZESTNIK 7**

**Pytanie 1 PAKIET 13 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o następującym składzie: \* wosk pszczeli (83%), \* parafina stała (5%), \* palmitynian izopropylu (12%)? Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie 2 PAKIET 13 poz.1:**

Czy Zamawiający oczekuje złożenia 1 opakowania w ramach próbek rozumianych jako opakowania jednostkowe czy zbiorcze (12 szt.)?

**Odpowiedź: opakowania jednostkowe.**

**UCZESTNIK 8**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w części 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Zszywacz do skóry, zszywki powleczone teflonem (oświadczenie producenta), grubość zszywki 0,6mm, szerokość 6,5mm, wysokość 4,7 mm, ilość zszywek 35, opakowanie zbiorcze 6 szt.?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**UCZESTNIK 9**

**Pytanie 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1 i 2:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w § 2 ust. 1 umowy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego**
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości brutto **wadliwej części** zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w § 3 ust. 9 umowy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części zamówienia.**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**UCZESTNIK 10**

**Pytanie 1 dotyczy pakietu 3:**

Czy Zamawiający dopuści nici wchłaniające syntetyczne – plecione, powlekane, barwione, czas wchłaniania od 56 do 70 dni, skład chemiczny kopolimer 90%glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10) powleczenie kopolimer glikolidu i laktydu(glacomer 37) i stearynian wapnia?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**UCZESTNIK 11**

**Pytanie 1 Dotyczy Części nr 1, Pozycji nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1, Pozycji nr 1 igłę o długości 40mm i nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 2 Dotyczy Części nr 1, Pozycji nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1, Pozycji nr 1 nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3 Dotyczy Części nr 1, Pozycji nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1, Pozycji nr 3 nić o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4 Dotyczy Części nr 1, Pozycji nr 4**

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1, Pozycji nr 4 igłę kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 5 Dotyczy Części nr 8, Pozycji nr 1-4**

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 8, Pozycjach nr 1-4 igłę o długości 25mm i nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605ze zm.) przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

**Termin składania ofert 15/11/2023r. godz. 12:00**

**Termin otwarcia ofert: 15/11/2023r. godz. 13:00**

**Termin związania z ofertą : 14/12/2023r.**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl) i <https://e-propublico.pl>.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 53/TP/MN/2023 z dnia 24/10/2023r.

Z poważaniem,

**Adam Szałanda**  
**DYREKTOR**

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach