

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji
Szpitalna 60
16-400 Suwałki

SZW.DZI.262.532.5/TP/AK/2024

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Modernizacja poradni specjalistycznych tj. otolaryngologicznej oraz foniatrycznej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.**

Numer referencyjny: 5/TP/AK/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1610 tj. ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Uczestnik 1

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający może sprecyzować datę otwarcia ofert (pkt. 19)?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje w pkt. 19 SWZ „, termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **23/02/2024r** godz: 12.00, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Pytanie nr 2 Drzwi przesuwne aluminiowe można wykonać jako przesuwne naścienne, czy taki system jest akceptowalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający może określić światło przejścia: 90cm czy 120cm w pomieszczeniu 37?

Odpowiedź: Drzwi z korytarza do pomieszczenia nr 37 zgodnie z rysunkiem, światło przejścia 90cm - nie ma możliwości poszerzenia otworu z uwagi na szachty instalacyjne.

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający może określić ilość oraz rodzaj nawiewników w pomieszczeniach?

Odpowiedź: Należy zastosować nawiewniki higrosterowane. Ilość zgodnie z rysunkiem.

Pytanie nr 5 Czy Zamawiający może określić podział okien oraz funkcje otwierania?

Odpowiedź: Należy zachować istniejący podział okien.

Pytanie nr 6 Czy Zamawiający wymaga montażu parapetu w pomieszczeniu 36?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 7 Czy Zamawiający dopuszcza montaż drzwi akustycznych np. 42 dB płycinowych nie aluminiowych w pomieszczeniu 37.1.A? Jak to współgra z sąsiadującym oknem podawczym, nieakustycznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza drzwi akustyczne pływające. Zamiast okna podawczego Zamawiający dopuszcza montaż okna typu fix w celu kontroli wizualnej pacjenta zamkniętego w boksie ciszy, przy jednoczesnym spełnieniu warunku izolacyjności akustycznej.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 5/TP/AK/2024 z dnia 07/02/2024r.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda