



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel. 12 261 88 20, fax. 12 261 88 22, email: sekretariat@rckik.krakow.pl

Kraków, dnia: 2024-03-08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa zestawów do aferezy wraz z dzierżawą 6 sztuk separatorów komórkowych.

Numer referencyjny: ZP-01/2024

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Załącznik nr 1 do SWZ, zadanie nr 2 punkt A10 oraz zadanie nr 3 punkt A9

Czy w przypadku, gdy instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje potrzebne użytkownikowi końcowemu do obsługi i konserwacji urządzenia, wystarczające jest dostarczenie wyłącznie instrukcji obsługi?

Stanowisko Zamawiającego:

Jeżeli instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje potrzebne użytkownikowi końcowemu do obsługi i konserwacji urządzenia, wystarczające jest dostarczenie wyłącznie instrukcji obsługi. Zamawiający zmienia zapis OPZ.

2. Załącznik nr 1 do SWZ, zadanie nr 2 punkt C1 tiret 3 oraz zadanie nr 3 punkt D tiret 3

Czy Zamawiający zaakceptuje aby na opakowaniu z płynem zawarte były informacje: nr REF, LOT, data ważności, informacja o producencie, objętość, informacja o sterylności i pierogenności, natomiast skład antykoagulantu był podany w instrukcji w języku polskim, znajdującej się w opakowaniu zbiorczym?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje i dokonuje zmiany w OPZ.

3. Załącznik nr 1 do SWZ, zadanie nr 2 punkty B, C.1 i C.2 oraz zadanie nr 3 punkty B i D, Załącznik nr 2, tabela w punkcie I, zadanie nr 2 pozycje B-D i zadanie nr 3 pozycje B i D, § 1 ust. 1 umowy

Z uwagi na rozbieżności w liczbach zestawów i płynów podanych w załącznikach nr 1, 2 i 5 do SWZ, wnosimy o wskazanie, które liczby są poprawne. Poniżej zestawienie wyrobów, których dotyczą rozbieżności.

Stanowisko Zamawiającego:

<p>Zamawiający informuje, że wiążące są ilości podane w Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien tak dostosować formularz ofertowy, by oferta odpowiadała treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszcza skorygowane załączniki: nr 2 – Formularz ofertowy i nr 5 – Projekt umowy</p>
<p>4. Załącznik nr 1 do SWZ, zadanie nr 3 punkt A10 oraz § 1 ust. 12 projektu umowy (w zakresie zarówno zadania nr 2, jak i zadania nr 3)</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by czas na podjęcie naprawy był liczony w godzinach przypadających w dni robocze?</p> <p>Stanowisko Zamawiającego:</p> <p>Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje OPZ i wzór umowy.</p>
<p>5. Załącznik nr 1 do SWZ, zadanie nr 3 punkt A10 oraz § 1 ust. 12 projektu umowy (w zakresie zarówno zadania nr 2, jak i zadania nr 3)</p> <p>Czy przez „podjęcie naprawy” Zamawiający rozumie przystąpienie do zdiagnozowania przyczyny awarii, w tym zdalnie?</p> <p>Stanowisko Zamawiającego:</p> <p>Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje OPZ i wzór umowy.</p>
<p>6. Załącznik nr 1 do SWZ, zadanie nr 3 punkt A10 oraz § 1 ust. 12 projektu umowy (w zakresie zarówno zadania nr 2, jak i zadania nr 3)</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy naprawy urządzeń:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – 14 dni roboczych, 2) w pozostałych przypadkach – 7 dni roboczych? <p>Stanowisko Zamawiającego:</p> <p>Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje OPZ i wzór umowy.</p>
<p>7. Załącznik nr 1 do SWZ, zadanie nr 3 punkt A10 oraz § 1 ust. 12 projektu umowy (w zakresie zarówno zadania nr 2, jak i zadania nr 3)</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by naprawa urządzenia mogła polegać, według wyboru wykonawcy, wymianie urządzenia na inne urządzenie tego samego typu, w szczególności jeżeli naprawa urządzenia będzie technicznie niemożliwa lub znacznie utrudniona lub nieopłacalna?</p> <p>Stanowisko Zamawiającego:</p> <p>Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje OPZ i wzór umowy.</p>
<p>8. Załącznik nr 1 do SWZ, zadanie nr 3 punkt A10 oraz § 1 ust. 12 projektu umowy (w zakresie zarówno zadania nr 2, jak i zadania nr 3)</p> <p>Czy Zamawiający pokryje koszty naprawy urządzenia, jeżeli awaria była wynikiem okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w szczególności wskutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub przez nieprzeszkolony personel?</p> <p>Stanowisko Zamawiającego:</p> <p>Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu działającego urządzenia. Odpowiedzialność za szkodę w opisanym przypadku ponosi Zamawiający na zasadach ogólnych.</p>
<p>9. Załącznik nr 1 do SWZ, zadanie nr 2 punkt B18 oraz zadanie nr 3 punkty B18 i C18</p>

<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin rękojmi był równy terminowi ważności dostarczonych zestawów (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego), nie dłuższy jednak niż 24 miesiące?</p> <p>Stanowisko Zamawiającego:</p> <p>Wykonawca wprowadza zapis do umowy w § 4 w pkt 6: „Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 12 miesięcy na przedmiot umowy określony w § 1 pkt 1 umowy, przy czym jeżeli termin ważności konkretnego produktu czy serii jest krótszy, terminy te są równe terminowi ważności.”.</p>
<p>10. § 1 ust. 2 i ust. 4 projektu umowy</p> <p>Czy sformułowanie „inne materiały zużywalne” oznacza płyny wskazane w załączniku nr 1 do SWZ? Jeżeli nie, wnosimy o wskazanie, jakie materiały zużywalne i w jakich ilościach mają zostać objęte ofertą.</p> <p>Stanowisko Zamawiającego:</p> <p>Tak, sformułowanie „inne materiały zużywalne” oznacza płyny wskazane w załączniku nr 1 do SWZ.</p>
<p>11. § 1 ust. 2 projektu umowy</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin dostawy zestawów był liczony w dniach roboczych?</p> <p>Stanowisko Zamawiającego:</p> <p>Stanowisko Zamawiającego zostało wyrażone w odpowiedziach do Pytań nr 1 z dn. 28-02-2024 r.</p>
<p>12. § 1 ust. 11 lit. a projektu umowy</p> <p>Wnosimy o potwierdzenie, że dostawca nie będzie zobowiązany do pokrycia kosztów powtórnych procesów aferezy w przypadku awarii urządzeń spowodowanych okolicznościami, za które odpowiada Zamawiający, np. obsługa urządzeń niezgodna z instrukcją obsługi.</p> <p>Stanowisko Zamawiającego:</p> <p>Stanowisko Zamawiającego zostało ujęte w odpowiedzi do pytania nr 8.</p>
<p>13. § 3 ust. 1 projektu umowy</p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by podstawę naliczania kary umownej za zwłokę w dostawie stanowiła wartość brutto wyrobów niedostarczonych w terminie, a nie łączna wartość brutto umowy?</p> <p>Zwracamy uwagę, że Prokuratoria Generalna w Rekomendacjach w zakresie formułowania postanowień umów dotyczących kar umownych z września 2023 r., zaleca, by celem zapewnienia adekwatności kary była ona naliczana w odniesieniu do wartości tej części zobowiązania, której dotyczy naruszenie obowiązków dłużnika (tu zwłoka w dostawie), a nie całości zobowiązania (punkt V, tiret drugie oraz punkt V.1.49). Ma to szczególne znaczenie w tym przypadku, gdy Zamawiający nie określił limitu wartości kary umownej z tytułu przekroczenia terminu dostawy, co zwiększa ryzyko naliczenia kary umownej nieadekwatnej do interesu Zamawiającego (punkty IV.3 i V.1.52 powyższych Rekomendacji). Rozumiemy, że kary umowne pełnią funkcję dyscyplinującą, powinny one jednak być adekwatne do grożącego Zamawiającemu naruszenia jego interesów i nie powinny skutkować bogaceniem się Zamawiającego kosztem wykonawców.</p> <p>Stanowisko Zamawiającego:</p>

Stanowisko Zamawiającego zostało wyrażone w odpowiedziach do Pytań nr 1 z dn. 28-02-2024 r.

14. § 3 ust. 4 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania :

„W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust. 3, przewyższa ustanowioną karę umowną, Wykonawca ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych”?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 3 ust. 4 wzoru umowy.

15. § 4 ust. 2 lit. b) projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego postanowienia w ten sposób, że będzie zgłaszał braki jakościowe niezwłocznie po ich stwierdzeniu? Termin 7-dniowy jest zbyt długi, opóźnione zgłaszanie wad jakościowych może utrudniać lub uniemożliwiać rozpoznawanie reklamacji.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 2 pkt a) wzoru umowy nadając mu brzmienie: „Braki jakościowe będą zgłaszane na bieżąco niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady, uszkodzenia, itp.”

16. § 4 ust. 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by określone tam terminy były liczone w dniach roboczych?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje wzór umowy.

17. § 4 ust. 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by w przypadku reklamacji jakościowych, których rozpatrzenie wymaga udziału producenta wyrobu, termin na rozpatrzenie reklamacji jakościowej wynosił co najmniej 30 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, a termin na wymianę wadliwych wyrobów był liczony od daty uznania reklamacji przez wykonawcę lub bezskutecznego upływu na jej rozpatrzenie? Pozostałe reklamacje jakościowe i ilościowe będą załatwiane o określonym w tym postanowieniu 7-dniowym terminie.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę, by termin na wymianę wadliwych wyrobów był liczony od daty uznania reklamacji. Zamawiający nie wyraża zgody, by termin w przypadku konieczności udziału producenta był liczony w dniach roboczych i dodaje do § 4 ust. 3 zdanie „W przypadku reklamacji jakościowych, których rozpatrzenie wymaga udziału producenta wyrobu, termin na rozpatrzenie reklamacji jakościowej wynosi 30 dni od zgłoszenia reklamacji”.

18. § 4 ust. 3 projektu umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zapłaci cenę zarówno za reklamowane, jak i wymienione wyroby, jeżeli z uwagi na krótki termin rozpatrzenia reklamacji wykonawca nie zdoła zbadać reklamacji pod względem merytorycznym i wymieni reklamowany towar celem dotrzymania terminów umownych, a następnie producent wyrobu uzna reklamację za nieuzasadnioną?

Stanowisko Zamawiającego:

Wobec wprowadzenia zmian w umowie określonych w pytaniu 17, pytanie nr 18 jest bezprzedmiotowe. Zamawiający uznaje, że 30-dniowy okres na rozpatrzenie reklamacji z udziałem producenta jest wystarczający.

19. § 4 ust. 3 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by w przypadku reklamacji, które nie dotyczą całej dostarczonej partii wyrobów, załatwienie reklamacji mogło polegać na korekcie faktury VAT i zwrocie ceny zapłaconej przez Zamawiającego za wadliwe wyroby, zamiast wymiany wyrobów na wyroby wolne od wad?

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 4 ust. 3.

20. § 4 ust. 4 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by określony tam 2-dniowy termin był liczony w dniach roboczych?

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 4 ust. 4.

21. § 6 ust. 1 lit d projektu umowy

Czy przez „zestawy do inaktywacji” Zamawiający rozumie zestawy do aferezy lub płyny wymienione w załączniku nr 1 do SWZ? Zestawy do inaktywacji nie są przedmiotem zamówienia.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający koryguje zapis i zastępuje słowa „do inaktywacji” słowami „do aferezy”.

22. § 6 ust. 1 lit e tiret pierwsze umowy

Czy zmiana wynagrodzenia z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług następuje automatycznie z dniem wejścia w życie stosownych przepisów, bez konieczności zmiany umowy?

Stanowisko Zamawiającego:

Zmiana stawki podatku VAT jest podstawą do zmiany wynagrodzenia, a zatem wymaga zmiany umowy. Zgodnie z § 6 ust. 1 zmiana taka wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o aneks umowy ze względu na zmiany prawne mające wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.

23. § 6 ust. 1 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości zmiany umowy, stosownie do przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, w formie aneksu do umowy, poprzez:

- dostarczenie partii wyrobów o krótszym niż wymagany terminie ważności, w przypadku braku na rynku wyrobów z wymaganym terminem ważności, np. wskutek opóźnień w zwolnieniu serii lub zakłóceń łańcucha dostaw, jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego, np. wykonawca obniży cenę na wyroby z krótszym terminem ważności,
- skrócenie terminu ważności wyrobów, w przypadku skrócenia tego terminu przez producenta i braku na rynku wyrobów o wymaganym terminie ważności,
- wydłużenie terminu dostawy danej partii wyrobów w przypadku okresowych braków wyrobów, np. wskutek zaburzenia łańcucha dostaw?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie ma możliwości weryfikacji przyczyn wskazanych w pytaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy towarów o krótszym terminie ważności, przy czym dla zachowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości, z góry określa zasady ich realizacji. Zamawiający dodaje pkt 13 do § 1 wzoru umowy o treści:

„Zamawiający dopuszcza przyjęcie wyrobów o terminie ważności krótszym niż określony w załączniku nr 1 do umowy, po uzyskaniu zgody osoby koordynującej realizację umowy wskazanej § 13 ust. 1, co do ilości, terminu ważności i wysokości ceny jednostkowej. Cena jednostkowa towaru o krótszym terminie ważności niż określony w załączniku nr 1 do umowy musi być obniżona względem ceny określonej w załączniku nr 2 do umowy o co najmniej 30%.”.

24. Załącznik nr 1 nr projektu umowy

Wnosimy o zastąpienie aktualnej treści załącznika nr 1 do umowy opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ. Aktualnie załączony opis dotyczy zestawów pojemników poczwórnych na krew i jej składniki, które nie są przedmiotem tego zamówienia.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla treść załącznika nr 1 ze wzoru umowy. Aktualny Opis przedmiotu zamówienia stanowić będzie załącznik do umowy przy jej podpisaniu.

25. § 1 ust. 2 istotnych postanowień umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Wnosimy o określenie przewidywanej/szacunkowej/orientacyjnej częstotliwości i wielkości dostaw wyrobów w poszczególnych kwartałach okresu obowiązywania umowy. Informacje te nie będą wiążące dla Zamawiającego, ale pozwolą na prawidłowe zaplanowanie i zorganizowanie produkcji i dostaw.

Informacje powyższe są niezbędne w celu prawidłowego przygotowania oferty. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, opis przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Niniejsze zamówienie polega na powtarzających się okresowo dostawach na przestrzeni 24 miesięcy. W takich przypadkach do prawidłowego zaplanowania realizacji zamówienia potrzebna jest informacja o przynajmniej przybliżonych ilościach wyrobów, jakie wykonawca ma przygotować na poszczególne okresy obowiązywania umowy.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie może określić w przyszłości częstotliwości i wielkości zamówień w poszczególnych kwartałach. Zamawiający informuje, że w przeszłości zamówienia realizowane były przeciętnie po:

zadanie nr 2 – 180-240 zestawów miesięcznie;

zadanie nr 3 – po 40 zestawów miesięcznie.

26. § 1 ust. 9 istotnych postanowień umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Wnosimy o potwierdzenie, że do obowiązków wykonawcy w zakresie walidacji urządzeń należy wyłącznie przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej oraz udział w kwalifikacji procesowej wykonywanej przez Zamawiającego.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść § 1 ust. 1 i nadaje mu brzmienie:

„Poprzez walidację urządzeń należy rozumieć w szczególności kwalifikację instalacyjną i operacyjną. Kwalifikacja musi być przeprowadzona przy użyciu wzorcowanej aparatury kontrolno-pomiarowej i potwierdzona protokołem z załączonymi świadectwami pomiarowej .”

27. Część VIII SWZ pkt. 2.4 Warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Czy Zamawiający dopuszcza aby w ramach potwierdzenia należytego wykonania dostaw, w przypadku jeżeli firma bierze udział w dwóch pakietach, mogły zostać przedłożone te same referencje dla zadania nr 2 i 3?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuścił możliwość złożenia oferty w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Zamawiający wyjaśnia, że warunki udziału w postępowaniu dotyczą Wykonawcy. Weryfikacja ich dotyczy Wykonawcy na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał się spełnieniem warunku niezależnie od tego, na ile części zamówieniałoży oferty.

Zamawiający zamieszcza aktualne załączniki do SWZ tj. pliki

1. „zał. 1 do SWZ 01-2024 - Opis Przedmiotu Zamówienia -2024.03.07”
2. „zał. 2 do SWZ 01-2024- Formularz Ofertowy -2024.03.07”
3. „zał. 5 do SWZ 01-2024- Projekt umowy -2024.03.07”

Zmiana treści SWZ nie jest istotna dla sporządzenia oferty i nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, dlatego też Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.